

KÚPNA ZMLUVA
na dodávku diagnostickej techniky a služieb s tým spojených
č.55/2019

uzavretá podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zmluva“)

1. Kupujúci: **Národný onkologický ústav**
So sídlom: Klenová 1, 831 10 Bratislava
IČO: 00 165 336
DIČ: 2022726926
IČ DPH: SK2022726926
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK5881800000007000281748
Zastúpený: Ing. Tomáš Alscher, MPH – generálny riaditeľ
Prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc. – medicínsky riaditeľ
(ďalej len „kupujúci“)

a

2. Predávajúci: **InMed Slovakia s.r.o.**
So sídlom: Rázusova 7, 917 01 Trnava
IČO: 36 256 871
DIČ: 2021770707
IČ DPH: SK2021770707
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK1209000000005157874489
Zastúpený: Andrej Rehák, konateľ spoločnosti
Zapísaný: v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 14424/T

(ďalej len „predávajúci“)
(predávajúci a kupujúci ďalej spoločne ako „zmluvné strany“ alebo jednotlivito ako „zmluvná strana“)

Predávajúci je úspešný uchádzač v rámci zadávania nadlimitnej zákazky s názvom „Skiaskopicko – skiagrafická stena s C ramenom“ uverejnenej v Úradnom vestníku EÚ č. S84 zo dňa 30.04.2019 pod zn. 2019/S 084- 199037 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 85/2019 zo dňa 02.05.2019 pod zn. 10086 – MST, zadávanej podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Čl. I.
PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu skiaskopicko – skiagrafickú stenu s C ramenom (ďalej len „predmet zmluvy“ alebo „zdravotnícka technika“), ktorého špecifikácia je obsiahnutá v prílohe č. 1: Technická špecifikácia predmetu zmluvy a ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy pre kupujúceho a záväzok kupujúceho prevziať predmet zmluvy a zaplatiť kúpnu cenu podľa článku II. tejto zmluvy.

2. Predmetom tejto zmluvy je i záväzok predávajúceho vykonať bezodplatne počas záručnej doby záručný servis a servisné prehliadky zdravotníckej techniky dodanej na základe tejto zmluvy podľa odporúčaní a pokynov výrobcu.
3. Predmetom tejto zmluvy je tiež poskytovanie služieb spojených s dodávkou zdravotníckej techniky, s kompletnou inštaláciou a sfunkčnením, vrátane zaškolenia obsluhy, odvozu a likvidácie obalového materiálu dodanej zdravotníckej techniky. Predmetom tejto zmluvy je aj vynesenie a vyloženie zdravotníckej techniky na miesto určené kupujúcim.
4. Dodávky budú realizované predávajúcim na základe písomných objednávok, v ktorých bude uvedené množstvo a druh zdravotníckej techniky.
5. Súčasťou dodávky zdravotníckej techniky je aj odovzdanie všetkých dokladov a dokumentov týkajúcich sa predmetu tejto zmluvy, preukazujúcich pôvod zdravotníckej techniky a jeho riadnu prevádzkyschopnosť. Zároveň predávajúci odovzdá kupujúcemu aj všetky príručky a návody potrebné pre riadnu obsluhu predmetu tejto zmluvy.
6. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet zmluvy v bezchybnom stave a v kvalite I. triedy, bez závad a v dohodnutom termíne a čestne vyhlasuje a zaručuje, že predmet zmluvy je nový, nevystavovaný, nepoužívaný, zodpovedajúci požiadavkám kupujúceho. Predávajúci pri dodávke zdravotníckej techniky zabezpečí aj jeho montáž a odskúšanie. Kupujúci sa zaväzuje, že predmet zmluvy prevezme a uhradí za neho dohodnutú kúpnu cenu.
7. V prípade, že výroba požadovaného typu zdravotníckej techniky špecifikovaného v prílohe č. 1: Technická špecifikácia predmetu zmluvy (ďalej len „príloha č. 1“) tejto zmluvy bude ukončená, predávajúci je povinný dodať kupujúcemu modifikovanú zdravotnícku techniku rovnakého druhu s rovnakými alebo vyššími parametrami ako je zdravotnícka technika podľa špecifikácie tejto zmluvy a v cene podľa článku II. tejto zmluvy. Táto zmena zdravotníckej techniky bude upravená dodatkom k zmluve bez zmeny ceny zdravotníckej techniky a bude doložená dokladom potvrdzujúcim túto zmenu, pričom kupujúci uvedie názov, model a technické parametre predmetu zmluvy.

ČI. II. KÚPNA CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Kúpna cena predmetu zmluvy uvedeného v článku I. zmluvy bola určená dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
2. Celková cena zdravotníckej techniky predstavuje sumu 549 850,00 EUR bez DPH (slovom päťstoštyridsaťdeväťtisíc osemstopäťdesiat eur bez DPH), 659 820,00 EUR s DPH (slovom šesťstopäťdesiatdeväťtisíc osemstodvadsať eur s DPH). Špecifikáciu ceny obsahuje príloha č. 2, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Predávajúci garantuje pevnú cenu predmetu zmluvy počas trvania platnosti a účinnosti zmluvy. Kúpna cena je konečná a nemenná.
3. Kúpna cena je stanovená v euro a zahŕňa cenu bez DPH, daň z pridanej hodnoty, colné sadzby, poistné, dopravu do miesta dodania určeného kupujúcim, inštaláciu, odskúšanie zdravotníckej techniky, zaškolenie a všetky ostatné náklady predávajúceho spojené s dodaním predmetu zmluvy do miesta dodania.
4. Kúpna cena bude uhradená kupujúcim na základe faktúry vyhotovenej predávajúcim po dodaní celého plnenia potvrdeného podpísaným dodacím listom, ktorý bude vyhotovený predávajúcim, v deň odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy v mieste dodania. Súčasťou daňového dokladu budú dodacie listy na dodávku zdravotníckej techniky, potvrdené kupujúcim, ktoré budú

obsahovať označenie dodanej zdravotníckej techniky, počty jednotlivých druhov dodanej zdravotníckej techniky, mená a podpisy odovzdávajúceho a preberajúceho, pečiatku a dátum prevzatia predmetu zmluvy (prípadne môže byť faktúra zároveň aj dodacím listom).

5. Faktúra musí byť vystavená zo strany predávajúceho v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy a musí spĺňať náležitosti daňového dokladu podľa príslušných právnych predpisov. Súčasťou faktúry musí byť: číslo a názov zmluvy, číslo faktúry, špecifikácia platby (názov banky predávajúceho vrátane kódu SWIFT, číslo účtu predávajúceho vrátane čísla v tvare IBAN, pečiatka a podpis oprávnenej osoby predávajúceho), dátum doručenia dokladu kupujúcemu (napr. pečiatka podateľne). Výdavky vo faktúre musia byť rozdelené do jednotlivých položiek s uvedenými mernými jednotkami, jednotkovými cenami (zaokrúhlené na 2 desatinné miesta).
6. Splatnosť faktúry je šesťdesiat (60) kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry kupujúcemu zo strany predávajúceho za predpokladu, že doručená faktúra bude spĺňať všetky zákonné a zmluvné náležitosti a bude doručená na adresu kupujúceho uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. Predávajúci zároveň súhlasí a vyhlasuje, že lehota splatnosti nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim z tejto zmluvy. Faktúra sa považuje za zaplatenú okamihom pripísania príslušnej peňažnej sumy na účet predávajúceho.

ČI. III. MIESTO PLNENIA A DODACIE PODMIENKY

1. Miestom plnenia je: Národný onkologický ústav, Klenová 1, 831 10 Bratislava.
2. Predávajúci je povinný zdravotnícku techniku dodať, namontovať a odskúšať po obdržaní písomnej objednávky v dodacej lehote 90 dní od obdržania písomnej objednávky prostredníctvom e-mailu, ktorá obsahuje všetky požadované údaje. Objednávku vyhotoví kupujúci. Kupujúci môže v objednávke stanoviť aj dlhšiu dodaciu lehotu v závislosti od náročnosti dodávky a druhu dodávanej zdravotníckej techniky.
3. Celkové trvanie tejto zmluvy: 6 mesiacov odo dňa jej účinnosti.
4. Objednávku je kupujúci povinný zaslať predávajúcemu aj poštou, lehota dodania zdravotníckej techniky však začína plynúť od jej doručenia na e-mail predávajúceho: office@inmed.sk. Objednávka musí obsahovať názov a typové označenie objednávaného predmetu zmluvy, množstvo (počet kusov), presnú adresu miesta dodania, kontaktnú osobu zodpovednú pre danú dodávku s uvedením čísla telefónu a fakturačné údaje. Kupujúci si vyhradzuje právo objednávať dodanie zdravotníckej techniky podľa svojich potrieb kedykoľvek v priebehu platnosti zmluvy.
5. Kupujúci v deň dodania a prevzatia predmetu zmluvy preverí, či je dodaný predmet zmluvy v súlade so zadanou špecifikáciou podľa tejto zmluvy. V prípade, že zistí nesúlad dodaného predmetu zmluvy so zadanou špecifikáciou, resp. zistí jeho poškodenie alebo nefunkčnosť (zjavné vady), má právo odmietnuť prevziať dodaný predmet zmluvy, pričom v tomto prípade sa predávajúci dostáva do omeškania so splnením svojho zmluvného záväzku a je povinný dodať nový predmet tejto zmluvy, spĺňajúci kritériá podľa tejto zmluvy a príslušných noriem v dodatočnej lehote určenej kupujúcim. V prípade opakovaného dodania predmetu zmluvy, ktorý nezodpovedá uvedenej špecifikácii, predstavuje to podstatné porušenie zmluvy a kupujúci si vyhradzuje právo zdravotnícku techniku neodobrať a odstúpiť od zmluvy.
6. Predmet tejto zmluvy sa považuje za dodaný (resp. záväzok predávajúceho dodať zdravotnícku techniku podľa tejto zmluvy za splnený) dňom prevzatia predmetu objednávky kontaktnou osobou kupujúceho určenou v objednávke, po inštalácii dodanej zdravotníckej techniky, sfunkčnenia, odskúšania a zaškolenia jeho obsluhy.

7. Kontaktná osoba kupujúceho potvrdí prevzatie predmetu objednávky podpisom a odtlačkom pečiatky na preberacom protokole, resp. dodacom liste. Dodací list podpisujú poverení zamestnanci predávajúceho a kupujúceho. Dodací list je podkladom na úhradu faktúry.

Čl. IV.

DOHODA O PRECHODE VLASTNÍCKEHO PRÁVA

1. Zmluvné strany sa dohodli, že vlastnícke právo k zdravotníckej technike prechádza z predávajúceho na kupujúceho momentom jeho odovzdania a prebratia.
2. Nebezpečenstvo škody na predmete zmluvy prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia predmetu zmluvy.

Čl. V.

ZÁRUKA A ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

1. Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu zdravotnícku techniku podľa tejto zmluvy v množstve a akosti podľa podmienok uvedených v tejto zmluve a spôsobilé na užívanie na dojednaný, inak obvyklý účel. V prípade, ak sa tak nestane, zdravotnícka technika má vady. Predávajúci je povinný poskytovať kupujúcemu servis dodanej zdravotníckej techniky počas záručnej doby.
2. Predávajúci zodpovedá za vady a nekompletnosť predmetu zmluvy v plnom rozsahu. Kupujúci je povinný písomne reklamovať viditeľnú, resp. zrejmu vadu predmetu zmluvy do 10 pracovných dní od jej zistenia a u skrytých väd do posledného dňa záručnej doby. Pre dodržanie podmienky písomnej reklamácie postačí uplatniť reklamáciu e-mailom na adresu predávajúceho servis-rtg@inmed.sk.
3. Záručná doba na predmet zmluvy je 24 mesiacov odo dňa prevzatia predmetu zmluvy kupujúcim, pokiaľ výrobca dodanej zdravotníckej techniky neposkytuje dlhšiu záručnú dobu. Počas záručnej doby bude predávajúci poskytovať kupujúcemu bezplatný servis a údržbu dodanej zdravotníckej techniky.
4. V prípade reklamácie je predávajúci povinný odstrániť vady v lehote do 10 pracovných dní odo dňa oznámenia vady kupujúcim alebo v inej lehote dohodnutej s kupujúcim, pokiaľ sú vady odstrániteľné. Pokiaľ predávajúci nezabezpečí odstránenie vady v stanovenej lehote, alebo pokiaľ sú vady neodstrániteľné, kupujúci má nárok, aby mu predávajúci v tej istej lehote poskytol nové bezvadné a bezodplatné plnenie za dodanú vadnú zdravotnícku techniku alebo na vrátenie ceny, pričom právo voľby medzi jednotlivými nárokmi patrí kupujúcemu. V prípade výmeny vadnej zdravotníckej techniky za novú začína plynúť nová záručná doba podľa bodu 3. tohto článku zmluvy.
5. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené kupujúcim neodbornou manipuláciou alebo nevhodným skladovaním zdravotníckej techniky.
6. Tieto záručné podmienky sú záväzné pre oboch účastníkov zmluvného vzťahu.
7. Predávajúci sa zaväzuje poskytovať kupujúcemu servis dodanej zdravotníckej techniky v záručnej dobe bezplatne.

8. Po uplynutí záručnej doby má kupujúci právo požiadať predávajúceho o vykonanie pozáručného servisu. Cena pozáručného servisu bude stanovená dohodou zmluvných strán.

Čl. VI. ZMLUVNÉ POKUTY A ÚROKY Z OMEŠKANIA

1. V prípade omeškania predávajúceho s dodaním zdravotníckej techniky v lehote stanovenej v článku III. bod 2. tejto zmluvy, je kupujúci oprávnený uplatniť si u predávajúceho nárok na zmluvnú pokutu za nedodržanie termínu dodávky vo výške 0,05% z ceny včas nedodanej zdravotníckej techniky za každý aj začatý deň omeškania. Nárok kupujúceho na zmluvnú pokutu nevznikne, pokiaľ omeškanie bolo spôsobené jeho nepripravenosťou prevziať dodávku v dohodnutom termíne, resp. jeho žiadosťou o dodanie zdravotníckej techniky v inom termíne a v prípade okolností, ktoré sú charakterizované ako „vyššia moc“. Tým nie je dotknutý nárok kupujúceho na náhradu škody v plnej výške spôsobenej omeškaním dodávky.
2. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou riadne vyplnenej a doručenej faktúry podľa článku II. bod 6. tejto zmluvy je predávajúci oprávnený od kupujúceho požadovať zaplatenie úroku z omeškania v sadzbe ustanovenej príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a nariadenia vlády SR.
3. V prípade, že predávajúci poruší akúkoľvek z povinností upravených v tejto zmluve, má kupujúci voči nemu právo na uplatnenie zmluvnej pokuty vo výške 200,00 EUR za každé porušenie povinnosti. Tým nie je dotknutý nárok kupujúceho na náhradu škody v plnej výške spôsobenej kupujúcemu porušením povinností predávajúceho.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že ak jedna zo zmluvných strán spôsobí akúkoľvek škodu druhej zmluvnej strane vo vzťahu k tejto zmluve, zodpovednosť za škody sa bude riadiť a spravovať ustanoveniami tejto zmluvy ako aj podľa ustanovení § 373 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

Čl. VII. SPOLUPRÁCA KUPUJÚCEHO A PREDÁVAJÚCEHO

1. Zástupcom kupujúceho pre styk s predávajúcim je Bc. Radomíra Tchoriková, tel.: +421 (0)2 593 785 41, email: radomira.tchorikova@nou.sk
2. Zástupcom predávajúceho pre styk s kupujúcim je Andrej Rehák MSc MBA, tel.: +421 905 643 669, email: office@inmed.sk
3. Zmluvné strany sú povinné bezodkladne navzájom sa informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na plnenie ich vzájomných záväzkov podľa tejto zmluvy. Zmluvné strany sa budú bez zbytočného odkladu informovať o akejkoľvek zmene vo vyššie uvedených osobách a ich kontaktných údajoch. Zmena podľa predchádzajúcej vety sa nepovažuje za zmenu zmluvy.
4. Ak má predávajúci v úmysle zadať dodanie predmetu zmluvy alebo jeho časti ďalším čiastkovým predávajúcim (ďalej len „**subdodávateľ**“), a to buď v celom rozsahu alebo čiastočne, môže tak urobiť iba s predchádzajúcim písomným súhlasom kupujúceho, ktorý takýto bez záväzného a opodstatneného dôvodu neodoprie.

5. V prílohe č. 3 tejto zmluvy sú uvedené údaje o všetkých známych subdodávateľoch predávajúceho, ktorí sú známi v čase uzatvorenia tejto zmluvy, a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
6. Predávajúci je povinný kupujúcemu oznámiť akúkoľvek zmenu údajov u subdodávateľov, uvedených v prílohe č. 3 tejto zmluvy, a to bezodkladne.
7. V prípade zmeny subdodávateľa je predávajúci povinný najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa zmeny subdodávateľa predložiť kupujúcemu informácie o novom subdodávateľovi podľa bodu 5. tohto článku zmluvy a o predmete subdodávok, pričom pri výbere subdodávateľa musí predávajúci postupovať tak, aby vynaložené náklady na zabezpečenie plnenia na základe zmluvy o subdodávke boli primerané jeho kvalite a cene.
8. Predávajúci je povinný zabezpečiť, aby mal splnené povinnosti ohľadom zápisu do registra partnerov verejného sektora vo vzťahu k subdodávateľom predávajúceho v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
9. Predávajúci zodpovedá za plnenie zmluvy o subdodávke subdodávateľom tak, ako keby plnenie realizované na základe takejto zmluvy realizoval sám. Predávajúci zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere subdodávateľa ako aj za výsledok činnosti/plnenia vykonanej/vykonaného na základe zmluvy o subdodávke.

Čl. VIII. ZÁNIK ZMLUVY

1. Každá zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od zmluvy pri podstatnom porušení zmluvnej povinnosti druhou stranou, alebo keď sa pre druhú zmluvnú stranu stalo plnenie podstatných zmluvných povinností úplne nemožným alebo v ďalších prípadoch uvedených v tejto zmluve. Odstúpenie od zmluvy odstupujúca strana oznámi druhej strane bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o podstatnom porušení zmluvy dozvedela.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie zmluvy sa bude považovať také porušenie povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy, ktoré spĺňa podmienky § 345 ods. 2 Obchodného zákonníka a/alebo ktoré je ako podstatné porušenie povinnosti uvedené v tejto zmluve.
3. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy, keď kupujúci nezaplatí odsúhlasené faktúry do 30 dní po uplynutí dohodnutej lehoty splatnosti.
4. Za podstatné porušenie tejto zmluvy predávajúcim sa považuje najmä, nie však výhradne, nedodanie predmetu zmluvy riadne, včas a v kvalite v zmysle dohodnutých podmienok a jeho neodovzdanie kupujúcemu v dohodnutej lehote ako aj neodstránenie väd predmetu zmluvy za podmienok uvedených v tejto zmluve.
5. Zmluvná strana, ktorá z uvedených dôvodov odstúpi od zmluvy, má právo požadovať od druhej zmluvnej strany preukázateľne vynaložené náklady, okrem prípadov charakterizovaných ako vyššia moc.
6. Odstúpením od zmluvy sa táto zmluva neruší od samého začiatku, ale táto zmluva zaniká ku dňu doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade odstúpenia od zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou, budú plnenia zmluvy začaté v čase zrušenia zmluvy riadne ukončené a náklady s tým spojené budú v plnej výške uhradené.

7. Zmluvu je možné ukončiť i vzájomnou písomnou dohodou zmluvných strán podpísanou oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

Čl. IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva nadobudne účinnosť nasledujúcim dňom po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
2. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú tieto prílohy:
Príloha č. 1: Technická špecifikácia predmetu zmluvy
Príloha č. 2: Cenová špecifikácia predmetu zmluvy
Príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov
3. Vzťahy zmluvných strán v tejto zmluve výslovne neupravené sa primerane spravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení a ostatnými príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v SR. Nevykonateľnosť niektorého ustanovenia zmluvy nemá vplyv na vykonateľnosť ostatných ustanovení.
4. Zmluvné strany budú zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedia v rámci plnenia tejto zmluvy, a ktoré kupujúci alebo predávajúci označí pri ich poskytnutí za dôverné (ďalej len „dôverné informácie“). Zmluvné strany zabezpečia ochranu dôverných informácií pred tretími osobami v súlade s § 17 a § 271 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať povinnosti vyplývajúce im z tohto bodu aj po zániku tejto zmluvy. Táto povinnosť sa neuplatní vo vzťahu k informáciám, ktoré sa po ich sprístupnení stanú verejne známymi bez porušenia tejto zmluvy.
5. Všetky ďalšie zmeny a doplnky tejto zmluvy musia byť očíslované, vyjadrené formou písomného dodatku a musia byť datované, opečiatkované a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Takto podpísané dodatky sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
6. Ustanovenia týkajúce sa záruky, zodpovednostných a sankčných nárokov oboch strán zostávajú v platnosti i po ukončení účinnosti tejto zmluvy, a to až do doby ich vysporiadania.
7. Zmluvné strany sa v súlade s § 525 ods. 2 Občianskeho zákonníka dohodli, že pohľadávku, ktorá vznikne z tohto zmluvného vzťahu predávajúcemu ako veriteľovi, predávajúci nepostúpi tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu kupujúceho ako dlžníka.
8. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu. Kupujúci obdrží dva rovnopisy a predávajúci obdrží dva rovnopisy.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek spory vzniknuté z plnenia tejto zmluvy budú riešiť prednostne formou vzájomnej dohody. K riešeniu sporu súdnou cestou pristúpia zmluvné strany až po vyčerpaní možností riešiť spor vzájomnou dohodou. Pri riešení sporov sa zmluvné strany budú riadiť právnym poriadkom Slovenskej republiky.
10. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali a s jej obsahom súhlasia, čo potvrdzujú svojím podpisom.
11. Písomnosti si budú zmluvné strany doručovať na adresu sídla uvedenú v tejto zmluve. Zmenu sídla je zmluvná strana povinná bezodkladne písomne oznámiť druhej zmluvnej strane. Zmluvné

strany sa dohodli, že v prípade vrátenia zásielky odosielateľovi po neúspešnom opakovanom doručovaní platí, že písomnosť bola doručená adresátovi dňom vrátenia opakovane doručovanej zásielky odosielateľovi, aj keď sa o tom adresát nedozvedel.

V Trnave, dňa31.7.2019.....

Za predávajúceho
InMed Slovakia s.r.o.

.....
Andrej Rehák
konateľ spoločnosti

V Bratislave, dňa20.8.2019.....

Za kupujúceho
Národný onkologický ústav

.....
Prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc.
medicínsky riaditeľ

.....
Ing. Tomáš Alscher, MPH
generálny riaditeľ

Technické parametre - podrobný popis skiaskopicko – skiagrafickej sklopnej steny s C ramenom

Univerzálny jednorovinný skiaskopicko - skiagrafický multifunkčný komplet s maximálnym rozsahom pohybu, plochým detektorom a plnou digitalizáciou obrazu určený pre diagnostiku a intervencie na vaskulárnom a nevaskulárnom systéme, perimyelografie, biopsie, ERCP, PTC, PTD, stentovanie a brachyterapia žilových ciest, skiaskopické vyšetrenia tráviaceho traktu, flebografie a iné výkony v rozsahu od hlavy po dolné končatiny vrátane možnosti DSA.

Systém musí umožniť akékoľvek projekcie v ľahu a musí zaručiť voľný prístup k pacientovi zo všetkých strán. Prístroj musí byť vybavený efektívnym systémom pre zníženie dávky RTG žiarenia pre pacienta (pulzná skiaskopia, dodatočná filtrácia a pod.) ako aj minimalizovanie radiačnej záťaže personálu (ochranné štíty a závesy z Pb gummy). Prístroj musí byť vybavený meracou komôrkou a zariadením, ktoré dokumentuje radiačnú záťaž pacienta v súlade s platnou legislatívou.

1. Stĺpový statív s integrovaným C ramenom a vyšetrovacím stolom	Parameter prístroja, ktorý je predmetom ponuky CANON, DREX-UI80/E2 Ultimax-i
• sklápanie stola spolu s C ramenom rozsahu min +/- 89°	áno, +/- 89°
• pozdĺžne motoricky posuvné C rameno v rozsahu min. 145 cm	áno, 163 cm
• motorický posun digitálneho plochého detektora (zmena SID) v rozsahu min 90 – 120 cm	áno, 88-123 cm
• voľba polohy rentgenky pod alebo nad vyšetrovacím stolom	áno
• nezávisle motorické výškové nastavenie C ramena a vyšetrovacieho stola	áno
• výškové nastavenie vyšetrovacieho stola v rozsahu min. 70 – 120 cm	áno, 51-130 cm
• motoricky posuvná doska vyšetrovacieho stola v pozdĺžnom a priečnom reze	áno
• veľkosť dosky stola min. 210 x 50 cm	áno, 231x60 cm
• kvalitný antikolízny systém s duplicitným istením senzormi na kryte clony a detektore	áno
• možnosť vyšetrovať pacientov v statickej polohe stola do 200 kg a v mobilnej pozícii do 160 kg	áno, 227 kg/160 kg
2. Rádiografický stropný záves s vertikálnym statívom	
• stropný záves s vertikálnym statívom, s detektorom FPD s wifi pripojením, využíva generátor, ktorý je súčasťou konfigurácie systému	áno
• stropný záves	áno
• vysokootáčkový RTG žiarič s min. 2 ohniskami zodpovedajúceho výkonu (veľkosť malého ohniska min. 0,6 mm)	áno, 3 ohniská, 0,3 mm/ 0,6 mm/ 1,0 mm
• stropná lišta	áno
• vertikálny stojan Bucky	áno
• Wireless FPD 35 cm × 43 cm (rozlíšenie 3,0 lp/mm a viac; veľkosť max. pixla 160 µm)	áno, 35x43 cm, 4.0 lp/cm, 148 µm
3. RTG generátor a žiarič	
• vysokofrekvenčný RTG generátor s výkonom min. 80 kW a rozsahom napätia 40 – 125 kV	áno, 80 kW, 40-150 kV
• plne automatická skiaskopická prevádzka a expozičný režim v rozsahu min. 1 – 15 obr./s	áno, 1 – 15 obr./s
• vysokootáčkový RTG žiarič s min. 2 ohniskami zodpovedajúceho výkonu (veľkosť malého ohniska min. 0,4 mm)	áno, 3 ohniská, 0,3 mm/ 0,6 mm/ 1,0 mm
• vysoký stály skiaskopický výkon, vysoký tepelný výkon pre možnosť dlhodobého vyšetrovania bez prestávok s ochranou proti preťaženiu – tepelná kapacita anódy min. 1,2 MHU	áno, 1,2 MHU
• primárne vykrývacie obdĺžnikové clony a automatické polopriepustné clony s klinovitými filtrami, s možnosťami ich otáčania	áno
• automatická voľba prídavnej filtrácie v ekvivalente min. 0,2 mm Cu v závislosti na absorpcii objektu a zvolenom druhu prevádzky pre zníženie celkovej dávky žiarenia	áno, 0,2 mm
• meranie, zobrazenie a záznam celkovej plošnej dávky RTG žiarenia na pacienta podľa platnej legislatívy a odporúčenia ÚVZ SR, jej export do PACSu	áno
4. Obrazová časť a softvér	
• digitálny plochý detektor s aktívnou plochou min. 1 100 cm ² , s možnosťou otáčania (u štvorcových detektorov sa otáčanie nevyžaduje), s voľbou min. 3 zväčšení (ZOOM), veľkosť obrazového bodu max. 160 µm, veľkosť matrice cca 2 000 x 1 900 bodov v hĺbke minimálne 14 bitov	áno, 1 764 cm ² , bez možnosti otáčania nakoľko detektor je štvorcový, voľba 4 zväčšení (ZOOM), veľkosť obr. bodu 148 µm, veľkosť matrice 2840 x 2840 bodov

kompletná obrazová digitalizácia s plne digitálnym spracovaním obrazu so snímaním, spracovaním a archiváciou s rozlíšením min. 1 024 x 1 024/12 bit. pri všetkých druhov prevádzky v celom reťazci s možnosťou jednotlivého snímku a scén, so všetkými modernými vyšetrovacími módmi a záznamovou kapacitou min. 50 000 obrázkov v plnom rozlíšení na pevný disk	áno, 1 024 x 1 024/12 bit, 70 000 obrázkov
štandardný softvér na úpravu obrazu, automatické nastavenie jasu a kontrastu, digitálna optimalizácia denzity obrazu v reálnom čase, automatická redukcia šumu, postprocesingové funkcie (zmena jasu a kontrastu, elektronický ZOOM, posun obrazu, anatomické pozadie, elektronické clony, meranie uhlov a vzdialeností a pod.)	áno
natívny a DSA snímkový režim v reálnom čase s voľbou aspoň 5 rôznych frekvencií v rozsahu min. 1 – 6 obr./s, doplnený o funkciu ROADMAPPING (DSA)	áno
plne automatická digitálna pulzná skiaskopická prevádzka s voľbou min. 4 rôznych frekvencií v rozsahu min. 1 – 15 pulzov/s	áno, 5 frekvencií, 1 - 15 pulzov/s
záznam a zobrazenie dynamických skiaskopických sekvencií ako reálne akvizície v dĺžke min. 15 s na pevný disk s následnou možnosťou exportu v DICOM formáte.	áno
5. Ovládanie a zobrazenie systému	
akvizíčný modul v miestnosti ovládača s 2 x min. 19" farebnými LCD monitormi pre nastavenie parametrov vyšetrenia, pre znázornenie živého a referenčného obrazu	áno, 21"+19"
základné obrazové funkcie (zápis mena pacienta, jas, kontrast, zvýraznenie hrán, možnosť mozaikového rozdelenia obrazovky monitoru, anotácia, meranie uhlov a vzdialeností, inverzia obrazu, dokumentácia a pod).	áno
priame ovládanie systému vo vyšetrovni	áno
2 min. 19" medicínske monochromatické monitory (LIVE a REF) vo vyšetrovni s rozlíšením min. 1 280 x 1 024 obr. bodov na stropnom závесе s pozdĺžnym posunom a otočným ramenom	áno, 2 monitory 19", 1 280 x 1 024
prídavná riadiaca konzola, využívaná hlavne na intervenčné výkony, ktorú možno umiestniť na patientský stôl a na samostatnom pohyblivom stojane	áno, na pohyblivom stojane
nožný spínač, slúžiaci k ovládaniu skiagrafického a skiaskopického režimu vo vyšetrovni a v miestnosti ovládača	áno
interkom pre hlasovú komunikáciu medzi vyšetrovňou a miestnosťou ovládača	áno
6. Digitálne napojenie a výstup obrazových dát	
záznam RTG obrazov na CD – ROM/DVD disk a USB flash disk vo formáte DICOM 3 s možnosťou exportu do MS Windows kompatibilných digitálnych formátov (napr. Jpg, bmp, tiff a napr. avi pre sekvencie)	áno
DICOM interface s funkciami Dicon Send, Storage Commitment, Worklist a MPPS	áno
7. Automatický tlakový injektor	
automatický tlakový injektor s možnosťou plne synchronizovanej prevádzky s RTG zariadením, umiestnený na vozíku	áno
8. Príslušenstvo	
rozdávateľ pre pripojenie elektrickej siete	áno
záložný zdroj (UPS) pre prípad výpadku siete pre možnosť pokračovania prevádzky agiografického kompletu mimo RTG resp. zálohu dát zariadenia (pohyby C-ramena, funkčný obrazový počítač po dobu min. 5 minút)	áno
chladiača jednotka, potrebná pre odvod vyžiareného tepla z technickej miestnosti	áno
obojsmerné dorozumievacie akustické zariadenie medzi vyšetrovňou a miestnosťou ovládača	áno
systémový stôl do miestnosti ovládača pre umiestnenie monitorov a ovládacích modulov	áno
pojazdový Pb ochranný štít lekára na pozdĺžne pojazdnom a otočnom stropnom statíve vrátane bodového operačného LED svetla so svetivosťou min. 60 000 Lux	áno
spodná dvojdielna horná a dolná Pb radiačná ochrana, uchyteľná na lištu stola	áno
angio podložka pre vyšetrowanie v oblasti horných končatín	áno
držiak infúzných fliaš, držiak ruky pacienta a kompresný pás uchyteľný na lištu stola	áno
9. Ďalšie požiadavky	
súčasťou ponuky pre každú časť zákazky musia byť technické parametre ponúkaných prístrojov, vrátane všetkých súčastí a príslušenstva, ktoré tvoria ponuku (podrobný popis prístroja), tak, aby bolo zrejmé, že ponúkaný prístroj plní parametre a požiadavky špecifikované zadávateľom	áno
uchádzač doloží čestné prehlásenie, že ponúkané zariadenie je kompletne a funkčné a prehlásenie o vzájomnej kompatibilite a funkčnej spolupráci všetkých častí systému	áno
uchádzač predloží tiež originálny dátový list výrobcu v anglickom jazyku s technickými parametrami ponúkaného zariadenia	áno
pre ponúkané zariadenie predloží uchádzač CE certifikát	áno
demontáž a likvidácia pôvodného zariadenia	áno
komplet bude nový, nerepasovaný	áno

10. Pracovná stanica	
• požadujeme dodávku 1 ks multimodalitnej pracovnej stanice v minimálnej konfigurácii:	
• 4-jadrový CPU Intel Core i7 3,6 GHz alebo zodpovedajúci ekvivalent, 8GB RAM, SSD 120GB pro systém, HDD 1TB pre dáta, disky v prevedení so zvýšenou spoľahlivosťou pre prevádzku 24x7 (napr. WD RE4), Gbit LAN, DVDRW,	áno
• USB klávesnica a laserová myš vrátane podložky	áno
• záložný zdroj napájania s kapacitou min. 650 VA	áno
• dvojica certifikovaných diagnostických monochromatických LCD monitorov 3MPix s minimálnymi parametrami: rozlíšenie 2 048 x 1 536, portrait/landscape, uhlopriečka 21,3", svietivosť 1 400 cd/m2, kontrast 900 : 1, pozorovací uhlov 176°, predný senzor pre priebežnú kontrolu kvality zobrazenia, spĺňajúci normu EN 60601-1	áno
• 2x špeciálna medicínska karta (samostatná pre každý diagnostický monitor) výstup 2 x 10 bit, PCI-E zbernica, min. 1 GB RAM	áno
• farebný LCD monitor pre NIS/RIS, Windows a ďalšie aplikácie s uhlopriečkou 24"	áno
• stanica musí spĺňať požiadavky pre nepretržitú prevádzku	áno

V Trnave, dňa 27.05.2019

Andrej Reháč
konateľ spoločnosti

2.1 NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA

Uchádzač / skupina dodávateľov

INMED SLOVAKIA S.R.O.
DLHÉ LÚKY 8
919 35 HRNČIAROVCE NAD PARNOU
IČO: 36256871

Kritérium na vyhodnotenie ponúk

Cena celkom za dodanie predmetu zákazky vyjadrená v EUR bez DPH

Je uchádzač platiteľom DPH?¹

	ÁNO		NIE
	Navrhovaná cena v EUR bez DPH	DPH v EUR	Navrhovaná cena v EUR s DPH
Cena celkom za dodanie predmetu zákazky	549.850,-	109.970,-	659.820,-

V Trnave, dňa 27.05.2019

.....
Andréj Rehák MSc MBA
konateľ spoločnosti

¹ nehodiace prečiarknuť

2.2 Štruktúrovaný rozpočet ceny predmetu zákazky – detailná cenová ponuka uchádzača

Položkový rozpočet skiaskopicko-skiagrafickej steny Ultimax (1) s pridaným skiagrafickým rtg. pracoviskom (2) a príslušenstvom (3):

1/ Skiaskopicko-skiagrafická stena Ultimax-i (ponuka)

Vysokofrekvenčný generátor s výkonom 80 kW
Ovládací pult v ovládačovni s identickým ovládacím pultom vo vyšetrovni
Prehliadací monitor vo vyšetrovacej miestnosti s rozmerom 19 palcov
Monitor akvizičnej stanice s rozmerom 19 palcov
Vyšetrovací stôl: (L) 231 cm × (W) 60 cm; maximálne zaťaženie 160 kg
SID (distance from the focus of the X-ray tube to the FPD): 88 cm až 123 cm
DAP Interface Kit
Triple-Focus X-ray Tube (ohnisko 0,3 / 0,6 / 1,0)
Flat Panel Detector 43 cm × 43 cm s veľkým poľom
Veľkosť aktívnej plochy: 420 mm × 420 mm
FOV level: 4
Počet pixelov: 2840 × 2840 pixels
Veľkosť pixla: 148 μm
Priestorové rozlíšenie: 4,0 lp / mm alebo viac

1.1/ Ultimax-i doplnené option (podľa špecifikácie VO)

+angio software package vrátane DSA
+1ks LCD monitor akvizičnej stanice s rozmerom 19 palcov
+1ks monitor vo vyšetrovacej miestnosti 19 palcov
+Stropný záves s pozdĺžnym posuvom a otočným ramenom pre monitory
+Pojazdný Pb ochranný štít lekára na otočnom stropnom závese
+Bodové operačné LED svetidlo 60000Lux
+Angio podložka hor. končatiny, držiak infúzných fliaš

Skiaskopicko-skiagrafická stena Ultimax-i – cena celkom **390.000,- EUR bez DPH**

2/ Skiagrafický rtg. systém pozostávajúci zo stropného závesu s vertikálnym statívom a plochým digitálnym detektorom (ponuka):

Ultimax-i kombinovaná so stropným závesom a vertikálnym statívom s detektorom FPD s wifi pripojením podporuje širokú škálu všeobecných rádiografických vyšetrení, rádiografiu hrudníka, chrbtice, krčnej chrbtice atď. Využíva sa röntgenový vysokonapäťový generátor, ktorý je súčasťou konfigurácie systému Ultimax-i.

stropný záves

röntgenová lampa (ohnisko 0,6 / 1,2 mm)

kolimátor

vertikálny stojan Bucky

wireless flat panel detector 35 cm x 43 cm

(rozlíšenie 4,0 lp/mm; veľkosť pixla 148 µm)

Cena celkom

94.000,- EUR bez DPH

3/ Príslušenstvo

Automatický tlakový injektor Mark 7 Arterion

UPS U10K-ATS V2, 120kVA pre Ultimax

UPS Eaton 9SX pre pc hardware

Pracovná stanica

(2x diagnostický monitor Eizo RX360 21,3", pracovná stanica,

1x 24" farebný LCD monitor pre NIS, Windows)

24.500,- EUR bez DPH

26.900,- EUR bez DPH

1.950,- EUR bez DPH

12.500,- EUR bez DPH

Príslušenstvo – cena celkom

65.850,- EUR bez DPH

Cena celkom (1+2+3) bez DPH

549.850,- EUR

DPH 20%

109.970,- EUR

Cena celkom s DPH

659.820,- EUR

V cene je zahrnutý:

- Záručný servis 24 mesiacov
- Montáž a zaškolenie

V Trnave, dňa 27.05.2019

Andrej Rehák MSc MBA
konateľ spoločnosti

Príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov**Zoznam subdodávateľov**

Predávajúci v rámci plnenia Kúpnej zmluvy na dodávku zdravotníckej techniky a služieb s tým spojených č./2019 plánuje využiť nasledujúcich subdodávateľov:

P.č.	Obchodné meno, sídlo subdodávateľa	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	IČO	Predmet subdodávky	% podiel na zákazke
1.	InMed s.r.o. Klempova 2 917 01 Trnava	Andrej Rehák, konateľ spoločnosti Bytom: Horné Orešany 828, 919 03 Dátum narodenia: 06.02.1975	47793317	inštalácia	3%