

KÚPNA ZMLUVA č. 05/TO/2012
uzavretá podľa ustanovenia § 409 a nasl.
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení

Čl. I.
Zmluvné strany

1. Predávajúci:

Názov : ULTRAMED s.r.o.
Adresa : Š. Moyzesa 431/14, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO : 36638404
IČ DPH : SK 2022011651
Zastúpená : RNDr. Andrej Cabánik - konateľ
Bankové spojenie :
Číslo účtu :
Zapísaný v OR : Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 10498/S
/ďalej len „predávajúci“/

a

2. Kupujúci:

Názov : Nemocnica Poprad, a.s.
Adresa : Banícka 803/28, 058 45 Poprad
IČO : 36513458
IČ DPH : SK2022127657
Zastúpený : MUDr. Jozef Tekáč – podpredseda predstavenstva
: Ing. Slavko Rodák – člen predstavenstva
Bankové spojenie :
Číslo účtu :
Zapísaná v OR : Okr. súd Prešov, oddiel: Sa, vložka číslo: 10322/P
/ďalej len „kupujúci“/

Čl. II.
Predmet zmluvy

- 2.1** Predávajúci sa zaväzuje za podmienok dohodnutých v tejto zmluve dodať kupujúcemu **Vyšetrovacie stolíky s lupenlaringoskopom** pre oddelenie ORL Nemocnice Poprad a.s. podľa technickej špecifikácie, ktorá ako príloha č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy (ďalej len „tovar resp. predmet kúpy“) a previesť na kupujúceho vlastnícke právo k tovaru a kupujúci sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu.

Čl. III.
Dodacie podmienky

- 3.1** Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar v mieste dodania, ktorým je Nemocnica Poprad a.s.
- 3.2** Predávajúci splní svoju povinnosť dodať tovar kupujúcemu tým, že umožní kupujúcemu nakladať s tovarom v mieste dodania a zároveň je tovar dodaný riadne v zmysle bodu 3.3 tohto článku zmluvy.
- 3.3** Tovar je dodaný riadne, ak je dodaný v množstve, akosti a vyhotovení spolu s dokladmi, ktoré sú potrebné na prevzatie a užívanie tovaru, najmä spolu s dodacím listom /resp. preberacím protokolom/ a faktúrou.
- 3.4** Odovzdanie a prevzatie riadne dodaného tovaru potvrdia oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán na preberacom protokole / dodacom liste. Kupujúci je

- oprávnený odmietnuť prevzatie tovaru, ak tovar nie je dodaný v súlade s podmienkami tejto zmluvy.
- 3.5** Termín dodania tovaru oznámi predávajúci kupujúcemu najmenej 2 dni vopred, preukázateľne faxom na č. 052 / 7125 555, resp. emailom, s určením pre pána Waltera Mayera. Mailová adresa: walter.[mayer@nemocnicapp.sk](mailto:walter.mayer@nemocnicapp.sk). Termín dodania predmetu kúpy je do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.
- 3.6** Zmluvné strany sa dohodli, že k nadobudnutiu vlastníckeho práva k tovaru kupujúcim, vrátane prechodu nebezpečenstva škody na tovare, dochádza okamihom prevzatia riadne dodaného tovaru oprávnenou osobou kupujúceho v mieste dodania.
- 3.7** Nedodržanie dodacej lehoty predávajúcim sa bude považovať za podstatné porušenie tejto zmluvy.

Čl. IV.

Kúpna cena a platobné podmienky

- 4.1** Za riadne dodaný tovar sa kupujúci zaväzuje zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu určenú dohodu zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení vo výške celkom za Anesteziologický prístroj:

Cena celkom bez DPH	59 995,31,€
DPH 20%	11 999,06 €
Cena celkom vrátane DPH	71 994,37 €

- 4.2** Kúpna cena podľa bodu 4.1 tohto článku zmluvy je stanovená ako cena pevná a úplná a zahŕňa kúpnu cenu tovaru a dodanie tovaru do miesta dodania, vrátane nákladov na dopravu, clo, vrátane dodania návodu na obsluhu tovaru v slovenskom jazyku a bezplatný záručný servis.
- 4.3** Kúpnu cenu zaplatí kupujúci predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho uvedený v záhlaví tejto zmluvy v lehote splatnosti 60 dní odo dňa doručenia faktúry s vyúčtovaním kúpnej ceny kupujúcemu. Za deň úhrady sa považuje deň odpísania dlžnej čiastky z účtu kupujúceho.
- 4.4** Predávajúcemu vznikne právo vystaviť kupujúcemu faktúru s vyúčtovaním kúpnej ceny dňom splnenia dodávky podľa Čl. III. bod 3.3 tejto zmluvy. Podkladom pre vystavenie faktúry je oprávnenými osobami zmluvných strán podpísaný preberací protokol / dodací list.

Čl. V.

Sankcie

- 5.1** V prípade omeškania predávajúceho s dodaním tovaru má kupujúci právo požadovať od predávajúceho zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % z kúpnej ceny tovaru za každý deň omeškania.
- 5.2** V prípade omeškania kupujúceho s úhradou kúpnej ceny alebo jej časti má predávajúci právo požadovať zaplatenie úrokov z omeškania vo výške 0,03 % z nezaplatennej sumy za každý deň omeškania.

Čl. VI.

Záruka za akosť

- 6.1** Predávajúci je povinný dodať iba tovar v akosti určenej príslušnými technickými a ostatnými normami, resp. s platným certifikátom a vyhlásením o zhode tovaru (konkrétne dodaného, určeného výrobným číslom).
- 6.2** Predávajúci touto zmluvou preberá záväzok, že tovar bude spôsobilý na použitie na obvyklý účel a že si zachová obvyklé vlastnosti /vrátane akosti/ najmenej počas záručnej doby 24 mesiacov, ktorá začne plynúť odo dňa riadneho dodania tovaru

- podľa tejto zmluvy.
- 6.3** Počas záručnej doby má kupujúci nároky z väd tovaru, ktoré mu prislúchajú v zmysle ustanovenia § 436 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení.
- 6.4** Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho vady, za ktoré zodpovedá predávajúci.
- 6.5** Predávajúci je povinný odstrániť vady tovaru opravou, ak sú vady opraviteľné, bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa ich uplatnenia kupujúcim. Predávajúci sa zaväzuje, že s odstraňovaním vady začne do 7 dní od nahlásenia vady.

Čl. VII. Záverečné ustanovenia

- 7.1** Predávajúci podpísaním tejto zmluvy v zmysle ustanovenia § 7 ods. 2 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení kupujúcemu udeľuje súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu podľa Článku I. bod 1.1 tejto zmluvy na účely vedenia registra zmlúv kupujúceho, na dobu neurčitú. Predávajúci môže súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle ustanovenia § 20 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení kedykoľvek odvolať.
- 7.2** Zmluvné strany sa dohodli, že právne vzťahy z tejto zmluvy sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení.
- 7.3** Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci nie je oprávnený postúpiť inému svoju pohľadávku vzniknutú z titulu plnenia podľa tejto zmluvy.
- 7.4** Všetky doplnky alebo zmeny tejto zmluvy je možné urobiť len na základe dohody zmluvných strán, vo forme písomných, vzostupne číslovaných dodatkov.
- 7.5** Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých obdrží každá zo zmluvných strán po jednom originálnom vyhotovení.
- 7.6** Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, jej obsahu porozumeli, neuzavreli ju v tiesni, ani za inak nevýhodných podmienok, ale slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú.
- 7.7.** Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 7.8** Porušením alebo ohrozením obchodného tajomstva nie je zverejnenie zmluvy podľa zákona č. 211/2000 Z.z. v platnom znení.

V Poprade dňa

V Žiari nad Hronom dňa

za kupujúceho:

za predávajúceho:

MUDr. Jozef Tekáč
podpredseda predstavenstva
Nemocnica Poprad a.s.

RNDr. Andrej Cabánik
konateľ
ULTRAMED s.r.o.

Ing. Slavko Rodák
člen predstavenstva
Nemocnica Poprad a.s.

Technická špecifikácia

Vyšetrovacie stolíky s lupenlaringoskopom

Vyšetrovacie stolíky:

ORL funkčný pult so sektorovou skrinkou

Požiadavky na vybavenie:

- svetelný zdroj min. 150 W, min. 24 V halogén, 2x svetelný výstup pre svetlovodný kábel
- odsávačka min. výkon 40l/min.
- uzavretý vodný systém výplachu ucha s kontinuálnym ohrevom vody na 37°C, bez napojenia na prívod vody ako i bez napojenia na odpad.
- nádržka na destilovanú vodu - kov, min. objem 4,5 l
- systém výplachu ucha s vymeniteľnými autoklavovateľnými dýzovými násadkami
- držiak optík s predhrevom – 3ks, integrovaný do funkčného pultu
- držiak pre tubusy - na použité optiky dezinfekčný manažment
- svetelný modul LED vstavaný do jednotky s priamym pripojením endoskopickej optiky, min. výkon 2 W, svietivosť min. 220 kLux, min. životnosť min. 50 000 hodín
- predhrev zrkadielok s funkciou automatického vypnutia
- sektorová skriňa, minimálny obsah:
 - nádoba na použité inštrumenty,
 - priestor na odkladanie,
 - písacia pracovná doska,
 - kôš na odpadky

ORL funkčný pult so sektorovou skrinkou

- požiadavky na vybavenie:
- odsávačka min. výkon 40l/min.
- elektrochirurgická jednotka s výkonom min. 50W s možnosťou monopolárnej a bipolárnej koagulácie, ovládanie nožným pedálom, pripojenie oboch typov káblov (monopolár, bipolár),
- držiak optík s predhrevom – 2ks, integrovaný do funkčného pultu
- držiak pre tubusy - na použité optiky dezinfekčný manažment
- svetelný modul LED vstavaný do jednotky s priamym pripojením endoskopickej optiky, min. výkon 2W, svietivosť min. 220 kLux, min. životnosť min. 50 000 hodín
- predhrev zrkadielok s funkciou automatického vypnutia
- sektorová skriňa, minimálny obsah:
 - nádoba na použité inštrumenty,
 - priestor na odkladanie,
 - písacia pracovná doska,
 - kôš na odpadky

Lupenlaryngoskop so stroboskopom:

Stoboskopická zostava:

Zdroj stroboskopického svetla ovládateľný nožným pedálom

Stoboskopický svetelný zdroj : použitie LED stroboskopického teplého bieleho svetla o teplote min. 6000K

Životnosť min. 50 000hodín,

Možnosť pripojiť sekundárny svetelný zdroj LED, rúčka napojiteľná pre rôzne typy firemne vyrábaných rigidných i flexibilných endo a laryngoskopických optík, pre priamu diagnostiku

Automatické zapnutie stroboskopického zdroja po vybratí svetelného kábla z držiaka

Pripojiteľnosť mikrofónu pre vyšetrovanie fonácie

Nutná podmienka: display pre odčítanie frekvenčného rozhrania, s LED podsvietením

Možná integrácia kamerovej zostavy priamo na stroboskopickú zostavu

Nutná podmienka: digitálny výstup pre archiváciu FireWire výstup

Výstupy : DEVI-I, D-SUB, Y/C, FBAS, Interlink, IEEE, Data, Audio

Rigidný laryngoskop:

Optika 90° Lupen laryngoskop,

min. 175 mm dlhý,

priemer max. 10 mm, z

väčšovanie integrované do laryngoskopickéj hlavy, max. do 1,5 X

Flexibilný endoskop:

Veľkosť zorného poľa: min. 85°,

Hĺbka zorného poľa: 5-50 mm,

Vonkajší priemer tubus: max. 5,0 mm

Priemer pracovného kanála: min. 2,2 mm

Ohybnosť hore/dolu: min. 130°/min. 130°,

Pracovná dĺžka: min. 300 mm

Vrátane testera tesnosti

Videosystém:

Kamera s CCD, vrátane moiré filtra

Kamerová hlava s adaptérom 1,2 x

Manuálne nastavenie intenzity svetla

Monitor:

LCD

Uhlopriečka min. 19"