

Kúpna zmluva č. Z20234602_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Zepelin, s.r.o.
Sídlo: Gen. M. R. Štefánika 7061, 91101 Trenčín, Slovenská republika
IČO: 36322181
DIČ: 2020179150
IČ DPH: SK2020179150
Bankové spojenie: IBAN: SK72 1100 0000 0029 2779 4343, BIC: TATRSKBX
Telefón: +421 905513389

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Zdravotnícky stan - stanový prístrešok.
Kľúčové slová: Zdravotnícky, stan, prístrešok.
CPV: 33163000-0 - Stany na lekárske použitie; 600000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Zdravotnícky stan - stanový prístrešok.

Funkcia				
Zdravotnícky rýchlonasaditeľný stan - stanový prístrešok s kovovou skladacou konštrukciou a s podvesenou strechou.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Zdravotnícky stan - stanový prístrešok.	súprava			1
Zdravotnícky stan - stanový prístrešok - šírka.	cm	400		
Zdravotnícky stan - stanový prístrešok - dĺžka.	cm	600		
Zdravotnícky stan - stanový prístrešok - výška.	cm	270		
Zdravotnícky stan - stanový prístrešok - podlahová plocha.	m²		26	
Zdravotnícky stan - stanový prístrešok - prepojavací tunel dvere / dvere. Zhotovený z materiálu ako stan.	počet			1
Zdravotnícky stan - stanový prístrešok - prestup v stene pre elektroinštaláciu.	počet	2		
Zdravotnícky stan - stanový prístrešok - prestup v stene pre kúrenie a klimatizáciu.	počet	2		
Zdravotnícky stan - stanový prístrešok - ventilačný otvor.	počet	2		

Zdravotnícky stan - stanový prístrešok - celková hmotnosť (Balenie 2x transportná odolná PVC taška stanu s trojvrstvovým dnom a úchyty pre manipuláciu - rozdelenie balenia stanu, v každej taške váha balenia rozložená v rozsahu minimálne 100 kg a maximálne 150 kg).	kg		300	
Zdravotnícky stan - stanový prístrešok - odolnosť voči vetru pri ustálenej rýchlosti vetra.	km/hod	100		
Zdravotnícky stan - stanový prístrešok - odolnosť voči vetru pri nárazoch.	km/hod	120		
Zdravotnícky stan - stanový prístrešok - teplotná odolnosť.	°C	-30	+70	
Zdravotnícky stan - stanový prístrešok - čas rozloženia stanu 3 osobami bez použitia náradia.	minúty		30	
Zdravotnícky stan - stanový prístrešok - návod na obsluhu / údržba, ošetrovanie stanu.	počet			1
Zdravotnícky stan - stanový prístrešok - transportná taška.	počet	2		
Zdravotnícky stan - stanový prístrešok - slnečná clona.	počet			1
Zdravotnícky stan - stanový prístrešok - LED svetidlo.	počet			2
Zdravotnícky stan - stanový prístrešok - rozvádzač.	počet			1
Zdravotnícky stan - stanový prístrešok - predlžovací kábel.	počet			1
Zdravotnícky stan - stanový prístrešok - základná odolná podlaha na terén pod stan.	m²	28	32	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Zdravotnícky stan - stanový prístrešok - materiál strecha.	Polyester (min. 1100 Dtx) s obojstranným PVC záterom, min. 650 g/m²; priepustnosť svetla max. 1%; pevnosť v ťahu min. 2600/2600 N/5cm; pevnosť v roztrhnutí min. 250/250 N.			
Zdravotnícky stan - stanový prístrešok - materiál strecha a čelá.	Protihorľavá úprava v zmysle normy DIN 4102-1 - B1; odolný voči UV a hubám.			
Zdravotnícky stan - stanový prístrešok - farba strecha.	Matná olivovozelená (vonkajšia strana) / šedá alebo biela (vnútorná strana).			
Zdravotnícky stan - stanový prístrešok - slnečná clona strechy stanu.	Sieťovina s kotviacimi lankami. Materiál PVC/PES, sieťovina, min. 300 g/m².			
Zdravotnícky stan - stanový prístrešok - dezinfekcia a čistenie vnútorných stien.	Požaduje sa možnosť dezinfikovať a čistiť bežne dostupnými dezinfekčnými neabrazívnymi prostriedkami používanými v zdravotníctve.			
Zdravotnícky stan - stanový prístrešok - nosná konštrukcia.	Kompaktný rozkladací rám so všetkými integrovanými prvkami zbalený ako jeden objekt bez voľného spojovacieho materiálu.			
Zdravotnícky stan - stanový prístrešok - nosná konštrukcia - materiál profilu, rozmer profilu, farba profilu.	Materiál profilu - hliníková zliatina. Rozmer profilu - min. 30 x 60 x 2,5 mm, zaoblené hrany. Farba profilu - čierny elox.			
Zdravotnícky stan - stanový prístrešok - podlaha.	Samostatná vkladaná podlaha s bočnou zvislou obrubou zabraňujúcou vniknutiu vody s výškou minimálne 10 cm, pripojiteľná k stanu pomocou mechanických spojovacích komponentov a suchého zipu.			
Zdravotnícky stan - stanový prístrešok - podlaha - materiál.	Polyester (min. 1100 Dtx) s obojstranným PVC záterom, min. 450 g/m². Protihorľavá úprava - rýchlosť horenia do 100 mm/min. Protišmyková úprava.			
Zdravotnícky stan - stanový prístrešok - podlaha - materiál.	Pevnosť v ťahu min. 2300/2300 N/5cm a pevnosť v roztrhnutí min. 250/250 N. Farba podlahy šedé odtiene. Časť podlahy ktorá je položená na teréne zosilnená proti mechanickému poškodeniu.			
Zdravotnícky stan - stanový prístrešok - osvetlenie.	Osvetlenie - sériové zapojenie (za sebou), min. 20W a 3000 lm/ svetidlo, LED svetidlo v odolnom PC tubuse; 230V/50Hz, min. IP54.			
Zdravotnícky stan - stanový prístrešok - osvetlenie.	Osvetlenie - pogumované rukoväte; spoločná dĺžka káblov min. 3 m; zástrčka/zásuvka EU schuko.			

Zdravotnícky stan - stanový prístrešok - osvetlenie.	Osvetlenie obsahuje úchyty pre okamžité podvesenie pod strechu alebo vnútornú vložku stanu. Požadované minimálne 2 ks LED svietidiel s požadovaným výkonom. Súprava uložená v samostatnom obale.
Zdravotnícky stan - stanový prístrešok - súprava elektroinštalácie.	1x mobilný el. rozvádzač s pogumovaním a min. 25 m prírodným káblom; min. 4x zásuvka 230V/16A 2P+T, s ochranným spínačom, min. IP54 (schuko EU).
Zdravotnícky stan - stanový prístrešok - súprava elektroinštalácie.	1x predlžovací kábel dl. min. 5m, 230V/16A 2P+T (schuko EU); 1x inventar 12V/230V, min. 200 W (schuko EU).
Zdravotnícky stan - stanový prístrešok - príslušenstvo pre ukotvenie.	Kotviace polyesterové šnúry priemeru min. 8 mm so zaistovacou brzdou.
Zdravotnícky stan - stanový prístrešok - príslušenstvo pre ukotvenie.	Kotviace kolíky v T alebo X profile min. 40 mm x min 450 mm - pozink + čierna nadzemná časť. Kladivo min 1 ks. Samostatný obal na príslušenstvo pre ukotvenie.
Zdravotnícky stan - stanový prístrešok - príslušenstvo.	Opravná sada pre bežnú údržbu - 1 sada.
Zdravotnícky stan - stanový prístrešok - označenie červeným križom.	Každý strana zdravotníckeho stanu označená červeným križom na bielom podklade - kružnici (priemer kružnice 630 mm, rozmer strany červeného križa 149 mm, šírka kružnice ohraničujúcej znak 10 mm.
Zdravotnícky stan - stanový prístrešok - základná odolná podlaha na terén pod stan.	Drenážno separačná vrstva. Tkaná geotextilná rohož. Materiál min. PP, 280g/m2, tmavá farba.

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia.
Požaduje sa inštaččný manuál v slovenskom jazyku. Návod na údržbu v slovenskom jazyku. Denník stanu.
Požaduje sa školenie obsluhy zdravotníckeho stanu - stanového prístrešku dodávateľom v rozsahu určenom dodávateľom, tak aby obsluha zvládla bezpečnú montáž, ošetrovanie, zapojenie príslušenstva a opravy k stanu pri dodržaní podmienok stanovených dodávateľom. Počet zaškolených osôb minimálne 9.
Požaduje sa čestným prehlásením potvrdiť záručný servis a údržbu zdravotníckeho stanu - stanového prístrešku dodávateľom v slovenskej republike do dvoch pracovných dní od prevzatia výzvy na opravu a údržbu dodávateľom.
Požaduje sa predložiť funkčnú a technickú špecifikáciu, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacenенých výrobkov, požaduje sa predložiť certifikát ohňovzdornosti materiálu strechy, podlahy a certifikát ohňovzdornosti materiálu izolačnej vložky. Všetky údaje a dokumenty predložiť najneskôr do 7 dní od účinnosti kúpnej zmluvy.
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy.
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar.
Požaduje sa, aby dodávateľ vyrozumel o termíne dodania tovaru kontaktné osoby objednávateľa v mieste dodania najmenej 3 pracovné dni pred jeho dodaním.
Požaduje sa vo faktúre uviesť "ID zmluvy" EKS.
Požaduje sa, aby faktúra nebola doručená objednávateľovi na adresu jeho sídla uvedenú v záhlaví tejto zmluvy ani na adresu sídla / miesta dodania kontaktnej osoby objednávateľa vo veci realizácie naplnenia tejto kúpnej zmluvy, ale na inú adresu, ktorá bude na tento účel písomne oznámená dodávateľovi.
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Splatnosť faktúry je minimálne 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry na adresu objednávateľa v zmysle bodu 1.1. kúpnej zmluvy.
Na predmet zákazky objednávateľ neposkytuje žiadne preddavky ani zálohové platby.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
Ilustračný obrázok - zdravotnícky stan - stanový prístrešok..docx	Ilustračný obrázok - zdravotnícky stan - stanový prístrešok..docx

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Žilinský
Okres: Liptovský Mikuláš
Obec: Liptovský Mikuláš
Ulica: Tehelná 1108

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

15.06.2023 08:00:00 - 30.11.2023 11:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: súprava
Požadované množstvo: 10,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3.11.2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 69 446,67 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 83 336,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20234602

V Bratislave, dňa 29.05.2023 11:26:01

Objednávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
Zepelin, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska