

# Kúpna zmluva č. Z20235463\_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

## I. Zmluvné strany

### 1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Fakultná nemocnica Trenčín  
Sídlo: Legionárska 28, 91171 Trenčín, Slovenská republika  
IČO: 00610470  
DIČ: 2021254631  
IČ DPH: SK2021254631  
Bankové spojenie: IBAN: SK2381800000007000280438  
Telefón: 0326566250

### 1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: MEDKONSULT SLOVAKIA, spol. s r.o.  
Sídlo: Armádna 1659/12, 91101 Trenčín, Slovenská republika  
IČO: 31441831  
DIČ: 2020384894  
IČ DPH: SK2020384894  
Telefón: 0323904271

## II. Predmet zmluvy

### 2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Prístroj slúžiaci pre urodynamickú diagnostiku  
Kľúčové slová: Urodynamika, urológia  
CPV: 33125000-2 - Urológia, vyšetrovacie prístroje; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  
Druh/y: Tovar; Služba

### 2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

#### Položka č. 1: Prístroj slúžiaci pre urodynamickú diagnostiku

| Funkcia                                                                                         |                         |         |         |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Prístroj určený na komplexné urodynamické merania.                                              |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti                                                                            | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Prístroj slúžiaci pre urodynamickú diagnostiku                                                  | ks                      |         |         | 1      |
| Napájanie                                                                                       | VAC                     |         |         | 230    |
| Napájanie                                                                                       | Hz                      |         |         | 50     |
| Hmotnosť s príslušenstvom                                                                       | kg                      |         | 40      |        |
| Technické vlastnosti                                                                            | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| Meracie metódy- uroflowmetria, cystometria, mikčná cystometria, profilometria, VLPP, EMG        | áno                     |         |         |        |
| Minimálne 5 kanálový systém                                                                     | áno                     |         |         |        |
| Možnosť kombinácie nasledovných vyšetrení - vyťahovač katetrov, cystometrická pumpa a EMG sondy | áno                     |         |         |        |
| Podvozok s minimálne dvomi brzdenými kolečkami                                                  | áno                     |         |         |        |
| Výškovo nastaviteľný monitor s klávesnicou                                                      | áno                     |         |         |        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Priemyselný počítač bez ventilátora pre vyššiu spoľahlivosť                                                                                                                                                                                                                                                                                   | áno |
| Možnosť doplniť softvér o anorektálnu manometriu                                                                                                                                                                                                                                                                                              | áno |
| CYSTOMETRICKÁ PUMPA AMV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| Výkon - 0–100 ml/min $\pm$ 2%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | áno |
| Preddefinované rozsahy - 1, 2, 5, 10, 20, 50, 75, 100 ml/min                                                                                                                                                                                                                                                                                  | áno |
| Minimálne 7 valčekov pre čo najmenšie artefakty pri plnení                                                                                                                                                                                                                                                                                    | áno |
| VYŤAHOVAČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| Rýchlosť - 0–10 mm/s $\pm$ 2%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | áno |
| Preddefinované rozsahy - 1, 2, 5 mm/s                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | áno |
| Dĺžka posunu - 200 mm (štandardne), max. 5940mm                                                                                                                                                                                                                                                                                               | áno |
| Viac možností upevnenia vyťahovača(Euro lišta, stojan, universal Manfrotto alebo ekvivalent)                                                                                                                                                                                                                                                  | áno |
| Sterilizovateľné držiaky katétrov                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | áno |
| MERANIE TLAKU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| Vstupy - rovnocenné vstupy CH1 až CH3                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | áno |
| Snímače air-charged (Atmos), pre prenos tlaku vodným stĺpcom (Medex), microTip (typ Statham, Capto alebo ekvivalent)                                                                                                                                                                                                                          | áno |
| Rozsah –5 až +25kPa $\pm$ 1%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | áno |
| Maximálny dovolený pretlak +40kPa                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | áno |
| Maximálny dovolený podtlak –20kPa                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | áno |
| MERANIE OBJEMU A PRIETOKU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| Rozsah objemu - 1000 ml $\pm$ 1% (max. 3000ml $\pm$ 2% podľa použitej zbernej nádoby)                                                                                                                                                                                                                                                         | áno |
| Rozsah prietoku - 0–500 ml/s $\pm$ 2%                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | áno |
| EMG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| Vstupy - EMG snímače nalepovacie                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | áno |
| Citlivosť - 50 $\mu$ V, 500 $\mu$ V                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | áno |
| BEZDRÔTOVÉ SNÍMAČE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| Pracovná frekvencia - pásmo ISM 865,0MHz – 868,0MHz (podľa nastavenia)                                                                                                                                                                                                                                                                        | áno |
| Výstupný výkon pri Tx - 10dBm (10mW)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | áno |
| Typ modulácie - širokopásmová FSK                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | áno |
| Spotrebný materiál pre snímače air-charged (Atmos) : urodynamický set pre pumpu, cystometrický kateter, abdominálny kateter                                                                                                                                                                                                                   | áno |
| Spotrebný materiál pre prenos tlaku vodným stĺpcom (Medex): urodynamický set pre pumpu, abdominálny tlakový kateter (1 kanálový, 2 kanálový), cystometrický kateter (1 kanálový, 2 kanálový), spojovacia hadička, tlakový snímač, Y- spojka                                                                                                   | áno |
| Pokiaľ bude dodaný prístroj potrebovať pripojenie do počítačovej siete verejného obstarávateľa, musí spôsob pripojenia konzultovať s IT administrátormi verejného obstarávateľa minimálne 14 dní vopred. Za týmto účelom je dodávateľ povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi potrebné technické informácie a rešpektovať jeho požiadavky | áno |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Ak bude dodávateľ požadovať vzdialenú správu dodaného prístroja, musí vopred uzavrieť s verejným obstarávateľom zmluvu o plnení bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností, ktorá bližšie upraví zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti elektronických sietí a informačných systémov verejného obstarávateľa. | áno |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|

### 2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

| Názov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vrátane dopravy na miesto plnenia, dodanie a vyloženie tovaru do určených priestorov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Vrátane inštalácie, uvedenia do prevádzky, odskúšania funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaných zariadení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Vrátane zaškolenia obsluhujúceho personálu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Prístroj musí byť nový - nepoužívaný, nerepasovaný.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Požadujú sa predložiť potrebné certifikáty, vyhlásenie o zhode a CE certifikát (neoverené kópie) do 2 pracovných dní od uzavretia zmluvy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Požaduje sa odovzdanie technickej dokumentácie - manuál na obsluhu v slovenskom jazyku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Požaduje sa záručná lehota v trvaní min. 24 mesiacov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacených výrobkov do 2 pracovných dní od uzavretia zmluvy                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Od úspešného dodávateľa požadujeme do 2 pracovných dní po uzatvorení zmluvy predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet predmetu zákazky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Záručný autorizovaný servis a údržba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Objednávateľ požaduje v rámci záručného servisu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Fyzický nástup technika na opravu maximálne do 48 hodín od nahlásenia poruchy v rámci pracovných dní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Maximálnu dobu opravy bez potreby náhradných dielov do dvoch pracovných dní od nahlásenia poruchy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Maximálnu dobu opravy pri potrebe dodania náhradných dielov zo Slovenska do siedmich pracovných dní od dostupnosti náhradného dielu na trhu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Maximálnu dobu opravy pri potrebe dodania náhradných dielov zo zahraničia do pätnástich pracovných dní od dostupnosti náhradného dielu na trhu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ v postavení veriteľa nepostúpi akúkoľvek svoju pohľadávku z tejto zmluvy tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu dlžníka- objednávateľa. Rovnakým spôsobom dodávateľ pohľadávku voči objednávateľovi nezabezpečí ručením treťou osobou alebo žiadnym iným právne prípustným spôsobom dodávateľ neposkytne práva k takejto pohľadávke tretej osobe. Písomný súhlas objednávateľa s takýmito úkonmi je zároveň platný len za podmienky, že bol na tento úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva SR |
| V prípade, že dôjde zo strany predávajúceho k porušeniu tejto povinnosti a svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy postúpi, resp. prijme ručenie tretej osobe bez súhlasu protistrany, bude sa takýto úkon považovať za neplatný a neúčinný voči kupujúcemu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Objednávateľ upozorňuje, že dodávateľ musí byť v zmysle § 32 ods. 1 písm. e) ZVO oprávnený dodávať tovar alebo poskytovať službu, ktorá zodpovedá predmetu zákazky. V prípade pochybností objednávateľa je dodávateľ povinný na požiadanie objednávateľa v lehote určenej objednávateľom preukázať oprávnenie dodávať tovar alebo poskytovať službu dokladom podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZVO. V opačnom prípade je objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy.                                                                                                                       |
| Objednávateľ bude považovať za podstatné porušenie zmluvy a vyhradzuje si právo odstúpiť od zmluvy so všetkými dôsledkami v zmysle OPET a ZVO ak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Dodávateľ nedodrží stanovenú lehotu na predloženie dokladov a dokumentov.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Z predložených dokladov a dokumentov bude zrejmé nedodržanie požadovaných funkčných a technických vlastností ponúkaného zariadenia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ak dodávateľ v čase stanovenom objednávateľom nepredloží na základe písomnej výzvy doklady a vyjadrenie preukazujúce reálnosť plnenia predmetu zmluvy za mimoriadne nízku cenu, resp. za cenu vykazujúcu znaky mimoriadne nízkej ponuky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Nedodrží termín dodania tovaru dohodnutého v zmluve, resp. v objednávke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Dodá predmet zmluvy, ktorý nezodpovedá vlastnostiam, akosti, množstvu dohodnutých v zmluve, nesplňa minimálne technické parametre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Neodovzdá doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie a na užívanie tovaru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Nastanú ostatné podstatné porušenia zmluvy, ktoré upravujú ustanovenia Obchodných podmienok elektronického trhu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

Kúpna cena je stanovená ako pevná a úplná, zahŕňa kúpnu cenu tovaru, dodanie tovaru na miesto dodania, vrátane nákladov na dopravu a inštaláciu prístroja a zaškolenia

Splatnosť faktúry je 60 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi, a to výlučne bezhotovostným prevodom na bankový účet dodávateľa

| Názov                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Upresnenie                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Do 2 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy, teda ešte pred samotnou dodávkou predmetu zmluvy, objednávateľ požaduje predložiť: podrobný technický opis predmetu zmluvy s uvedením obchodného názvu, resp. typového označenia a údajmi deklarujúcimi objednávateľom požadované parametre | Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok |

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

| Popis | Názov súboru |
|-------|--------------|
|-------|--------------|

### III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika  
Kraj: Trenčiansky  
Okres: Trenčín  
Obec: Trenčín  
Ulica: Legionárska 28

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

14.06.2023 10:00:00 - 14.09.2023 09:19:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks  
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3.11.2022, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

### IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 17 995,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 21 594,00 EUR

### V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:  
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,  
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 12.06.2023 10:38:01

Objednávateľ:

Fakultná nemocnica Trenčín

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhu

Dodávateľ:

MEDKONSULT SLOVAKIA, spol. s r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhu