

Príloha č. 1 Kúpnej zmluvy:

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Predmet zákazky: **Elektrochirurgická zostava s argón plazmovou koaguláciou**

Súčasťou predmetu zákazky je:

- dodávka zariadení na určené miesto,
- inštalácia,
- funkčná skúška,
- protokolárne prevzatie a odovzdanie predmetu zákazky,
- odovzdanie dokumentácie,
- zaškolenie obsluhy,
- plná autorizovaná servisná podpora po dobu minimálne 24 mesiacov vrátane povinných preventívnych prehliadok a technických kontrol, ktoré sú stanovené právnymi predpismi a výrobcom na ponúkané zariadenia
- Záruka minimálne 24 mesiacov
- Záručný servis
- Slovenský návod na obsluhu
- Nové nepoužívané a nerepasované zariadenie
- Možnosť objednania a dodávky príslušenstva a náhradných dielov

No.	Splnenie minimálnych požadovaných technických parametrov jednotlivých položiek obstarávania definovaných v technickom opise	Požadovaná hodnota	Ponúkaná hodnota (vyplní uchádzač)
	Elektrochirurgická zostava s argón plazmovou koaguláciou k endoskopickým ERCP vyšetreniam	1 ks	<i>1ks</i>
	Typ zariadenia: ESG-300/APU-300 Výrobca: OLYMPUS		
1	Maximálny výkon	Min. 120W	<i>Áno, 120W</i>
2	Vysokofrekvenčný princíp	áno	<i>áno</i>

3	Samostatný monopolárny rezací režim	áno	áno
4	Samostatný monopolárny koagulačný režim	áno	áno
5	Samostatný bipolárny koagulačný režim	áno	áno
6	Jednorázová neutrálna elektróda	100 ks	Áno, 100ks
7	Prepojovací kábel k neutrálnej elektróde	áno	áno
8	Aktívny kábel do inštrumentov	áno	áno
9	Aktívne monitorovanie impedancie tkaniva cez pracovný inštrument	áno	áno
10	Systém ochrany pacienta a lekára proti popáleniu	áno	áno
11	Bezdrôtový nožný spínač pre páliaci a koagulačný režim	áno	áno
12	Samostatná oddelená argón-plazmová jednotka	áno	áno
13	Samostatný rýchly pulzujúci režim	áno	áno
14	Samostatný pomalý pulzujúci režim	áno	áno
15	Režim SmartArgon	áno	áno
16	Možnosť použiť radiálne, lineárne a axiálne sondy	áno	áno
17	Redukčný ventil na argónovú bombu	áno	áno
18	Mobilná pracovná stanica s kolieskami	áno	áno

19	Možnosť uloženia elektrochirurgickej a argónovej jednotky zároveň.	áno	áno
20	Samostatný odkladací priestor na inštrumenty	áno	áno
21	Odkladací priestor na nožný spínač	áno	áno
22	Priestor na uloženie argónovej bomby	áno	áno
23	Vyžaduje sa kompatibilita s akcesóriami značky Olympus	áno	áno
24	Záručná doba	Min. 24 mes.	Áno, 24 mesiacov
25	Záručný servis certifikovaným a revíznym technikom	áno	áno
26	Vrátane inštalácie, spustenia do prevádzky, zaškolenia obsluhy	áno	áno
27	Nové nepoužívané, nerepasované zariadenie	áno	áno
28	Možnosť objednania a dodávky príslušenstva a náhradných dielov	áno	áno
29	Dodacia doba	Max 3 mesiace	Áno, 3 mesiace

V Žiari nad Hronom, dňa 08.06.2023

Martin Továrek, konateľ
ULTRAMED, s.r.o.