

KÚPNA ZMLUVA
na dodávku mamografického prístroja s príslušenstvom

číslo: 015/2023/VO/A

(uzavretá podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)

Kupujúci:

Názov:	Ľubovnianska nemocnica, n.o.	
Sídlo:	Obrancov mieru 3, 064 01 Stará Ľubovňa	
Zastúpený:	MUDr. Petrom Bizovským, MPH, riaditeľ	
IČO:	37886851	
IČ DPH:	SK2022057565	
DIČ:	2022057565	
Zapísaný:	v registri neziskových organizácií vedenom Krajským úradom Prešov, registračné číslo OVVS-119/5002-NO	
Bankové spojenie:	Peňažný ústav:	
	IBAN:	
	SWIFT:	

(ďalej len „kupujúci“)

a

Predávajúci:

Obchodné meno:	FUJIFILM Slovakia s. r. o.	
Sídlo:	Rybničná 40, Bratislava 831 06, Slovenská republika	
Zastúpený:	Ing. Peter Stolárik, na základe plnej moci zo dňa 01.01.2023	
IČO:	53987331	
IČ DPH:	SK2121557845	
DIČ:	2121557845	
Zapísaný:	v OR Okr. súdu Bratislava I, odd: Sro vložka č. 154764/B	
Bankové spojenie:	Peňažný ústav:	
	IBAN:	
	SWIFT:	

(ďalej len „predávajúci“)

II.

Preambula

Táto kúpna zmluva (ďalej len „zmluva“) sa uzaviera s úspešným uchádzačom na základe výsledkov realizovanej nadlimitnej zákazky formou verejnej súťaže v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, ktorej predmet je zhodný s predmetom tejto zmluvy a úspešnej ponuky uchádzača, za nasledujúcich podmienok.

III.

Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri predaji a kúpe tovaru a záväzok predávajúceho dodať a predajť kupujúcemu tovar a záväzok kupujúceho dodaný tovar prevziať a zaplatiť kupujúcemu dohodnutú kúpnu cenu, za podmienok stanovených touto zmluvou.
2. Predávajúci sa zaväzuje, že tovar ktorý je predmetom dodávky je nový, nepoužívaný a nerepasovaný, v bezchybnom stave, najvyššej kvality a odpovedá všetkým platným právnym predpisom Slovenskej republiky.
3. Tovarom, ktorý je predmetom predaja a kúpy je Digitálny mamografický prístroj s príslušenstvom špecifikovaným v Prílohe č. 1 - Technická a medicínska špecifikácia predmetu zmluvy, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
4. Súčasťou dodávky tovaru je zároveň dodanie sprievodnej dokumentácie potrebnej pre riadne a bezchybné použitie tovaru na stanovený účel, a to najmä: návodu na obsluhu a údržbu tovaru v slovenskom jazyku, všetkých platných certifikátov a osvedčení, dokladu o pridelení ŠUKL kódu a iné.
5. Súčasťou dodávky je zároveň záväzok predávajúceho poskytnúť kupujúcemu služby spojené s dodaním tovaru, t. j. doprava do miesta plnenia, vyloženie v mieste plnenia a kompletizácia tovaru, inštalácia v mieste plnenia, vrátane zaškolenia zdravotníckeho personálu v nevyhnutnom rozsahu s vydaním protokolu o zaškolení. Vykonanie skúšok, skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky.
6. Zároveň je predmetom tejto zmluvy záväzok predávajúceho poskytovať služby autorizovaného servisu a opráv ním dodaných prístrojov po celú dobu dohodnutej záruky, vrátane vykonávania pravidelných odborných prehliadok v intervaloch stanovených výrobcom a vrátane dodávky originálnych náhradných dielcov. Tiež sa predávajúci zaväzuje, najneskôr 14 dní pred uplynutím dohodnutej záručnej doby vykonať bezplatnú bezpečnostno-technickú prehliadku a bezplatné odstránenie všetkých zistených väd a nedostatkov spadajúcich pod záruku.
7. Špecifikácia služieb poskytovaných predávajúcim počas záručnej doby je uvedená v prílohe č. 2, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Predávajúci sa zaväzuje, že po celú dobu dohodnutej záruky zabezpečí pre kupujúceho poskytovanie aj ďalších servisných služieb, ktoré nie sú zahrnuté v prílohe č. 2, súvisiacich so zabezpečením bezpečnosti a funkčnosti dodaného prístroja (napr. opravy spôsobené neodbornou obsluhou a pod.), a to vždy odplatne na základe osobitnej objednávky doručenej kupujúcim, za podmienok dohodnutých v písomnej objednávke.
8. Predávajúci sa zaväzuje vykonávať pozáručný servis 48 mesiacov od skončenia záruky. Servisné zásahy sa budú realizovať odplatne na základe osobitnej objednávky a za podmienok dohodnutých v písomnej objednávke.
9. Predávajúci sa zaväzuje odborne deinštalovať jestvujúce zariadenie - Mamograf Mammomat Inspiration bez jeho likvidácie.

IV.

Dodacie podmienky, záručné podmienky a zodpovednosť za vady

1. Predmet zmluvy sa bude považovať za dodaný, potvrdením dodacieho listu oprávneným zástupcom kupujúceho. Kupujúci po vykonaní fyzickej kontroly tovaru, poskytovaných záruk, označenia tovaru, súladu dodaného tovaru so špecifikáciou,

- množstva tovaru, po inštalácii v mieste plnenia, odskúšania funkčnosti a zaškolenia zamestnancov kupujúceho, potvrdí prevzatie tovaru na dodacom liste.
2. Kupujúci si vyhradzuje právo neprevziať tovar poškodený, neúplný alebo vadný. V prípade, keď na základe fyzickej kontroly tovaru a funkčných skúšok tovaru kupujúci zistí nezrovnalosti – zrejmé chyby a vady tovaru, resp. jeho nesúlad s premetom zmluvy, tovar neprevezme a vystaví protokol nezrovnalostí.
 3. Záruka na dodaný tovar je 60 mesiacov od prevzatia tovaru a jeho inštalácie v mieste plnenia, poučenia a zaškolenia obsluhy, a uvedenia zariadenia do prevádzky.
 4. Záručná doba začína plynúť od prevzatia prístroja kupujúcim.
 5. Predávajúci garantuje schopnosť zabezpečiť pozáručný servis a dodanie náhradných dielov najmenej 10 rokov od dodania tovaru.
 6. Skryté vady a vady nezistené pri preberacom konaní kupujúci bez zbytočného odkladu reklamuje. Reklamáciu uplatní písomnou formou u predávajúceho najneskôr do uplynutia záručnej doby. Predávajúci je povinný písomne sa vyjadriť k reklamáci najneskôr do 24 hodín po jej doručení. Ak sa v tejto lehote nevyjadrí, bude to znamenať jeho súhlas s opodstatnenosťou reklamácie.
 7. Špecifikácia služieb poskytovaných predávajúcim počas záručnej doby je uvedená v Prílohe č. 2, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Predávajúci sa zaväzuje, že po celú dobu dohodnutej záruky zabezpečí pre kupujúceho poskytovanie aj ďalších servisných služieb, ktoré nie sú zahrnuté v prílohe č. 2, súvisiacich so zabezpečením bezpečnosti a funkčnosti dodaného prístroja (napr. opravy spôsobené neodbornou obsluhou a pod.), a to vždy odplatne na základe osobitnej objednávky doručenej kupujúcim, za podmienok dohodnutých v písomnej objednávke.
 8. Kupujúcemu vyplývajú z opakujúcich sa vád nasledovné nároky:
 - možnosť odstúpenia od zmluvy
 - požadovať do určeného termínu bezplatnú výmenu vadného predmetu zákazky,
 - požadovať náhradu vzniknutej škody,pričom spôsob uplatnenia svojho nároku kupujúci oznámi predávajúcemu v písomnej reklamáci.

V.

Miesto a termín plnenia

1. Miestom plnenia sa rozumie miesto dodania tovaru. Miestom dodania je Ľubovnianska nemocnica, n.o. Stará Ľubovňa, Obrancov mieru 3.
2. Konkrétne miesto inštalácie bude predávajúcemu spresnené zástupcom kupujúceho.
3. Termín dodania mamografického prístroja s príslušenstvom je 90 kalendárnych dní od platnosti zmluvy.

VI. Cena a platobné podmienky

1. Cena za predmet zmluvy uvedený v čl. III ods. 1 až 8 je stanovená v súlade s § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách, jeho vykonávacej vyhlášky č. 87/1996 Z. z. a aktuálnym Cenovým opatrením MZ SR, ktorým sa stanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva, v prípade ak je to relevantné, v súlade s výsledkom verejnej súťaže nasledovne:

Cena spolu bez DPH	166 237,39 EUR
20 % DPH	33 247,48 EUR
Cena spolu s DPH	199 484,87 EUR

2. Cena je dohodnutá cena ako konečná a maximálna.
3. Cenou sa rozumie cena, vrátane cla, DPH, recyklačného poplatku a dopravy a inštalácie v mieste plnenia určeného kupujúcim, uvedenia do prevádzky, poučenia a zaškolenia obsluhy a ostatných nákladov spojených s dodávkou, uvádzaná v mene Slovenskej republiky v EUR.
4. Cena (kúpna cena) za tovar je deklarovaná v Prílohe č. 3 tejto zmluvy.
5. Dohodnutú cenu je možné zmeniť iba pri zmene colných a daňových predpisov SR, vždy len po vzájomnej dohode zmluvných strán, v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách a jeho vykonávacej vyhlášky č. 87/96 Z. z.
6. Platba bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku prostredníctvom finančných ústavov zmluvných strán, po dodaní a prevzatí tovaru a podpísaní preberacieho protokolu oprávnenými zástupcami predávajúceho a kupujúceho, na faktúru, ktorej splatnosť je 60 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu. Zaplatením faktúry sa rozumie deň odpísania fakturovanej čiastky z účtu kupujúceho.
7. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Ak faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti alebo nebude po stránke vecnej alebo formálnej správne vystavená, kupujúci ju vráti predávajúcemu na doplnenie, opravu alebo vystavenie novej faktúry. U takto doplnenej, opravenej alebo novej faktúry plynie nová lehota splatnosti odo dňa jej doručenia kupujúcemu.

VII. Iné dojednania

1. Predávajúci predloží do 3 dní od uzavretia zmluvy kupujúcemu Vyhlásenie o zhode a doplňujúce podklady k nemu, certifikát vydaný autorizovanými osobami alebo notifikovanými osobami, ktoré majú oprávnenie na posudzovanie zhody výrobkov.
2. Kupujúci požaduje do 3 dní od uzavretia zmluvy predložiť podrobný technický opis s údajmi deklarujúcimi technicko - medicínske parametre ponúkaného tovaru, s uvedením obchodného názvu, resp. typového označenia tovaru.
3. Porušenie podmienok uvedených v predchádzajúcich bodoch tohto článku sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok.

VIII. Zánik zmluvy

1. Pri podstatnom porušení povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy môže oprávnená strana okamžite písomne odstúpiť od zmluvy a požadovať od povinnej strany náhradu škody, ktorá jej vinou vznikla, v súlade s platnou právnou úpravou. Zmluvné strany sa dohodli za podstatné porušenie zmluvných povinností považovať porušenie akejkoľvek povinnosti vyplývajúcej z tejto zmluvy. Úplná alebo čiastočná zodpovednosť zmluvnej strany je vylúčená v prípadoch zásahu vyššej moci a úradných miest. V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva zrušuje doručením písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane. Dôvod odstúpenia od zmluvy bude špecifikovaný v oznámení o odstúpení od zmluvy.
2. Podstatným porušením kúpnej zmluvy predávajúcim je nedodržanie dohodnutého termínu dodania predmetu kúpy o viac ako 30 dní. Z dôvodu tohto podstatného porušenia zmluvy môže kupujúci od zmluvy odstúpiť.
3. Za podstatné porušenie zmluvy kupujúcim, kedy môže predávajúci od zmluvy odstúpiť, sa považuje omeškanie s úhradou kúpnej ceny o viac ako 60 dní.
4. Zmluvu je možné zrušiť dohodou zmluvných strán. Dohoda o skončení platnosti zmluvy musí byť písomná. V tomto prípade platnosť zmluvy končí dňom, na ktorom sa zmluvné strany dohodli. Súčasťou zmluvy o skončení platnosti tejto zmluvy musí byť aj spôsob vzájomného zúčtovania záväzkov a pohľadávok zmluvných strán.

IX. Zmluvné pokuty a úroky z omeškania

1. V prípade, že predávajúci je v omeškaní s dodávkou tovaru alebo jeho časti, kupujúci má právo účtovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny nedodaného tovaru za každý aj začatý deň omeškania.
2. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry, je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu úrok z omeškania vo výške 0,05 % z neuhradenej čiastky za každý aj začatý deň omeškania.
3. V prípade omeškania predávajúceho s plnením služieb v rámci záručného servisu a odstránením väd tovaru v termínoch dohodnutých podľa zmluvy a Prílohy č. 2 tejto dohody, má kupujúci právo účtovať predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške a za podmienok podľa Prílohy č. 2 tejto dohody.

X. Záverečné ustanovenia

1. Jednotlivé ustanovenia tejto zmluvy môžu byť zmenené, doplňované, resp. rušené iba formou písomných dodatkov, podpísaných oboma zmluvnými stranami. Všetky zmeny týkajúce sa tejto zmluvy, uvedené v dodatkoch, budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
2. Ostatné právne vzťahy, výslovne touto zmluvou neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a všeobecne záväznými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

3. Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každý má platnosť originálu. Kupujúci aj predávajúci obdržia dve vyhotovenia tejto zmluvy.
4. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a ods. 1 OZ v centrálnom registri zmlúv.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpísali.

Prílohy:

- č. 1 - Technická a medicínska špecifikácia predmetu zmluvy
- č. 2 - Služby poskytované počas záručnej doby
- č. 3 – Rozpis zmluvnej ceny
- č. 3 – Protikorupčná doložka

V Starej Ľubovni dňa

V Bratislave dňa

Za kupujúceho:

Za predávajúceho:



.....
Ing. Peter Stolárik
na základe splnomocnenia
FUJIFILM Slovakia, s. r. o

Príloha č. 1

Kúpnej zmluvy

Technická a medicínska špecifikácia predmetu zmluvy

Mamografický prístroj s tomosyntézou, digitálnou biopsiou bez duálnej energie	
I. Technické špecifikácie mamografu	
Technické špecifikácie mamografu	Podmienka
Typ detektora	Digitálny detektor s priamou digitalizáciou na báze amorfného selénia alebo na báze amorfného Si a CsI scintilátorom
Projektcia	štandardne 2 projektcie mediolaterálna šikmá (MLO) a kraniokaudálna (CC), pri duktografii mediolaterálna bočná a kraniokaudálna, pri využití mamografie ako doplnujúceho výkonu podľa potreby
Zdroj vysokého napätia (VN)	vysokofrekvenčný generátor
Rozmer aktívnej plochy detektora (výška x šírka)	minimálne 24 x 29cm
Rozlíšenie – počet bodov	minimálne 2300 x 2800 pixelov
Rozlíšenie – veľkosť bodu	maximálne 100 μ m
Rozlíšenie – rozsah šedi	minimálne 14 bit
Výstupný výkon generátora	minimálne 5 kW
Rozsah kV pri snímkaní	minimálne od 23 kV do 35 kV
Rozsah nastavenia mAs	minimálne od 5 mAs do 500 mAs
Veľkosť malého ohniska	maximálne 0,1 mm
Veľkosť veľkého ohniska	maximálne 0,3 mm
Materiál anódy	Mo alebo W (možné aj dva materiály)
Voľba kombinácie materiálu anódy a filtra	manuálne, či automaticky podľa hrúbky či zloženia prsníka
2 samostatné ohniská na každú anódovú ráhu	áno, nie nevylučuje
Typ anódy	rotačná
Duálna automatická filtrácia	áno min. 2 alternatívy, nie nevylučuje, aspoň dva z uvedených filtrov (Mo alebo Rh alebo Ag)
Tepelná kapacita anódy	min. 160 kHU
Rýchloobrátkový rtg žiarič, rotácia anódy	min. 8000 otáčok/min.
Dávkový parameter so zápisom k aktívnemu obrazu s automatickým prenosom do PACS-u	áno
Tomosyntéza s vysokou rozlišovacou schopnosťou na znázornenie obrazov v 2D aj 3D	áno
Tomosyntéza musí byť spracovaná s rovnakou veľkosťou pixelu akou disponuje 2D snímkovanie	áno
Tomosyntézu musí byť možné vykonať aj bez zadržania dychu pacientky	áno
Snímkový rozsah tomosyntézy	Min. $\pm 7,5^\circ$
Dvojtlačidlový nožný spínač na výškové nastavenie ramena	áno
Dvojtlačidlový nožný spínač na kompresiu	áno
Expozičná automatika aj s možnosťou manuálneho nastavenia exp. parametrov	áno
Senzor expozičnej automatiky	je potrebné zaistiť, aby prsník úplne prekryval miesto, kde sa nachádza senzor AEC, poloha senzoru musí byť mimo retroglandulárny tuk
Program pre prsníky s implantátmi	áno
Automatické nastavenie kolimátorom podľa pripojeného príslušenstva	áno
Plne automatizované ovládanie	áno
Počet nasnímaných obrazov počas tomosyntézy na dosiahnutie najoptimálnejšieho hĺbkového rozlíšenia	min. 10 obrazov
Veľkosť pixela pri tomosyntéze	max. 100 μ m
Syntetický 2D obraz z akvizície tomosyntézy	áno
Možnosť tomosyntézou riadenou stereotaxie	áno
Digitálna stereotaktická biopsia	áno
Snímkový uhol pri digitálnej biopsii	min. $\pm 15^\circ$
Motorický posuv ihly v rovinách x, y	áno

Biopická jednotka musí mať do 7 kg aby ju bolo možné jednoducho nastaviť na zariadenie	áno
Biopická jednotku musí byť možné nainštalovať bez nutnosti odobratia krytu detektora	áno
Sekundárna mriežka	áno, špeciálna pre mamografiu
Tvárový štít	zabraňuje tomu, aby sa hlava pacientky dostala do užitočného zväzku
Voliteľná poloha a nastavenie senzorov	áno

Vzdialenosť snímokovaný objekt-prijímač obrazu	prsník kontaktne na prijímači obrazu alebo vo zväčšovacej geometrii (snímky so zväčšením)
Digitálny indikátor sily a hrúbky kompresie	áno
Expozičná automatika	áno
Motoricky ovládané kompresné zariadenie pre kompresiu prsníka(zobrazenie kompresnej sily a hrúbky kompresie,s funkciou automatického a núdzového uvoľnenia kompresie)	áno
Maximálna motorická kompresná sila	130 až 200 N a stabilná po dobu minimálne 1 min
Vzdialenosť od ohniska RTG lampy po receptor obrazu	minimálne 60 cm
Rozsah vzdialenosti od podlahy k obrazovému receptoru	minimálne od 71 cm do 141 cm
Rozsah rotácie C-ramena	minimálne $\pm 160^\circ$
Veľkosť poľa zobrazenia (s výnimkou stereotaxie)	minimálne 23 x 26cm
CE certifikát vydaný výrobcom na ponúkaný prístroj a diagnostickú stanicu	áno
Platný ŠUKL kód prístroja	áno
Povolenie na dovoz, vývoz, predaj a distribúciu zdrojov ionizujúceho žiarenia. Rovnako ako aj povolenie na inštaláciu a servis zdrojov ionizujúceho žiarenia, vydané Úradom verejného zdravotníctva SR - zákon 355/2007 Z.z.. Zároveň vypracovanie a dodanie kompletnej dokumentácie pre zdravotného technika, ktorá musí byť odsúhlasená Ústavom radiačnej ochrany.	áno

II. Akvizíčná stanica pre mamograf

Operačný systém	Windows alebo Linux
Zabudované CD/DVD alebo USB rozhranie	áno
Hard disk	minimálne 2TB
Pamäť RAM	Minimálne 16 GB
Min DICOM ver3, Dicom Worklist, Dicom Send, Dicom MPPS, Dicom Q/R, DICOM Storage Commitment (potvrdenie archivácie z obrazového archívu)	áno
Monitor min. 19"	áno
Rozlíšenie	min. 3 MP
Svietivosť	min. 300 cd/m ²
DICOM funkcie: DICOM Storage (Send/Receive), DICOM Query/Retrieve, DICOM Print, DICOM Worklist/MPPS, DICOM Dose Reporting	áno
Užívateľské rozhranie alebo manuál v slovenskom alebo českom jazyku	áno
Demografické údaje o pacientoch buď načítavať priamo zo systému HIS/RIS (nemocničného/rádiologického informačného systému) prostredníctvom funkcionality DICOM Modality Worklist, alebo ich zadávať manuálne.	áno

III. Samostatná diagnostická stanica alebo mamografická stanica s riešením server-klient

Operačný systém	Windows alebo Linux
Zabudované CD/DVD a USB rozhranie	áno
Hard disk	minimálne 1 TB
Pamäť RAM	24 GB

DICOM Worklist (DICOM je medzinárodný štandard), DICOM zasielanie snímok na PACS, DICOM Print, DICOM Worklist/MPPS, Norma Dicom 3.0, DICOM Storage (Send/Receive) (používateľ/poskytovateľ triedy uloženia), DICOM Query/Retrieve (načítanie štúdií z digitálneho archívu, pracovnej stanice alebo z iných zobrazovacích systémov), Dicom Storage, DICOM Query/ Retrieve, Dicom Structured Report	áno
Užívateľské rozhranie alebo manuál v slovenskom alebo českom jazyku	áno
Demografické údaje o pacientoch buď načítavať priamo zo systému HIS/RIS (nemocničného/rádiologického informačného systému) prostredníctvom funkcionality DICOM Modality Worklist, alebo ich zadávať manuálne.	áno
Automatické ovládanie kontrastu	áno
Konfigurácia postupu reportovania, charakteristického pre jednotlivých používateľov.	áno

Funkcia lupy na zobrazovanie detailov na viacerých zobrazeniach, približovanie (Zoom) & posúvanie zobrazenia (Pan), aktivácia plného rozlíšenia na oboch monitoroch pomocou stlačenia jediného tlačidla, otáčanie obrazu a jeho zrkadlenie	áno
Inverzia stupnice šedej: iba v oblasti lupy, alebo inverzia celého zobrazenia.	áno
Anotácia zobrazenia s grafikou a voľným textom, anotácia zobrazenia s možnosťou uloženia vo forme správy o mamografickom vyšetrení (DICOM Breast Imaging Report alebo vo forme superponovaného zobrazenia (Image Overlay).	áno
Rozličná konfigurácia rozloženia obrazovky v závislosti od typu vyšetrenia: skríning/diagnostika,	áno
Rozšírená super pozícia zobrazenia a informácií o pacientovi: dátum vyšetrenia a smer prezerania, podrobné údaje o vyšetrení, ako sú faktory expozície, dávka atď	áno
Funkcia "magnification", "pixel to pixel", "realsize", "autoscale" a konfigurovateľná veľkosť výstupu	áno
Fukcia získať a zobrazit' štúdiu mamografickej tomosyntézy z obstarávaného mamografu s tomosyntézou pre účely diagnostiky	áno
DICOM funkcie: DICOM Storage (Send/Receive), DICOM Query/Retrieve, DICOM Print, DICOM Worklist/MPPS,	áno

IV. 2 Monitory pre diagnostickú stanicu

Technické špecifikácie pre 2 monitory diagnostickej stanice	Podmienka
Úplná kompatibilita s funkčnosťou diagnostickej stanice	áno
Rozlíšenie	minimálne 2048x2560 (veľkosť matrice 5 MP)
Uhlopriečka	minimálne 54 cm (21")
Maximálny jas obrazovky	minimálne 700 cd/cm ²
Kontrast	minimálne 800:1
Homogenita jasu obrazovky	maximálna odchýlka jasu od strednej hodnoty maximálne ±15%
Rozdiel v jase dvojice monitorov	maximálny rozdiel v jase dvojice monitorov (ľavého a pravého monitora) maximálne 5 %
Bitová hĺbka odtieňov šedej	farebný alebo monochromatický monitor; farebná hĺbka pre odtiene šedej farby minimálne 10-bit; automatická kalibrácia GSDF (Grey scale display function)
Chybne pixle obrazovky podľa ISO 134062	bez nefunkčných pixlov
Artefakty obrazovky	žiadne viditeľné artefakty v obraze na monitore, ktoré by mohli ovplyvniť kvalitu diagnostickej informácie

Príloha č. 2
Kúpnej zmluvy
Služby poskytované počas záručnej doby

1. Za účelom bezporuchovej prevádzky predmetu zmluvy a dodržania všetkých kvalitatívnych, prevádzkových a technicko-medicínskych parametrov uvedených v technickej špecifikácii predmetu zmluvy minimálne po dobu poskytovanej záruky (60 mesiacov) sa predávajúci zaväzuje najmä (nie však výlučne):
 - a) vykonať bezplatne preventívne servisné prehliadky (vrátane dopravy a výmeny náhradných dielov) v intenzite podľa požiadaviek výrobcu ponúkaného produktu, minimálne 1 x polročne (každých 6 mesiacov), minimálne v rozsahu:
 - o kontrola funkcie bezpečnostných tlačidiel, ovládacích tlačidiel, senzora preväčšovaciu platformu
 - o kontrola vstupných káblov
 - o kontrola pohybov a uhlov C-ramena
 - o kontrola kompresnej hrúbky a tlaku
 - o kontrola vstupného napájacieho napätia
 - o kontrola expozície
 - o kontrola napätia a prúdu röntgenky
 - o kontrola reprodukovateľnosti, linearity
 - o kontrola ožarovaneého poľa pre malé a veľké ohnisko
 - o kontrola kvality žiarenia
 - o kontrola – kalibrácia AEC
 - o kontrola fantómu a kompresných platní
 - o kalibrácia detektora
 - o kontrola artefaktov detektora
 - o vyčistenie prístroja a diagnostickej stanice
 - o údržba softvéru
 - b) dostaviť sa k miestu poruchy a vykonanie servisného zásahu v lehote najneskôršie do 24 hod. od nahlásenia poruchy kupujúcim,
 - c) záručný a pozáručný servis poskytovať technikmi hovoriacimi slovenským alebo českým jazykom
 - d) odstrániť poruchu v čo najkratšom čase, najneskôr do 2 pracovných dní od nástupu na opravu. Ak je náhradný diel z dovozu predávajúci sa zaväzuje odstrániť poruchu do 2 dní od dodania tovaru, najneskôr do 5 pracovných dní od nástupu na opravu
 - e) zabezpečiť, dodať a vymeniť všetky originálne náhradné dielce nevyhnutné k riadnej a bezpečnej prevádzke predmetu zmluvy v prípade ich poruchy alebo ak dielce má kratšiu dobu životnosti ako je poskytovaná záruka,
 - f) vykonať demontáž vadných náhradných dielcov a montáž nových originálnych náhradných dielcov, zabezpečiť odvoz a ekologickú likvidáciu vadných dielcov; zabezpečiť odvoz a likvidáciu spotrebného materiálu,
 - g) vykonávať pravidelné odborné prehliadky v intervaloch stanovených výrobcom,
 - h) garantuje 95% bezporuchovosť prístroja z počtu kalendárnych dní v roku
 - i) najneskôr 14 dní pred uplynutím záručnej doby vykonať bezplatnú bezpečnostno-technickú prehliadku a bezplatne odstrániť všetky zistené vady a nedostatky spadajúce pod záruku,
 - j) vykonávať ďalšie servisné úkony a činnosti v súlade s príslušnou právnou úpravou a aplikovateľnými normami.

2. Na vady spôsobené neodbornou manipuláciou resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu sa záruka nevzťahuje, podobne sa záruka nevzťahuje na vady vzniknuté v dôsledku živeľnej pohromy, vyššej moci alebo vandalizmom.
3. Kupujúci je povinný vadu alebo poruchu, zistenú v záručnej dobe bezodkladne nahlásiť predávajúcemu. Pre uvedený účel má predávajúci zriadené „Klientské centrum“ s prevádzkou minimálne v čase od 8:00 – 16:00 hod. v pracovných dňoch. Kontakt na prevádzku klientskeho centra, na tel. čísle _____ alebo e-mailovej adrese: _____
4. Kupujúci bezodkladne po zistení vady alebo poruchy, nahlási vadu / poruchu predávajúcemu telefonicky alebo elektronickou poštou v čase uvedenom v predchádzajúcom bode v rozsahu popis vady, miesto výskytu vady, kontaktnú osobu kupujúceho, jeho emailovú adresu a telefónne číslo. Predávajúci obratom potvrdí prijatie žiadosti rovnakou formou, akou bola žiadosť dodávateľovi odoslaná s informáciou, v akom možnom najskoršom čase bude kupujúceho kontaktovať servisný technik, za účelom nástupu k diagnostikovaniu vady / poruchy, resp. opravy poruchy na mieste. Servisný technik predávajúceho je povinný nastúpiť na odstránenie vady v mieste inštalácie predmetu zmluvy do 24 hodín od nahlásenia; v pracovný deň medzi 7:00 a 16:00 hod.,
5. Ak to charakter vady / poruchy umožňuje odstráni predávajúci vadu / poruchu na mieste. V prípade keď si charakter vady / poruchy vyžaduje prevzatie zariadenia na opravu do miesta opravy mimo miesto poruchy, odstráni vadu / poruchu v lehote najneskoršie do 48 hodín (v pracovných dňoch) od prevzatia zariadenia na opravu. V prípade ak si to charakter vady / poruchy vyžaduje (oprava u výrobcu, dodávka originálneho náhradného dielca a pod.) prevezme zariadenie do opravy a oznámi kupujúcemu najskorší termín odstránenia vady / poruchy. Tento termín pre odstránenie vady / poruchy je pre predávajúceho záväzný.
6. V prípade nedodržania lehôt na opravu podľa bodu 1 písm. d) je kupujúci oprávnený účtovať penále vo výške 0,5 % ceny prístroja za každý pracovný deň.
7. V prípade nedodržania garancie funkčnosti prístroja podľa bodu 1 písm. h) je kupujúci oprávnený účtovať penále vo výške 0,5 % ceny prístroja za každý pracovný deň nefunkčnosti prístroja pod garantovanú hranicu.
8. V prípade nesplnenia povinností predávajúceho uvedených v bode 5. alebo nedostupnosti Klientskeho centra, resp. prípadnej nereakcie na nahlásenie vady kupujúcim (čas nahlásenia musí byť preukázateľný kupujúcim), sa nečinnosť resp. omeškanie predávajúceho bude považovať za porušenie zmluvných povinností. V uvedenom prípade si kupujúci môže uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 300 EUR, za každý deň omeškania, za každé jedno porušenie zvlášť.

Príloha č. 3
Kúpnej zmluvy
Rozpis zmluvnej ceny

PROTIKORUPČNÁ DOHLADKA

Zobrazovacia technika - Digitálny mamografický prístroj, Ultrazvukové prístroje	Cena bez DPH
Položka 1)	
Časť "A" Digitálny mamografický prístroj (nový, nerepasovaný)	166237,39 EUR
Cena celkom bez DPH	166237,39 EUR
DPH 20%	33247,48 EUR
Cena spolu s DPH	199484,87 EUR

Príloha č. 4
Kúpnej zmluvy

PROTIKORUPČNÁ DOLOŽKA

1. Pri plnení tejto Zmluvy sa Predávajúci - Zhotoviteľ (ďalej len „Zmluvná strana“) zaväzuje striktné dodržiavať platné právne predpisy zakazujúce podplácanie verejných činiteľov a súkromných osôb, protiprávne ovplyvňovanie verejných činiteľov, pranie špinavých peňazí, a to najmä, ale nie výlučne pri obstarávaní podľa predpisov vzťahujúcich sa na verejné obstarávanie a týchto predpisov:
 - a) zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v platnom znení
 - b) zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb v platnom znení
2. Zmluvná strana sa zaväzuje zaviesť a vykonávať všetky nevyhnutné a vhodné postupy a opatrenia k zabráneniu korupcie.
3. Zmluvná strana vyhlasuje, že podľa jej vedomostí žiaden z jej zástupcov, riaditeľov, zamestnancov, alebo iných osôb konajúcich v mene Zmluvnej strany pri poskytovaní plnenia pre Ľubovniansku nemocnicu, n.o. (ďalej len „LN, n. o.“) alebo v mene LN, n. o. na základe tejto Zmluvy neponúka a nebude priamo alebo nepriamo ponúkať, dávať, poskytovať, vyžadovať ani prijímať peniaze alebo akékoľvek iné ocenenie hodnoty, alebo poskytovať akékoľvek výhody alebo dary osobe, spoločnosti alebo podniku, štátnemu úradníkovi alebo zamestnancovi, politickej strane či hnutiu, kandidátovi na politickú nomináciu, osobe, ktorá pôsobí v zákonodarnom, správnom alebo súdnom orgáne akéhokoľvek druhu a akejkolvek krajiny, v medzinárodnej verejnej organizácii za účelom ovplyvňovať takúto osobu v jej funkcii, s využitím odmeňovania, alebo navádzania k nekorektnému výkonu príslušnej funkcie alebo činnosti akoukoľvek osobou, za účelom získania alebo udržania podnikateľskej príležitosti pre LN, a. s. alebo získania výhody pri výkone podnikateľskej činnosti LN, n. o. .
4. Zmluvná strana sa zaväzuje okamžite oznámiť LN, n. o. akékoľvek porušenie akéhokoľvek ustanovenia tejto doložky.
5. Zmluvná strana sa zaväzuje po primeranú dobu, ktorou sa rozumie 5 rokov po ukončení tejto Zmluvy zachovať súvisiacu dokumentáciu v súlade s podmienkami tejto doložky.
6. Ak LN, n. o. upozorní Zmluvnú stranu, že má dôvodné podozrenie o porušení akéhokoľvek ustanovenia tejto doložky:
 - a) LN, n. o. je oprávnená pozastaviť plnenie z tejto Zmluvy aj bez predchádzajúceho upozornenia a po dobu, ktorú LN, n. o. vzhľadom na zistenie skutočností považuje za nevyhnutnú. Zmluvná strana berie na vedomie a súhlasí s tým, že po dobu zisťovania skutočností nedôjde k vzniku akýchkoľvek záväzkov a/alebo povinností LN, a. s. voči Zmluvnej strane plynúcich z takéhoto pozastavenia plnenia Zmluvy.
 - b) Zmluvná strana je povinná prijať všetky relevantné opatrenia, aby zabránila strate alebo zničeniu listinných dôkazov vzťahujúcich sa k príslušnému konaniu.
7. V prípade, ak Zmluvná strana poruší akúkoľvek povinnosť vyššie uvedenú v tejto doložke:
 - a) LN, n. o. je oprávnená aj bez predchádzajúceho upozornenia odstúpiť od Zmluvy s okamžitou platnosťou bez toho, aby Zmluvnej strane vznikol akýkoľvek nárok zo zodpovednosti za odstúpenie LN, n. o. od Zmluvy;
 - b) Zmluvná strana sa zaväzuje, že odškodní LN, n. o. v maximálne možnom rozsahu podľa platných právnych predpisov za akúkoľvek stratu, ujmu, poškodenie alebo náklady vzniknuté LN, n. o. v súvislosti s porušením tejto doložky.