



## ponuku predkladá:

obchodné meno: **MEDIS Nitra spol. s r.o.**

dátum vypracovania ponuky: 24.1.2019

sídl: Pri Dobrotke 659/81, 949 01, Nitra- Dražovce

IČO: 36 531 774

pečiatka a podpis

identifikácia ponúkaného zariadenia: **PHILIPS Efficia DFM100**je uvedené zariadenie vyrábané na sklad (disponujete skladovými zásobami)? **nie**je ponúkané zariadenie katalógovým tovarom? **nie**doba dodania (kal. dní): **90 dní**

## zariadenie:

názov: **Defibrilátor najvyššej triedy s príslušenstvom**predpokladaný objem: **22 ks**predpoklad dodávky (rok): **2019-2020**

celok	časť	technický parameter	hodnota technického parametra	hodnota parametra ponúknutého zariadenia
Defibrilátor najvyššej triedy s príslušenstvom	defibrilátor	hmotnosť	max 8,5 kg	5,66 kg
		displej ve kos	min. 6,5"	7 kg
		farba	áno	áno
		zobrazenie	sú asne aspo 3 krivky mimo reffim 12 kanálového EKG	áno
		pádla	áno (spolu s detskými), požadujeme nasúvací systém alebo jeho ekvivalent s možnosťou výmeny pádiel do 2 s	áno
		ovládanie na pádlach	áno	áno
		interné pádla	áno	áno
		ve kos lyfice (peropera né pádla)	aspo 5 ve kostí	áno
		ovládanie	na pádlach	áno
		nalepovacie elektródy	áno (univerzálne pre transtutánnu stimuláciu a defibriláciu bez nutnosti výmeny)	áno
		výboj energia	min. v rozsahu: od 2 do 270 J bifázický resp. od 2 - 200 J multipulzné bif.	1 - 200
		typ výboja	bifázický	áno
		stupe nastavenia	aspo 12 krokov	20
		rýchlos nabíjania (max.energia)	do 10 s na maximum	6 s
		detekcia odpojenia defibrilátorových elektród	áno	áno
		synchronizovaný reffim	áno	áno
		transtutánný kardiostimulátor demand	áno	áno
		fix-rate	áno	áno
		batéria d flka monitorovania	min 180 min.	150
		d flka stimulácie	min 120 minút	120
		počet výbojov s max.energiou na batériu	min. 100	100
		doba nabíjania	do 3 hodín	áno
		interná nabíjačka	áno	áno
		monitorované parametre EKG	6 zvodového EKG	áno
		funkcia SpO <sub>2</sub>	áno	áno
		funkcia etCO <sub>2</sub> u intubovaného aj neintubovaného pacienta	áno	áno
	funkcia NIBP	áno	áno	
	tlakiare min. 2 kanálová	áno (írka papiera min. 5cm)	5 cm	
	reffim AED	áno	áno	
	dátový management komunikácia	bezdrôtová komunikácia (minimálne možnosť doplnenia)	áno	
	kapacita pamäte	trendy 8 hodinové, min. 3 hodinový záznam EKG	áno	
	príslušenstvo	EKG kábel 3-zvodový a 10-zvodový, batéria, papier do zapisovacieho / na každý prístroj	áno	áno
interné pádla (peropera né)		1ks z každej ve kosti (t.j. min. 5ks)	áno	
SpO <sub>2</sub> prstový snímač (idlo), materiál na meranie CO <sub>2</sub> pre intubovaného aj neintubovaného pacienta, externé defibrilátorové pádla, jednorázové defibrilátorové/stimulačné nalepovacie pádla, manžeta na meranie NIBP		min. 10 ks pre celú dodávku (22 defibrilátorov)	áno	