

**DODATOK č. 1**  
**ku Kúpnej zmluve zo dňa 9.10.2019**

548/19

*uzatvorenej v súlade s § 409 a nasl. ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  
v znení neskorších predpisov*

---

**Zmluvné strany:**

**Kupujúci:**

**Fakultná nemocnica Trenčín**

sídlo: Legionárska 28, 911 71 Trenčín

IČO: 00 610 470

DIČ: 2021254631

IČ DPH: SK2021254631

registrácia: Zriaďovacia listina vydaná MZ SR č. 1970/1991-A/VIII-1 zo dňa 14.06.1991

štatutárny orgán- rada riaditeľov v zložení: Ing. Marián Juruš, generálny riaditeľ  
JUDr. Marek Šedík, ekonomický riaditeľ  
MUDr. Stanislav Pastva, medicínsky riaditeľ

bankové spojenie: Štátna pokladnica, Bratislava

číslo účtu/IBAN: SK23 8180 0000 0070 0028 0438

(ďalej aj len ako „*Kupujúci*“)

**a**

**Predávajúci:**

**ULTRAMED s. r.o.**

sídlo: Š. Moysesova 431/14, 965 01 Žiar nad Hronom

IČO: 36638404

DIČ: 2022011651

IČ DPH : SK2022011651

Zápis: Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, vložka č.  
10498/S

štatutárny orgán: Martin Továrek, konateľ

bankové spojenie:

číslo účtu/IBAN:

(ďalej aj len ako „*Predávajúci*“)

**Kupujúci a Predávajúci (ďalej aj len ako „Zmluvné strany“ ) uzatvorili dňa 9.10.2019 po oboznámení sa s obsahom vzájomných práv a povinností ako výsledok procesu verejného obstarávania postupom verejnej súťaže s názvom predmetu zákazky: „Endoskopické prístroje“ Kúpnu zmluvu (ďalej aj len ako „Zmluva“), predmetom ktorej je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu v rámci projektu Výstavba nového pavilónu centrálnych operačných sál, OAIM a urgentného príjmu, nasledovné prístroje a zariadenia s príslušenstvom:**

- Gastrofibroskop so svetelným zdrojom, odsávacou pumpou – HDTV Videobronchoskopická zostava, typ: OLYMPUS EVIS EXERA III, výrobca: Olympus Medical Systems Corp.
- Flexibilný cystofibroskop, typ: CYF 5, výrobca: Olympus Medical Systems Corp
- Terapeutický hysteroskop, typ: OLYMPUS, výrobca: Olympus Medical Systems Corp

**Zmluvné strany sa po vzájomných rokovaníach a v súlade s čl. V. bod 5.4. a čl. XI. bod 11.3 Zmluvy dohodli, že prijímajú tento Dodatok č. 1 (ďalej aj len ako „Dodatok“) k Zmluve, čím sa doterajšia Zmluva mení nasledovne:**

1. Zmluvné strany sa dohodli, že týmto Dodatkom sa mení Príloha č. 1 Zmluvy, a to tak, že sa v celom rozsahu nahrádza pôvodná Príloha č. 1 novým znením Prílohy č. 1, ktorá tvorí prílohu tohto Dodatku.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že týmto Dodatkom sa mení Príloha č. 2 Zmluvy, a to tak, že sa v celom rozsahu nahrádza pôvodná Príloha č. 2 novým znením Prílohy č. 2, ktorá tvorí prílohu tohto Dodatku.
3. Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú podpísom tohto Dodatku nezmenené.
4. Tento Dodatok tvorí od okamihu jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami nedeliteľnú súčasť Zmluvy a bude podľa vôle Zmluvných strán pripojený ku všetkým vyhotoveniam Zmluvy.
5. Tento Dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z ktorých päť dostane kupujúci a jeden predávajúci.
6. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky, v súlade s § 47a zákona číslo 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok bol spísaný podľa ich slobodnej a pravej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, a že nebol uzatvorený v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, pričom na znak svojho súhlasu s jeho znením a s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.
8. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je nové znenie Prílohy č.1 Zmluvy a nové znenie Prílohy č. 2 Zmluvy.

**[Podpisy Zmluvných strán sa nachádzajú na nasledujúcej strane]**

V Trenčíne, dňa .....

V Bratislave, dňa

Za Kupujúceho:

Za Predávajúceho:

---

**Ing. Marián Juruš**  
generálny riaditeľ  
**Fakultná nemocnica Trenčín**

---

**Martin Továrek**  
konateľ  
**ULTRAMED s.r.o.**

---

**JUDr. Marek Šedík**  
ekonomický riaditeľ  
**Fakultná nemocnica Trenčín**

## VÝKAZ VÝMER

### „Endoskopické prístroje“

**Obchodné meno uchádzača: ULTRAMED s.r.o.**

**Sídlo: Š. Moysesa 431/14, 965 01 Žiar nad Hronom**

**IČO: 36638404**

**Predmet zákazky: „ Endoskopické prístroje“**

Položky:		Počet	Merná jednotka	Jednot. cena v Eur bez DPH	Cena spolu v Eur bez DPH
1.	Gastrofibroskop so svetelným zdrojom, odsávacou pumpou - HDTV VIDEOBRONCHOSKOPICKÁ ZOSTAVA	1,000	ks	81 211,95	81 211,95
2.	FLEXIBILNÝ CYSTOFIBROSKOP	1,000	ks	11 419,39	11 419,39
3.	Hysteroskop TERAPEUTICKÝ HYSTEROSKOP	1,000	ks	8 390,66	8 390,66
<b>Celková cena v Eur bez DPH</b>					<b>101 022,00</b>
<b>DPH 20 %</b>					<b>20 204,40</b>
<b>Celková cena v Eur s DPH</b>					<b>121 226,40</b>

V Žiari nad Hronom dňa

Martin Továrek  
konateľ

## CENOVÁ PONUKA

<b>Žiadateľ o nenávratný finančný príspevok:</b>	Fakultná nemocnica v Trenčíne
<b>Názov projektu:</b>	Výstavba nového pavilónu centrálnych operačných sál, OAIM a urgentného príjmu
<b>Postup - spôsob:</b>	Prieskum trhových cien na základe výzvy na predloženie cenovej ponuky e-mailom, alebo poštou
<b>Identifikácia uchádzača - potencionálny dodávateľ (meno, IČO, adresa)</b>	ULTRAMED s.r.o., Š. Moysesova 431/14, 965 01 Žiar nad Hronom

Názov ambulancie		Počet kusov (ks)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)
			JC bez DPH	Cel.cena bez DPH (EUR) DPH	JC s DPH	Cel.cena s DPH DPH
<b>FLEXIBILNÝ CYSTOFIBROSKOP</b>						
FLEXIBILNÝ CYSTOFIBROSKOP		1	11 419,39 €	11 419,39 €	13 703,27 €	13 703,27 €
SPOLU				11 419,39 €		13 703,27 €

**Špeciálne požiadavky:**

Všetky položky pri dodaní musia byť nové nepoužívané. Cena vrátane dodávky na miesto plnenia, záručnej doby 24 mesiacov a zaškolenie personálu.

**Všeobecné požiadavky:**

Ponuka musí spĺňať parametre uvedené v technickej špecifikácii. Víťazný uchádzač doloží certifikáty alebo vyhlásenia o zhode výrobkov

Vyhlasujem, že som sa v plnom rozsahu oboznámil s funkčnou a technickou špecifikáciou predmetu prieskumu .

Vyhlasujem, že som schopný dodať špecifikovaný predmet prieskumu v celkovej cene:

<b>Celková cena v EUR bez DPH:</b>	11 419,39
<b>Sadzba DPH:</b>	20,00
<b>DPH v EUR:</b>	2 283,88
<b>Celková cena v EUR s DPH:</b>	13 703,27

Miesto a deň podpisu:

Žiar nad Hronom,

Meno, priezvisko, podpis, pečiatka: Martin Továrek, konateľ

## CENOVÁ PONUKA

<b>Žiadateľ o nenávratný finančný príspevok:</b>	Fakultná nemocnica v Trenčíne
<b>Názov projektu:</b>	Výstavba nového pavilónu centrálnych operačných sál, OAIM a urgentného príjmu
<b>Postup - spôsob:</b>	Prieskum trhových cien na základe výzvy na predloženie cenovej ponuky e-mailom, alebo poštou
<b>Identifikácia uchádzača - potencionálny dodávateľ</b> (meno, IČO, adresa)	ULTRAMED s.r.o., Š. Moysesova 431/14, 965 01 Žiar nad Hronom. IČO: 36638404

Názov ambulancie		Počet kusov (ks)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)
			JC bez DPH	Cel.cena bez DPH DPH	JC s DPH	Cel.cena s DPH DPH
<b>HDTV VIDEOBRONCHOSKOPICKÁ ZOSTAVA</b>						
HDTV VIDEOBRONCHOSKOPICKÁ ZOSTAVA		1	81 211,95 €	81 211,95 €	97 454,34 €	97 454,34 €
SPOLU				81 211,95 €		97 454,34 €

**Špeciálne požiadavky:**

Všetky položky pri dodaní musia byť nové nepoužívané. Cena vrátane dodávky na miesto plnenia, záručnej doby 24 mesiacov a zaškolenie personálu.

**Všeobecné požiadavky:**

Ponuka musí spĺňať parametre uvedené v technickej špecifikácii. Víťazný uchádzač doloží certifikáty alebo vyhlásenia o zhode výrobkov.

Vyhlasujem, že som sa v plnom rozsahu oboznámil s funkčnou a technickou špecifikáciou predmetu prieskumu .

Vyhlasujem, že som schopný dodať špecifikovaný predmet prieskumu v celkovej cene:

<b>Celková cena v EUR bez DPH:</b>	81 211,95
<b>Sadzba DPH:</b>	20,00
<b>DPH v EUR:</b>	16 242,39
<b>Celková cena v EUR s DPH:</b>	97 454,34

Miesto a deň podpisu: V Žiari nad Hronom

Martin Továrek, konateľ

## CENOVÁ PONUKA

Žiadateľ o nenávratný finančný príspevok:	Fakultná nemocnica v Trenčíne
Názov projektu:	Výstavba nového pavilónu centrálnych operačných sál, OAIM a urgentného príjmu
Postup - spôsob:	Prieskum trhových cien na základe výzvy na predloženie cenovej ponuky e-mailom, alebo poštou
Identifikácia uchádzača - potencionálny dodávateľ (meno, IČO, adresa)	ULTRAMED s.r.o., Š. Moysesova 431/14, 965 01 Žiar nad Hronom

Názov ambulancie	Počet kusov (ks)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)
		JC bez DPH	Cel.cena bez DPH DPH	JC s DPH	Cel.cena s DPH DPH
<b>TERAPEUTICKÝ HYSTEROSKOP</b>					
TERAPEUTICKÝ HYSTEROSKOP	1	8 390,66 €	8 390,66 €	10 068,79 €	10 068,79 €
SPOLU			8 390,66 €		10 068,79 €

## Špeciálne požiadavky:

Všetky položky pri dodaní musia byť nové nepoužívané. Cena vrátane dodávky na miesto plnenia, záručnej doby 24 mesiacov a zaškolenie personálu.

## Všeobecné požiadavky:

Ponuka musí spĺňať parametre uvedené v technickej špecifikácii. Víťazný uchádzač doloží certifikáty alebo vyhlásenia o zhode výrobkov

Vyhlasujem, že som sa v plnom rozsahu oboznámil s funkčnou a technickou špecifikáciou predmetu prieskumu .

Vyhlasujem, že som schopný dodať špecifikovaný predmet prieskumu v celkovej cene:

Celková cena v EUR bez DPH:	8 390,66
Sadzba DPH:	20,00
DPH v EUR:	1 678,13
Celková cena v EUR s DPH:	10 068,79

Miesto a deň podpisu: V Žiari nad Hronom,

Martin Továrek, konateľ

<b>Fakultná nemocnica v Trenčíne</b>		<b>TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA</b>		
Legionárska 28, 911 71 Trenčín IČO:				
<b>ponuku predkladá:</b>				
obchodné meno:	<b>ULTRAMED s.r.o.</b>	dátum vypracovania ponuky:		
sídlo:	Š. Moysesova 431, 965 01 Žiar nad Hronom	pečiatka a podpis		
IČO:	36638404			
platca DPH:	áno			
identifikácia ponúkaného zariadenia:		<b>Olympus CYF 5</b>		
je uvedené zariadenie vyrábané na sklad (disponujete skladovými zásobami)?		nie		
je ponúkané zariadenie katalógovým tovarom?		áno		
doba dodania (kal. dní):		40 kalendárnych dní		
cena ponúkaného zariadenia (EUR bez DPH/ks):		<b>11 419,39 EUR bez DPH/ks</b>		
cena ponúkaného zariadenia (EUR bez DPH/celok):		<b>11 419,39 EUR bez DPH/ks</b>		
<b>zariadenie:</b>				
názov:	<b>FLEXIBILNÝ CYSTOFIBROSKOP</b>			
predpokladaný objem:	<b>1 ks</b>	predpoklad dodávky (rok):	<b>2019-2020</b>	
<b>celok</b>	<b>časť</b>	<b>technický parameter</b>	<b>hodnota technického parametra</b>	<b>hodnota parametra ponúknutého zariadenia</b>
		Veľkosť zorného poľa:	120°	áno
		Hĺbka zorného poľa:	3-50 mm	áno
		Priemer zavádzacieho tubusu:	16,5 Fr.	áno
		Priemer pracovného kanála:	7,2 Fr.	áno
		Ohybnosť hore:	210°	áno
		Ohybnosť dole:	120°	áno
		Pracovná dĺžka:	380 mm	áno
		Spôsob prenosu obrazu:	optické vlákna	áno
		Smer snímania:	priamy	áno
		Odsávací kanál so samostatným vstupom a odsávacím ventilom v ovládacej časti prístroja.	ANO	áno
		Možnosť použitia s elektrochirurgickým inštrumentárium.	ANO	áno
		Vrátane bioptických klieští.	ANO	áno
		Vrátane prenosného LED svetelného zdroja.	ANO	áno
		Vrátane testera tesnosti prístroja.	ANO	áno



<b>ponuku predkladá:</b>		
obchodné meno:	<b>ULTRAMED s.r.o.</b>	dátum vypracovania ponuky:
sídlo:	Š.Moyseša 431, 965 01 Žiar nad Hronom	
IČO:	36638404	
platca DPH:	áno	pečiatka a podpis
identifikácia ponúkaného zariadenia:	<b>HDTV Videobronchoskopická zostava OLYMPUS EVIS EXERA III</b>	
je uvedené zariadenie vyrábané na sklad (disponujete skladovými zásobami)?	nie	
je ponúkané zariadenie katalógovým tovarom?	nie	
doba dodania (kal. dní):	40 kalendárnych dní	
cena ponúkaného zariadenia (EUR bez DPH/ks):	<b>81 211,95 EUR bez DPH/ks</b>	
cena ponúkaného zariadenia (EUR bez DPH/celok):	<b>81 211,95 EUR bez DPH</b>	

<b>zariadenie:</b>		
názov:	<b>gastrofibroskop so svetelným zdrojom, odsávacou pumpou - HDTV VIDEOBRONCHOSKOPICKÁ ZOSTAVA</b>	
predpokladaný objem:	<b>1 ks</b>	predpoklad dodávky (rok): <b>2019-2020</b>

celok	časť	technický parameter	hodnota technického parametra	hodnota parametra ponúknutého zariadenia
		<b>HDTV VIDEOBRONCHOSKOP DIAGNOSTICKÝ 1 ks.</b>		
		spôsob snímania:	farebný HDTV CCD čip	áno
		HDTV rozlíšenie obrazu		áno
		rozsah zorného poľa:	min. 3-100 mm	3 - 100 mm
		zorný uhol:	min. 120°	120°
		priemer pracovného tubusu:	max. 5,1 mm	5,1 mm
		ohyb hore/dole:	min. 210°/130°	210°/130°
		rotačná funkcia vľavo/vpravo:	min. 120°/120°	120°/120°
		priemer pracovného kanála:	min. 2,0 mm	2,0 mm
		pracovná dĺžka:	min. 600 mm	600 mm
		funkcia digitálnej chromoendoskopie	ANO	áno
		univerzálny pripájací konektor prenášajúci svetlo a obraz v jednom konektore	ANO	áno
		kompatibilita s elektrochirurgickými prístrojmi	ANO	áno
		kompatibilita s laserovými prístrojmi	ANO	áno
		<b>HDTV VIDEOBRONCHOSKOP TERAPEUTICKÝ 1 ks</b>		
		spôsob snímania:	farebný HDTV CCD čip	áno
		HDTV rozlíšenie obrazu		áno
		rozsah zorného poľa:	min. 3-100 mm	3 - 100 mm
		zorný uhol:	min. 120°	120°
		priemer pracovného tubusu:	max. 6,0 mm	6,0 mm
		ohyb hore/dole:	min. 180°/130°	180°/130°
		rotačná funkcia vľavo/vpravo:	min. 120°/120°	120°/120°
		priemer pracovného kanála:	min. 2,8 mm	2,8 mm
		pracovná dĺžka:	min. 600 mm	600 mm
		funkcia digitálnej chromoendoskopie	ANO	áno
		univerzálny pripájací konektor prenášajúci svetlo a obraz v jednom konektore	ANO	áno
		kompatibilita s elektrochirurgickými prístrojmi	ANO	áno
		kompatibilita s laserovými prístrojmi	ANO	áno
		vrátane testeru tesnosti	ANO	áno
		<b>MONITOR 1 ks</b>		
		rozlíšenie monitora:	min. 1920 x min. 1080	1920 x 1080
		uhlopriečka s dĺžkou:	min. 26"	26"
		prepínanie úrovne gama	ANO	áno
		prepínanie teploty farieb	ANO	áno
		prepínanie pomeru zobrazenia	ANO	áno
		funkcia prepínania užívateľských nastavení	ANO	áno
		<b>VIDEOPROCESOR / SVETELNÝ ZDROJ 1 ks</b>		
		vysoké rozlíšenie obrazu HDTV	ANO	áno
		funkcia nastavenia kontrastu	ANO	áno
		automatické nastavenie jasu	ANO	áno
		funkcia vyváženia bielej farby	ANO	áno
		funkcia nastavenia farieb	ANO	áno
		funkcia nastavenia chromatickosti obrazu	ANO	áno
		funkcia zmrazenia obrazu	ANO	áno
		rozlišovanie endoskopov podľa typu a výrobného čísla	ANO	áno
		zaznamenávanie počtu vyšetrení jednotlivých endoskopov	ANO	áno

	možnosť ukladania obrazu na pamäťové médium	ANO	áno
	funkcia digitálnej chromoendoskopie	ANO	áno
	funkcia elektronickeho zväčšenie obrazu	ANO	áno
	možnosť používateľských prednastavení	ANO	áno
	funkcia irisovej clony	ANO	áno
	vrátane klávesnice na ovládanie videoprocesora	ANO	áno
	životosť xenónovej lampy min. 400 prevádzkových hodín	ANO	áno -áno 500 hodín
	xenónová lampas výkonom min. 300W	ANO	áno - 300W
	záložná žiarovka	ANO	áno
	možnosť manuálneho nastavenia jasů	ANO	áno
	insuflácia	ANO	áno
	ochrana proti osľňovaniu používateľa	ANO	áno
	s potrebnou kabelážou	ANO	áno
	<b>ODSÁVACIE ZARIADENIE 1 ks.</b>		
	objem sekretný nádobys:	min. 2 l	2 l
	počet sekretných nádobys:	1	1 ks
	nominálne vákuum:	min. 85 kPa	85 kPa
	použitie pre opakovateľne použiteľný systém	ANO	áno
	použitie pre jednorazový systém	ANO	áno
	počet jednorazových zberných vreciek:	ANO	áno
	počet pacientských hadic:	50 ks.	50 ks
	<b>PRACOVNÁ ENDOSKOPICKÁ STANICA 1 ks</b>		
	centrálne vypínač	ANO	áno
	rameno pre dva endoskopy	ANO	áno
	rameno pre monitor	ANO	áno
	držiak pre klávesnicus	ANO	áno
	s oddeľovacím transformátorom	ANO	áno
	počet policys:	min. 3	4 police
	<b>ZÁZNAMOVÉ ZARIADENIE 1 ks.</b>		
	HDTV a SDTV nahrávanie	ANO	áno
	vstavaný farebný displej s uhlopriečkou	min. 2,5"	2,5"
	nahrávanie na interný disk s kapacitou	min. 1 TB,	1 TB
	nahrávanie na USB Flash pamäťový kľúč,	ANO	áno
	možnosť nahrávania na externý disk,	ANO	áno
	možnosť nahrávania na sieťový disk,	ANO	áno
	medicínsky certifikát	ANO	áno

Fakultná nemocnica v Trenčíne		TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA		
Legionárska 28, 911 71 Trenčín IČO:				
ponuku predkladá:				
obchodné meno:	ULTRAMED s.r.o.	dátum vypracovania ponuky:		
sídlo:	Š. Moysesova 431, 965 01 Žiar nad Hronom	pečiatka a podpis		
IČO:	36638404			
platca DPH:	áno			
identifikácia ponúkaného zariadenia:		Olympus terapeutický hysteroskop		
je uvedené zariadenie vyrábané na sklad (disponujete skladovými zásobami)?		nie		
je ponúkané zariadenie katalógovým tovarom?		áno		
doba dodania (kal. dní):		40 kalendárnych dní		
cena ponúkaného zariadenia (EUR bez DPH/ks):		8 390,66 EUR bez DPH/ks		
cena ponúkaného zariadenia (EUR bez DPH/celok):		8 390,66 EUR bez DPH/ks		
zariadenie:				
názov:	hysteroskop TERAPEUTICKÝ HYSTEROSKOP			
predpokladaný objem:	1 ks	predpoklad dodávky (rok):	2019-2020	
celok	časť	technický parameter	hodnota technického parametra	hodnota parametra ponúknutého zariadenia
		Smer snímania optiky:	12°	áno
		Priemer optiky:	4 mm	áno
		Priemer hysteroskopického pláštá:	6,5 mm	áno
		Priemer pracovného kanála hysteroskopického pláštá:	5 Fr.	áno
		Spôsob oplachu:	kontinuálny	áno
		Vrátane obturátora.	ANO	áno
		Vrátane svetelného kábla.	ANO	áno
		Vrátane úchopových klieští, nožnic a bioptických klieští.	ANO	áno
		Vrátane LED svetelného zdroja.	ANO	áno