

DODATOK č. 1
ku Kúpnej zmluve zo dňa 17.10.2019

550/19

*uzatvorenej v súlade s § 409 a nasl. ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov*

Zmluvné strany:

Kupujúci:

Fakultná nemocnica Trenčín

sídlo: Legionárska 28, 911 71 Trenčín

IČO: 00 610 470

DIČ: 2021254631

IČ DPH: SK2021254631

registrácia: Zriaďovacia listina vydaná MZ SR č. 1970/1991-A/VIII-1 zo dňa 14.06.1991

štatutárny orgán- rada riaditeľov v zložení: Ing. Marián Juruš, generálny riaditeľ
JUDr. Marek Šedík, ekonomický riaditeľ
MUDr. Stanislav Pastva, medicínsky riaditeľ

bankové spojenie: Štátna pokladnica, Bratislava

číslo účtu/IBAN: SK23 8180 0000 0070 0028 0438

(ďalej aj len ako „**Kupujúci**“)

a

Predávajúci:

Surgitech, s.r.o.

sídlo: Pri suchom mlyne 58, 811 04 Bratislava

IČO: 50 197 975

DIČ: 2120238736

IČ DPH : SK2120238736

Zápis: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č. 109341/B

štatutárny orgán: Ing. Peter Šumichrast, konateľ

bankové spojenie:

číslo účtu/IBAN:

(ďalej aj len ako „**Predávajúci**“)

Kupujúci a Predávajúci (ďalej aj len ako „Zmluvné strany“) uzatvorili dňa 17.10.2019 po oboznámení sa s obsahom vzájomných práv a povinností ako výsledok procesu verejného obstarávania postupom verejnej súťaže s názvom predmetu zákazky: „Operačné stoly“ Kúpnu zmluvu (ďalej aj len ako „Zmluva“), predmetom ktorej je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu v rámci projektu Výstavba nového pavilónu centrálnych operačných sál, OAIM a urgentného príjmu, Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program, Prioritná os 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, Kód výzvy: IROP-PO2-SC213-2017-25, nasledovné prístroje a zariadenia s príslušenstvom:

- | | | |
|---|-----------------------|-----------------|
| • Mobilný operačný stôl, | typ: MEERA ST, | výrobca: MAQUET |
| • Operačný stôl s vymeniteľnou hlavnou doskou, | typ: OTESUS, | výrobca: MAQUET |
| • Extenzné zariadenie pre traumatologické výkony, | typ: Extenzný systém, | výrobca: MAQUET |
| • Prílušenstvo pre ortopedické výkony, | typ: príslušenstvo, | výrobca: MAQUET |

Zmluvné strany sa po vzájomných rokovaníach a v súlade s čl. V. bod 5.4. a čl. XI. bod 11.3 Zmluvy dohodli, že prijímajú tento Dodatok č. 1 (ďalej aj len ako „Dodatok“) k Zmluve, čím sa doterajšia Zmluva mení nasledovne:

1. Zmluvné strany sa dohodli, že týmto Dodatkom sa mení Príloha č. 1 Zmluvy, a to tak, že sa v celom rozsahu nahrádza pôvodná Príloha č. 1 novým znením Prílohy č. 1, ktorá tvorí prílohu tohto Dodatku.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že týmto Dodatkom sa mení Príloha č. 2 Zmluvy, a to tak, že sa v celom rozsahu nahrádza pôvodná Príloha č. 2 novým znením Prílohy č. 2, ktorá tvorí prílohu tohto Dodatku.
3. Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú podpísom tohto Dodatku nezmenené.
4. Tento Dodatok tvorí od okamihu jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami nedeliteľnú súčasť Zmluvy a bude podľa vôle Zmluvných strán pripojený ku všetkým vyhotoveniam Zmluvy.
5. Tento Dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z ktorých päť dostane kupujúci a jeden predávajúci.
6. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky, v súlade s § 47a zákona číslo 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok bol spísaný podľa ich slobodnej a pravej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, a že nebol uzatvorený v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, pričom na znak svojho súhlasu s jeho znením a s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.
8. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je nové znenie Prílohy č.1 Zmluvy a nové znenie Prílohy č. 2 Zmluvy.

[Podpisy Zmluvných strán]

V Trenčíne, dňa

V, dňa

Za Kupujúceho:

Za Predávajúceho:

Ing. Marián Juruš
generálny riaditeľ
Fakultná nemocnica Trenčín

Ing. Peter Šumichrast
konateľ
Surgitech s.r.o.

JUDr. Marek Šedík
ekonomický riaditeľ
Fakultná nemocnica Trenčín

Príloha č. 1 Cena predmetu zmluvy

VÝKAZ VÝMER

„Operačné stoly“

Obchodné meno uchádzača: **SURGITECH s. r. o.**

Sídlo: **Pri suchom mlyne 58, 811 04 Bratislava**

IČO: **50 197 975**

Predmet zákazky: „Operačné stoly“

Položky:		Počet	Merná jednotka	Jednot. cena v Eur bez DPH	Cena spolu v Eur bez DPH
1.	Mobilný operačný stôl	1,000	ks	42 679,00	42 679,00
2.	Operačný stôl s vymeniteľnou hlavnou doskou	5,000	ks	76 787,00	383 935,00
3.	Extenzné zariadenie pre traumatologické výkony	1,000	ks	25 165,00	25 165,00
4.	Príslušenstvo pre ortopedické výkony	1,000	ks	15 056,00	15 056,00
Celková cena v Eur bez DPH					
DPH 20 %					
Celková cena v Eur s DPH					

V Bratislave dňa

.....
Ing. Peter Šumichrast , konateľ spoločnosti

Upozorňujeme uchádzačov, že v prípade ak výkaz výmer obsahuje odvolávku na konkrétnu značku, konkrétneho výrobcu alebo konkrétny výrobok, verejný obstarávateľ umožňuje predloženie ekvivalentu, za podmienky, že ekvivalent spĺňa požadované technické parametre a špecifikáciu v rovnakom, alebo vyššom rozsahu.

Príloha č. 2 Opis technicko medicínskych a funkčných parametrov a vlastností

Fakultná nemocnica v Trenčíne

Legionárska 28, 911 71 Trenčín IČO:

ponuku predkladá:		<i>dátum vypracovania ponuky:</i>	
<i>obchodné meno:</i>	Surgitech s.r.o.		
<i>sídlo:</i>	Pri Suchom mlyne 58, 811 04 Bratislava		
<i>IČO:</i>	50197975		
<i>platca DPH:</i>	áno	<i>pečiatka a podpis</i>	
identifikácia ponúkaného zariadenia:		MAQUET MEERA ST	
je uvedené zariadenie vyrábané na sklad (disponujete skladovými zásobami)?		nie	
je ponúkané zariadenie katalógovým tovarom?		áno	
doba dodania (kal. dní):		42 kalendárnych dní	
cena ponúkaného zariadenia (EUR bez DPH/ks):		42 679,00 EUR bez DPH/ks	
cena ponúkaného zariadenia (EUR bez DPH/celok):		42 679,00 EUR bez DPH/zostavu	

zariadenie:		<i>predpoklad dodávky (rok):</i>	
<i>názov:</i>	Mobilný operačný stôl		
<i>predpokladaný objem:</i>	1 ks	2019-2020	

celok	časť	technický parameter	hodnota technického parametra	hodnota parametra ponúknutého zariadenia
		Nosnosť operačného stola vo všetkých polohách - štandardná aj reverzná	min. 250 kg	áno; 250
		Nosnosť operačného stola - celková pre základnú polohu pacienta s príslušenstvom	min. 450 kg	áno; 450
		Minimálna výška operačného stola bez polstrov	min. 610 mm	áno; 600
		Rozsah výškového nastavenia	min. 440 mm	áno; 450
		Elektricky motorizovaný sklon (tredenelburg-antitredenelburg.)	min. -25° / +35°	áno; -25/+35
		Elektricky motorizovaný bočný sklon (laterálny)	min. +/-20°	áno; +/- 20
		Elektricky motorizovaný sklon nožného segmentu	min. -90°/+80°	áno; -90/+80
		Elektricky motorizovaný sklon chrbtového segmentu	min. -40°/+70°	áno; -40/+70
		Manuálny sklon hlavového segmentu	min. -45°/+45°	áno; +/- 45
		Prístup k hlavovej časti stola pre RTG snímkovanie s C ramenom	min. 1000 mm	áno; 1100
		Prístup k nožnej časti stola pre RTG snímkovanie s C ramenom	min. 550 mm	áno; 560
		Šírka dosky stola s bočnými koľajnicami	550 - 600 mm	áno; 590

Šírka dosky stola bez bočných koľajníc	520 - 550 mm	áno; 540
Matrace dosky operačného stola o hrúbke	80 - 90 mm	áno; 80
Výdrž integrovaných batérii v prevádzke	min. 5 dní	áno; 5
Možnosť uloženia užívateľom nastavených polôh v ovládači v počte	10 ks	áno; 10
Operačný stôl mobilný modulárneho konceptu schopný transportu pacienta	áno	áno
Vysoko-spoľahlivý elektrickomechanický/elektrohydraulický systém polohovania stola.	áno	áno
Napojenie jednotlivých segmentov stola rýchloupínacími systémami, bez nutného skrutkovania.	áno	áno
Matrace stola z dvojvrstvovej peny pre zvýšenie komfortu pacienta - termoizolačný a bezpečnosti - predchádzanie dekubitom, povrch z dezinfikovateľného protišmykového paropriepustného materiálu. Vrchná vrstva s pamäťovou funkciou.	áno	áno
Všetky segmenty dosky stola musia byť RTG transparentné (zhora dole), bez obmedzenia	áno	áno
Operačný stôl musí umožniť operátorovi polohovanie a RTG snímkovanie v laterálnej polohe pacienta od hlavy až po panvu	áno	áno
Konstrukcia nohy stola z ocele odolnej poškrabaniu s dlhou životnosťou	áno	áno
Ovládanie operačného stola musí byť možné nožným aj ručným diaľkovým bezkáblovým a káblovým ovládačom s možnosťou mať pripojený nožný aj ručný káblový ovládač súčasne	áno	áno
Ručný diaľkový ovládač musí mať podsvietenie kláves s minimálne 3 pamäťovými prednastaveniami (nulová poloha, flex, reflex, poloha kresla) a musí umožňovať zadefinovaniu normálnej a reverznej polohy pre intuitívne ovládanie stola	áno	áno
Doska operačného stola musí byť zostaviteľná v štandardnej aj reverznej polohe s obojstranne použiteľným predlžovacím chrbtovým ako aj sedacím dielom. (sedací diel musí mať výrez)	áno	áno
Jednotlivé segmenty stola (hlavový, chrbtový, hlavný, sedací, nožný) musia byť vybavené bočnými eurolíštami pre uchytenie príslušenstva a matracami s vyššie popísanými funkciami	áno	áno
Uchytenie matraca na dosku stola musí byť na suchý zips alebo ekvivalent, schopný jednoduchého odobratia a pevne uchyteného pre polohovanie pacienta a musí byť odolné dezinfekčným prostriedkom. Poťah matraca musí byť vodeodolný a zároveň paropriepustný zvnútra von.	áno	áno
Možnosť integrácie ovládania operačného stola do integrovaného systému operačnej sály	áno	áno
Mobilný operačný stôl s hlavnou doskou a v základe minimálne s ručným diaľkovým bezkáblovým ovládačom s možnosťou dovybavenia a pripojenia nožného	1 ks	áno; 1 ks

		ovládania		
		Dvojdielny nožný segment, výklopný do strán.	1 ks	áno; 1 ks
		Štandardný chrbtový segment obojstranne pripojiteľný k hlavnej doske stola	1 ks	áno; 1 ks
		Dvojkĺbový hlavový segment, výklopný/sklapný v dvoch kĺboch (vhodný pre laterálnu polohu)	1 ks	áno; 1 ks
		Držiak ruky s popruhmi, guľový kĺb, na postrennú lištu. Výškovo nastaviteľný, dĺžka v rozsahu 450 - 650 mm	2 ks	áno; 2 ks
		Bezpečnostný popruh na uchytenie tela pacienta	1 ks	áno; 1 ks
		Gynekologické podpory kolien pacienta s mäkkými matracmi a poťahom s vlastnosťami uvedenými vyššie pre matrace operačného stola	1 pár	áno; 1 pár
		Držiak zásteny pre anesteziológov na eurolištu vrátane svorky na uchytenie a držiak ruky na anest. rám	1 ks	áno; 1 ks
		Infúzny stojan s uchytením na lištu	1 ks	áno; 1 ks
		Gélová podložka pod hlavu	1 ks	áno; 1 ks

Fakultná nemocnica v Trenčíne

Legionárska 28, 911 71 Trenčín IČO:

ponuku predkladá:		
obchodné meno:	Surgitech s.r.o.	dátum vypracovania ponuky:
sídlo:	Pri Suchom mlyne 58, 811 04 Bratislava	
IČO:	50197975	
platca DPH:	áno	pečiatka a podpis
identifikácia ponúkaného zariadenia:		MAQUET OTESUS
je uvedené zariadenie vyrábané na sklad (disponujete skladovými zásobami)?		nie
je ponúkané zariadenie katalógovým tovarom?		áno
doba dodania (kal. dní):		42 kalendárnych dní
cena ponúkaného zariadenia (EUR bez DPH/ks):		76 787,00 EUR bez DPH/ks
cena ponúkaného zariadenia (EUR bez DPH/celok):		383 935,00 EUR bez DPH

zariadenie:				
názov:		Operačný stôl s vymeniteľnou hlavnou doskou		
predpokladaný objem:		5 ks	predpoklad dodávky (rok):	2019-2020
celok	časť	technický parameter	hodnota technického parametra	hodnota parametra ponúknutého zariadenia
		Operačný stôl s vymeniteľnou hlavnou doskou na prenosnej základni stola so zabudovanými batériami a nízkym profilom	áno	áno
		Maximálna výška platformy základne operačného stola	38 mm	áno; 36 mm
		Základňa operačného stola umožňujúca navesenie hlavnej dosky operačného stola minimálne 2 strán - pozdĺž	áno	áno
		Záložný ovládací panel na nohe stola, vždy prístupný pre personál v prípade zlyhania ostatných ovládacích prvkov	áno	áno
		Elektrické polohovanie hlavnej dosky stola v minimálnych rozsahoch :		
		Zdvih dosky stola v rozsahu	min. 620 - 1 150 mm	áno; 620 - 1 160 mm
		Trednelenburg / antitrendelenburg polohovanie dosky stola	min. -45° / +45°	áno; -/+45°
		Laterálny náklon dosky stola	min. -28° / +28°	áno; -/+ 28°
		Kombinovaný sklon Trendelenburg a laterálny sklon	min. 30° / 20°	áno; 30°/20°
		Sklony pre chrbtový diel spodný	min. -55° / +70°	áno; -90°/+90°

Sklony pre nožné diely, samostatne ovládané	min. -90° / +90°	áno; -100°/+90°
Longitudálny (pozdĺžny) posun dosky stola	320 mm	áno; 320
Minimálna celková nosnosť nohy stola s hlavnou doskou	380 kg	áno; 380
Možnosti ovládania stola : ručný (káblový resp. bezkáblový ovládač), nožný ovládač a záložný ovládač na nohe stola	áno	áno
Počet úrovní nastavenia rýchlosti polohovania dosky stola na ručnom ovládači	4 úrovne	áno; 4 úrovne
Počet preddefinovaných nulových polôh stola na ručnom ovládači	4 počet	áno; 4 počet
Pred definované štandardné polohy stola: flex, reflex, kreslo a horizontálny chrbát	áno	áno
Indikátor sklonov na displeji ovládača stola	áno	áno
Možnosť zablokovania nohy stola a samostatne aj dielov dosky stola proti pohybom	áno	áno
Jednotlivé diely dosky stola so zabudovanými senzormi pre automatické predchádzanie kolíziám s upozornením na kolízny stav na displeji ako aj akustickou signalizáciou	áno	áno
Jednotlivé diely dosky stola musia byť RTG transparentné	áno	áno
Počet pamäťových miest pre užívateľom zadané prednastavené polohy dosky stola	10	áno; 10
Displej ovládača so zobrazením chybových aj servisných hlásení	áno	áno
Ručný ovládač s displejom signalizujúcim stav polôh stola, servisné a prevádzkové informácie s podsvietenými klávesami na ručnom ovládači	áno	áno
Operačný stôl s automatickou identifikáciou orientácie navesenej dosky stola (poloha hlavy a nôh) a automatickým nastavením ovládača na danú polohu	áno	áno
Operačný stôl pripravený na prepojenia do centrálného ovládacieho systému s identickým ovládaním ako na diaľkovom ovládači.	áno	áno
Hlavná doska ako aj jednotlivé diely dosky stola a podperné prvky musia byť vybavené mäkkými matracmi s antidekubitnou a pamäťovou funkciou. Matrace musia byť odoberateľné pre čistenie, paropriepustné a vodeodolné.	áno	áno
Matrace dosky stola musia mať aspoň 2 vrstvy pre antidekubitné vlastnosti a výšku	80 - 90 mm	áno; 80
Hlavná doska, chrbtový, nožný a hlavový diel osadené bočnými eurolišťami pre uchytenie príslušenstva	áno	áno
Prenosná celonerezová základňa operačného stola s plochou platformou	1 ks	áno; 1 ks
Ručný bezkáblový ovládač s nabíjacou stanicou	1 ks	áno; 1 ks
Hlavná doska stola - modulárna, zložená zo sedacej a chrbtovej časti - 6 kĺbová s elektrickým polohovaním spodnej chrbtovej časti a jednotlivých nožných dielov samostatne. Rýchlopínací systém pripojenia chrbtovej aj nožnej časti s univerzálnymi konektormi pre možnosť ich vzájomnej zámény	1 ks	áno; 1 ks

	Nožný segment : 4 dielny so 4 kĺbami pre individuálne nastavenie sklonov (nahor, nadol) stehennej a lýtkovej časti. 4 dielny nožný segment umožňujúci aj rektálnu polohu pacienta na operačnom stole. Jednotlivé diely musia byť aj odklopny do strán. Dĺžka šírka: cca 910 x 540 mm (+/- 20 mm)	1 ks	áno; 1 ks
	Hlavový segment s 2 kĺbami, pripojiteľný k chrbtovému segmentu ako aj priamo na hlavnú dosku stola. Hlavový segment musí umožniť sklony nahor nadol ako aj súčasné vyklopenie nahor v hlavnom kĺbe s dodatočným vyklopením samotného matraca nahor, pre polohu pacienta na boku.	1 ks	áno; 1 ks
	Krátky predlžovací segment, obojstranne pripojiteľný k hlavnej doske s dĺžkou 200 mm (+/- 20 mm) s rýchlopínacím systémom pripojenia.	1 ks	áno; 1 ks
	Anestéziologický výškovo nastaviteľný rám s otočnou svorkou k bočnej lište stola	1 ks	áno; 1 ks
	Flexibilné rameno pre uchytenie dýchacieho okruhu, riadiacich hadičiek prípadne káblov pri hlave pacienta	1 ks	áno; 1 ks
	Nastaviteľný pás pre uchytenie tela pacienta s Welcro spojom a uchytením k postrannej lište stola s poistkou proti odopnutiu	1 ks	áno; 1 ks
	Bočná výškovo a stranovo nastaviteľná podpera ruky pacienta, ľahko prispôsobiteľná polohy ruky pacienta v rôznych pozíciách	2 ks	áno; 2 ks
	Kolenná podpera nohy pacienta s univerzálnou otočnou svorkou pre bočnú lištu (typ vyhotovenia: Goepel)	2 ks	áno; 2 ks
	Gélová podložka pod hlavu pacienta pri polohovaní na bruchu s voľným prístupom pre dýchacie hadice	1 ks	áno; 1 ks
	Dvojdielna penová podložka pod telo pacienta pri polohovaní na bruchu	1 ks	áno; 1 ks
	Gélová podložka pre rektálnu polohu pacienta	1 ks	áno; 1 ks
	3 kĺbové rameno pre fixáciu bočných podpier pri polohovaní pacienta na boku	2 ks	áno; 2 ks
	Sada bočných podpier pacienta pre 3 kĺbové rameno s 2 veľkosťami a osadené mäkkými polstrami: 1 - 120x170 mm, 2 - 85 x 85 mm (šírka x dĺžka)	2 ks	áno; 2 ks
	Transportér pre nohu operačného stola a hlavnej dosky operačného stola	1 ks	áno; 1 ks

Fakultná nemocnica v Trenčíne

Legionárska 28, 911 71 Trenčín IČO:

ponuku predkladá:	
obchodné meno:	Surgitech s.r.o.
sídlo:	Pri Suchom mlyne 58, 811 04 Bratislava
IČO:	50197975
platca DPH:	áno
dátum vypracovania ponuky:	
pečiatka a podpis	
identifikácia ponúkaného zariadenia:	MAQUET Extenzný systém s príslušenstvom
je uvedené zariadenie vyrábané na sklad (disponujete skladovými zásobami)?	nie
je ponúkané zariadenie katalógovým tovarom?	áno
doba dodania (kal. dní):	42 kalendárnych dní
cena ponúkaného zariadenia (EUR bez DPH/ks):	25 165,00 EUR bez DPH/ks
cena ponúkaného zariadenia (EUR bez DPH/celok):	25 165,00 EUR bez DPH

zariadenie:	
názov:	Extenzné zariadenie pre traumatologické výkony
predpokladaný objem:	1 ks
predpoklad dodávky (rok): 2019-2020	

celok	časť	technický parameter	hodnota technického parametra	hodnota parametra ponúknutého zariadenia
		Extenzné zariadenie pre extenziu dolných končatín s podperou oboch končatín súčasne	áno	áno
		Extenzné zariadenie s rýchlopínacími konektormi pre pripojenie k operačnému stolu s vymeniteľnou hlavnou doskou	áno	áno
		Celonerezové prevedenie z CrNi nerezovej oceli	áno	áno
		Sedacia časť extenzného zariadenia delená na 3 časti s odoberateľnými postrannými časťami pre operáciu bedrového kĺbu	áno	áno
		Minimálne 2 kĺbové tyče pre dolné končatiny s ťahovacím mechanizmom pre upevnenie po nastavení a s krátkymi lištami na konci pre prípadnú potrebu pripojenia podpory o podlahu.	áno	áno
		Výškovo nastaviteľná tyč pre nastavenie nohy v extenznom zariadení, ukončená krátkou lištou na univerzálnu 2 kĺbovú svorku k topánke	áno	áno

	2 kĺbové tyče musia byť odoberateľné od 3 dielnej sedacej časti s možnosťou dopojenia 2 dielných nožných podpier s matracou	áno	áno
	Extenzné zariadenie pre ťah hornej končatiny uchytené o bočnú lištu stola s ťahovacím aparátom. Ukončené svorkou pre uchytenie držiaka ruky. Výškovo nastaviteľný v radiálnej otočnej svorke	áno	áno
	Protitáhová tyč s valcovitou mäkkou zarážkou na lakeť	áno	áno
	Držiak ruky (uchytenie prstov) pre ťahový aparát	áno	áno
	Extenzné zariadenie dolných končatín :	1 zostava	áno; 1 zostava
	3 dielny sedací diel	1 ks	áno; 1 ks
	2 kĺbové extenzné hlavné tyče	2 ks	áno; 2 ks
	Doplňková predlžovacia tyč k hlavnej tyči	2 ks	áno; 2 ks
	Výškovo nastaviteľné tyče k hlavným tyčiam, resp. k doplnkovým tyčiam	1 ks	áno; 1 ks
	Extenzný ťahovací aparát s výškovo nastaviteľnou tyčou, ukončená krátkou lištou	1 ks	áno; 1 ks
	2 kĺbová svorka ukončená krátkou lištou pre topánku	1 ks	áno; 1 ks
	Celonerezová platňa pre koženú topánku	2 ks	áno; 2 ks
	Kožené topánky	2 ks	áno; 2 ks
	Valcovitá zarážka - pre blokovanie zošmyknutia sa pacienta počas extenzie, pripojiteľná k sedaciemu dielu extenzie	1 ks	áno; 1 ks
	2 dielne nohy s matracami	1 pár	áno; 1 pár
	Navážací vozík pre kompletne extenzné zariadenie	1 ks	áno; 1 ks
	Extenzné zariadenie horných končatín:	1 zostava	áno; 1 zostava
	Extenzné zariadenie pre ťah hornej končatiny	1 ks	áno; 1 ks
	Protitáhová tyč s valcovitou mäkkou zarážkou na lakeť	1 ks	áno; 1 ks
	Držiak ruky (uchytenie prstov) pre ťahový aparát	1 ks	áno; 1 ks
	Radiálna otočná svorka na bočnú lištu s otvorom pre príslušenstvo (tyče) o priemere 20 - 25 mm	3 ks	áno; 3 ks

Fakultná nemocnica v Trenčíne

Legionárska 28, 911 71 Trenčín IČO:

ponuku predkladá:		dátum vypracovania ponuky:
obchodné meno:	Surgitech s.r.o.	
sídlo:	Pri Suchom mlyne 58, 811 04 Bratislava	
IČO:	50197975	
platca DPH:	áno	pečiatka a podpis
identifikácia ponúkaného zariadenia:		MAQUET Príslušenstvo pre ortopedické výkony
je uvedené zariadenie vyrábané na sklad (disponujete skladovými zásobami)?		nie
je ponúkané zariadenie katalógovým tovarom?		áno
doba dodania (kal. dní):		42 kalendárnych dní
cena ponúkaného zariadenia (EUR bez DPH/ks):		15 056,00 EUR bez DPH/ks
cena ponúkaného zariadenia (EUR bez DPH/celok):		15 056,00 EUR bez DPH

zariadenie:	
názov:	Príslušenstvo pre ortopedické výkony
predpokladaný objem:	1 ks
predpoklad dodávky (rok): 2019-2020	

celok	časť	technický parameter	hodnota technického parametra	hodnota parametra ponúknutého zariadenia
		Ortopedický chrbtový diel kompatibilný k operačnému stolu s vymeniteľnou hlavnou doskou	áno	áno
		Odoberateľné okrajové časti dielu pre operácie ramena	áno	áno
		Bočné podpery tela pacienta k ortopedickému chrbtovému dielu s mäkkými matracmi	áno	áno
		Adaptér pre podperu hlavy s nastavením v 3 kľboch	áno	áno
		Uzavretá podpera hlavy pacienta - Helma s uchytením o bradu	áno	áno
		Stolík pre operácie na ruke, RTG transparentný s opierkou o podlahu a pripojený k bočnej lište	áno	áno
		Kolenná podpera uzamykacia s gélovou podložkou pod nohu pacienta a pásom na suchý zips.	áno	áno
		Chrbtový diel (delený - ortopedický)	1 ks	áno; 1 ks
		Adaptér k chrbtovému dielu pre Helmu	1 ks	áno; 1 ks
		Bočné podpery tela pacienta k ortopedickému chrbtovému dielu s mäkkými matracmi	1 pár	áno; 1 pár
		Helma	1 ks	áno; 1 ks

		Stolík s adaptérom pre operácie na ruke	1 ks	áno; 1 ks
		Kolenná podpera	1 ks	áno; 1 ks
		Radiálna otočná svorka na bočnú lištu s otvorom pre príslušenstvo (tyče) o priemere 20 - 25 mm	2 ks	áno; 2 ks