

Opis predmetu zákazky

„Predmet zákazky: **FUJIFILM D-EVO II DETEKTOR 43 X 35 CM**

(alebo ekvivalent kompatibilný s existujúcim/používaným RTG prístrojom FUJIFILM FDR smart -X)

Technická špecifikácia	Podmienka	Ponúkaná hodnota
Detektor FUJIFILM D-EVO II 43 x 35 cm	1 ks	1ks
Vyžaduje sa kompatibilita s röntgenovým prístrojom typu FDR Fujifilm Smart - X	áno	áno
Scintilátor Csl.	áno	áno
Rozlíšenie	minimálne 16 bit	16 bit
ISS technológiu	áno	áno
Vnútornú pamäť	áno	áno
Wifi pripojenie detektora	áno	áno
1 x batéria (batéria v detektore)	áno	áno
Vodotesný detektor	áno	áno
Dodanie	30 kalendárnych dní	30 kalendárnych dní
Záruka	min. 24 mesiacov	24 mesiacov
Vrátane dopravy, inštalácie, spustenia do prevádzky a zaškolenie obsluhy	áno	áno

V Bratislave dňa 11. 07. 2023

Ing. Peter Stolárik
na základe splnomocnenia
FUJIFILM Slovakia, s. r. o.