

DODATOK č. 1
ku Kúpnej zmluve zo dňa 30.9.2019

554/19

*uzatvorenej v súlade s § 409 a nasl. ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov*

Zmluvné strany:

Kupujúci:

Fakultná nemocnica Trenčín

sídlo: Legionárska 28, 911 71 Trenčín

IČO: 00 610 470

DIČ: 2021254631

IČ DPH: SK2021254631

registrácia: Zriaďovacia listina vydaná MZ SR č. 1970/1991-A/VIII-1 zo dňa 14.06.1991

štátutárny orgán- rada riaditeľov v zložení: Ing. Marián Juruš, generálny riaditeľ
JUDr. Marek Šedík, ekonomický riaditeľ
MUDr. Stanislav Pastva, medicínsky riaditeľ

bankové spojenie: Štátna pokladnica, Bratislava

číslo účtu/IBAN: SK23 8180 0000 0070 0028 0438

(ďalej aj len ako „*Kupujúci*“)

a

Predávajúci:

BIOHEM, spol. s r.o.

sídlo: Zlatovská 2211, 911 01 Trenčín

IČO: 31442617

DIČ: 2020384905

IČ DPH : SK2020384905

Zápis: Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, vložka č. 1259/R

štátutárny orgán: Ing. Peter Havier, konateľ

bankové spojenie:

číslo účtu/IBAN:

(ďalej aj len ako „*Predávajúci*“)

Kupujúci a Predávajúci (ďalej aj len ako „Zmluvné strany“) uzatvorili dňa 30.9.2019 po oboznámení sa s obsahom vzájomných práv a povinností ako výsledok procesu verejného obstarávania postupom verejnej súťaže s názvom predmetu zákazky: „Analyzátory“ Kúpnu zmluvu (ďalej aj len ako „Zmluva“), predmetom ktorej je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu v rámci projektu Výstavba nového pavilónu centrálnych operačných sál, OAIM a urgentného príjmu, Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program, Prioritná os 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, Kód výzvy: IROP-PO2-SC213-2017-25, nasledovné prístroje a zariadenia s príslušenstvom:

- Zariadenie na ohrev krvných derivátov, typ: SAHARA III
výrobca: Sarstedt
- Analyzátor - Multiplexný PCR systém, typ: FilmArray
výrobca: bioMérieux S.A.
- Stolový POC (Point of Care) acidobázický analyzátor, typ: RP500

- výrobca: Siemens Healthcare
- Stolový POC (Point of Care) imunochemický analyzátor, typ: AQT90Flex
výrobca: Radiometer

Zmluvné strany sa po vzájomných rokovaníach a v súlade s čl. XI. bod 11.3 Zmluvy dohodli, že prijímajú tento Dodatok č. 1 (ďalej aj len ako „Dodatok“) k Zmluve, čím sa doterajšia Zmluva mení nasledovne:

1. Mení sa ustanovenie bodu 1.1 Článku I. Predmet zmluvy, ktoré po zmene znie:

„ 1.1 Predmetom zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu v rámci projektu *Výstavba nového pavilónu centrálnych operačných sál, OAIM a urgentného príjmu, Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program, Prioritná os 2 - Lahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, Kód výzvy: IROP-PO2-SC213-2017-25, nasledovné prístroje a zariadenia s príslušenstvom:*

- Zariadenie na ohrev krvných derivátov, typ: SAHARA III
výrobca: Sarstedt
- Analyzátor - Multiplexný PCR systém, typ: FilmArray
výrobca: bioMérieux S.A.
- Stolový POC (Point of Care) acidobázický analyzátor, typ: RP500e
výrobca: Siemens Healthcare
- Stolový POC (Point of Care) imunochemický analyzátor, typ: AQT90Flex
výrobca: Radiometer

(spolu ďalej aj len ako „prístroj“) a previesť na kupujúceho vlastnícke právo k prístroju a záväzok kupujúceho zaplatiť za prístroj kúpnu cenu a prístroj prevziať, a to všetko za podmienok uvedených v tejto zmluve.“

2. Zmluvné strany sa dohodli, že týmto Dodatkom sa mení Príloha č. 2 Zmluvy, a to tak, že sa v celom rozsahu nahrádza pôvodná Príloha č. 2 novým znením Prílohy č. 2, ktorá tvorí prílohu tohto Dodatku.
3. Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú podpísom tohto Dodatku nezmenené.
4. Tento Dodatok tvorí od okamihu jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami nedeliteľnú súčasť Zmluvy a bude podľa vôle Zmluvných strán pripojený ku všetkým vyhotoveniam Zmluvy.
5. Tento Dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z ktorých päť dostane kupujúci a jeden predávajúci.
6. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky, v súlade s § 47a zákona číslo 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok bol spísaný podľa ich slobodnej a pravej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, a že nebol uzatvorený v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, pričom na znak svojho súhlasu s jeho znením a s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.
8. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je nové znenie Prílohy č. 2 Zmluvy.

[Podpisy Zmluvných strán]

V Trenčíne, dňa

V Trenčíne, dňa

Za Kupujúceho:

Za Predávajúceho:

Ing. Marián Juruš
generálny riaditeľ
Fakultná nemocnica Trenčín

Ing. Peter Havier
konateľ
BIOHEM, spol. s r.o.
v zastúpení **Ing. Peter Žilinčan**, riaditeľ
na základe plnomocenstva

JUDr. Marek Šedík
ekonomický riaditeľ
Fakultná nemocnica Trenčín

ponuku predkladá:		
obchodné meno:	BIOHEM, spol. s r.o.	dátum vypracovania ponuky:
sídlo:	Zlatovská 2211, 911 01 Trenčín	
IČO:	31442617	
platca DPH:	áno	pečiatka a podpis
identifikácia ponúkaného zariadenia:	SAHARA III	
je uvedené zariadenie vyrábané na sklad (disponujete skladovými zásobami)?	nie	
je ponúkané zariadenie katalógovým tovarom?	áno	
doba dodania (kal. dní):	112 kalendárnych dní	
cena ponúkaného zariadenia (EUR bez DPH/ks):	3 950,00 EUR bez DPH/ks	
cena ponúkaného zariadenia (EUR bez DPH/celok):	3 950,00 EUR bez DPH	

zariadenie:		
názov:	zariadenie na ohrev krvných derivátov	
predpokladaný objem:	1 ks	predpoklad dodávky (rok): 2019-2020

celok	časť	technický parameter	hodnota technického parametra	hodnota parametra ponúknutého zariadenia
		Rozmrazovanie a ohrievanie krvnej plazmy a krvných vakov suchým teplom	ANO	áno
		Možnosť ohrevu maximálne 3 vakov	ANO	áno
		Premiešavanie krvných zložiek počas ohrevu	ANO	áno
		Funkcia rýchleho rozmrazovania	ANO	áno
		Ukazovateľ teploty krvného produktu v rozsahu od 29°C do 37°C v krokoch po 1°C	ANO	áno
		Temperovanie pri stálej okolitej teplote 37°C	ANO	áno
		Bezdotyková evidencia teploty krvného produktu	ANO	áno
		Programové zabezpečenie kalibrácie teplotných snímačov	ANO	áno

ponuku predkladá:		dátum vypracovania ponuky:	
obchodné meno:	BIOHEM, spol. s r.o.		
sídlo:	Zlatovská 2211, 911 01 Trenčín		
IČO:	31 442 617		
platca DPH:	áno	pečiatka a podpis	
identifikácia ponúkaného zariadenia:	FilmArray		
je uvedené zariadenie vyrábané na sklad (disponujete skladovými zásobami)?	nie		
je ponúkané zariadenie katalógovým tovarom?	áno		
doba dodania (kal. dní):	112 kalendárnych dní		
cena ponúkaného zariadenia (EUR bez DPH/ks):	41 250,00 EUR bez DPH/ks		
cena ponúkaného zariadenia (EUR bez DPH/celok):	41 250,00 EUR bez DPH		

zariadenie:		predpoklad dodávky (rok): 2019-2020	
názov:	Analyzátor - Multiplexný PCR systém		
predpokladaný objem:	1 ks		

celok	časť	technický parameter	hodnota technického parametra	hodnota parametra ponúknutého zariadenia
		Určené k prevedeniu multiplex nested PCR v statimovom režime	ANO	áno
		Prevedenie extrakcie, amplifikácie, detekcie a analýzy vzoriek automaticky v uzatvorenom systéme	ANO	áno
		Doba prípravy vzoriek	max. 3 min	2 min
		Doba analýzy	max. 80 min	cca 60 min
		Simultánne vyšetrenia na baktérie, vírusy, kvasinky, parazity alebo gény antimikrobiálnej rezistencie	ANO	áno
		Použitie s komplexnými panelmi – vyšetrenia sady patogénov	ANO	áno
		- Respiračný panel: počet infekčných agens	min. 17	20
		- Hemokultivačný identifikačný panel: počet infekčných agens vrátane niektorých génov rezistencie k ATB (KPC, meca, vanA/B)	min. 23	27
		- Gastrointestinálny panel: počet infekčných agens	min. 19	22
		- Meningitída a encefalitída panel: počet infekčných agens	min. 13	14
		- Pneumonia panel: počet infekčných agens (semikvantitatívny bakteriálny agens, kvalitatívne stanovenie atypických baktérií, gény rezistencie k ATB)	min. 30	34
		Lyofilizované reagenty pre lýzu buniek, extrakciu a purifikáciu DNA/RNA z nespracovanej vzorky, amplifikáciu a detekciu.	ANO	áno
		Lyofilizované reagenty v odolných plastových vakoch	ANO	áno
		Čítačka čiarových kódov pre zadávanie dát.	ANO	áno
		Automatické podávanie správ	ANO	áno
		Samostatný analyzačný software	ANO	áno
		Analyzované výsledky v jednoduchých reportoch	ANO	áno
		Dvojstupňová PCR – kombinácia multiplex a singleplex	ANO	áno
		Systém s certifikáciou FDS, CE-IVD a TGA	ANO	áno

ponuku predkladá:		
obchodné meno:	BIOHEM, spol. s r.o.	dátum vypracovania ponuky:
sídlo:	Zlatovská 2211, 911 01 Trenčín	
IČO:	31442617	
platca DPH:	áno	pečiatka a podpis
identifikácia ponúkaného zariadenia:	RP500e	
je uvedené zariadenie vyrábané na sklad (disponujete skladovými zásobami)?	nie	
je ponúkané zariadenie katalógovým tovarom?	áno	
doba dodania (kal. dní):	112 kalendárnych dní	
cena ponúkaného zariadenia (EUR bez DPH/ks):	14 500,00 EUR bez DPH/ks	
cena ponúkaného zariadenia (EUR bez DPH/celok):	14 500,00 EUR bez DPH	

zariadenie:		
názov:	Stolový POC (Point of Care) acidobázický analyzátor	
predpokladaný objem:	1 ks	predpoklad dodávky (rok): 2019-2020

celok	časť	technický parameter	hodnota technického parametra	hodnota parametra ponúknutého zariadenia
		Minimálne 15 priamo meraných parametrov vrátane hemoglobínu	ANO	áno
		Možnosť merania všetkých parametrov z jednej vzorky	ANO	áno
		IVD schválený typ vzorky: plná krv a dialyzát pri všetkých meraných	ANO	áno pri vzorke krvi
		a počítaných parametroch, pre meranie pH aj pleurálna tekutina		V ostatných typoch vzorky ako dialyzát a pleurálna tekutina sa z biochemického hľadiska nemerajú všetky parametre, nakoľko ich tieto vzorky neobsahujú
		Stanovenie do cca 60 s.	ANO	áno
		Min 30 vzoriek za hodinu	ANO	áno
		Maximálny objem vzorky 100 µl v kapiláre a maximálny objem vzorky 200 µl v striekačke pri meraní všetkých dostupných parametroch	ANO	áno
		Možnosť zachytávať zrazeniny pomocou jednoduchého, jednorazového, bezúdržbového zachytávača zrazenín (bez procesov "clot managementu" ako je preplach a údržba elektród v prípade záchytu zrazeniny)	ANO	áno
		Integrované 3 hladiny kontrol kvality denne	ANO	áno
		Automatická kalibrácia 2x za 1 hodinu	ANO	áno
		Automatická kalibrácia všetkých ponúkaných parametrov bez potreby separátnej kalibrácie tHb s dodatočnými roztokmi/kalibrátormi	ANO	áno
		Roztoky uložené v jednom balení roztokov - uzatvorený systém odpadu	ANO	áno
		Aktivita spotrebného materiálu po vložení min. 25 dní	ANO	28 dní
		Kazetový systém detekcie parametrov v jednom monobloku	ANO	áno
		Životnosť kazety min. 5 mesiacov	ANO	áno
		Elektródy súčasťou meracej kazety	ANO	áno
		Vstavaná batéria pre min. udržanie údajov v kazete po dobu cca 1 hod v prípade výpadku elektr. energie	ANO	áno
		Integrovaná čítačka čiarových kódov	ANO	áno
		Štandardné pripojenie zariadenia do LIS,NIS	ANO	áno
		Dialková správa zariadenia pre 24 hod servis	ANO	áno
		Bezúdržbová prevádzka	ANO	áno

ponuku predkladá:		
obchodné meno:	BIOHEM, spol. s r.o.	dátum vypracovania ponuky:
sidlo:	Zlatovská 2211, 911 01 Trenčín	
IČO:	31442617	
platca DPH:	áno	pečiatka a podpis
identifikácia ponúkaného zariadenia:	AQT90Flex	
je uvedené zariadenie vyrábané na sklad (disponujete skladovými zásobami)?	nie	
je ponúkané zariadenie katalógovým tovarom?	áno	
doba dodania (kal. dní):	112 kalendárnych dní	
cena ponúkaného zariadenia (EUR bez DPH/ks):	26 000,00 EUR bez DPH/ks	
cena ponúkaného zariadenia (EUR bez DPH/celok):	26 000,00 EUR bez DPH	

zariadenie:		
názov:	Stolový POC (Point of Care) imunochemický analyzátor	
predpokladaný objem:	1 ks	predpoklad dodávky (rok): 2019-2020

celok	časť	technický parameter	hodnota technického parametra	hodnota parametra ponúknutého zariadenia
		Meranie z plnej krvi ihneď po odobraní vzorky, prípadne plazmy	ANO	áno
		Uzatvorený systém analýzy bez pipetovania vzorky	ANO	áno
		Parametre: TnT, TnI, MYO, NT-proBNP, CRP, PCT, D-Dimer	ANO	áno
		Spracovanie min 30 vzoriek za hodinu	ANO	áno
		Možnosť merania viacerých parametrov z jednej vzorky súčasne	ANO	áno
		Balenie roztokov obsahuje všetky prevádzkové kvapaliny vrátane odpadu		áno, uzatvorený systém
		Kalibrátor parametrov súčasťou balenia testov	ANO	áno
		Integrovaná čítačka čiarových kódov	ANO	áno
		Vstavaná tlačiareň	ANO	áno
		Štandardné pripojenie zariadenia do LIS,NIS	ANO	áno
		Diaľková správa zariadenia pre 24 hod servis	ANO	áno