

DODATOK č. 1
ku Kúpnej zmluve zo dňa 28.10.2019

555/19

*uzatvorenej v súlade s § 409 a nasl. ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov*

Zmluvné strany:

Kupujúci:

Fakultná nemocnica Trenčín

sídlo: Legionárska 28, 911 71 Trenčín

IČO: 00 610 470

DIČ: 2021254631

IČ DPH: SK2021254631

registrácia: Zriaďovacia listina vydaná MZ SR č. 1970/1991-A/VIII-1 zo dňa 14.06.1991

štatutárny orgán- rada riaditeľov v zložení: Ing. Marián Juruš, generálny riaditeľ
JUDr. Marek Šedík, ekonomický riaditeľ
MUDr. Stanislav Pastva, medicínsky riaditeľ

bankové spojenie: Štátna pokladnica, Bratislava

číslo účtu/IBAN: SK23 8180 0000 0070 0028 0438

(ďalej aj len ako „**Kupujúci**“)

a

Predávajúci:

WEGA – MS spol. s r.o.

sídlo: Pálenická 1/601, 922 21 Moravany nad Váhom

IČO: 30998328

DIČ: 2020395135

IČ DPH : SK2020395135

Zápis: Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, vložka č. 1422/T

štatutárny orgán: Rastislav Krieger, konateľ

bankové spojenie:

číslo účtu/IBAN:

(ďalej aj len ako „**Predávajúci**“)

Kupujúci a Predávajúci (ďalej aj len ako „Zmluvné strany“) uzatvorili dňa 28.10.2019 po oboznámení sa s obsahom vzájomných práv a povinností ako výsledok procesu verejného obstarávania postupom verejnej súťaže s názvom predmetu zákazky: „UZV prístroj s opciou ECHO módu“ Kúpnu zmluvu (ďalej aj len ako „Zmluva“), predmetom ktorej je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu v rámci projektu Výstavba nového pavilónu centrálnych operačných sál, OAIM a urgentného príjmu, Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program, Prioritná os 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, Kód výzvy: IROP-PO2-SC213-2017-25, nasledovné prístroje a zariadenia s príslušenstvom:

- Ultrazvukový diagnostický prístroj s opciou ECHO, typ: MyLab Eight, výrobca: ESAOTE S.p.A., sídlo EU

Zmluvné strany sa po vzájomných rokovaníach a v súlade s čl. V. bod 5.4. a čl. XI. bod 11.3 Zmluvy dohodli, že prijímajú tento Dodatok č. 1 (ďalej aj len ako „Dodatok“) k Zmluve, čím sa doterajšia Zmluva mení nasledovne:

1. Zmluvné strany sa dohodli, že týmto Dodatkom sa mení Príloha č. 1 Zmluvy, a to tak, že sa v celom rozsahu nahrádza pôvodná Príloha č. 1 novým znením Prílohy č. 1, ktorá tvorí prílohu tohto Dodatku.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že týmto Dodatkom sa mení Príloha č. 2 Zmluvy, a to tak, že sa v celom rozsahu nahrádza pôvodná Príloha č. 2 novým znením Prílohy č. 2, ktorá tvorí prílohu tohto Dodatku.
3. Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú podpísom tohto Dodatku nezmenené.
4. Tento Dodatok tvorí od okamihu jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami nedeliteľnú súčasť Zmluvy a bude podľa vôle Zmluvných strán pripojený ku všetkým vyhotoveniam Zmluvy.
5. Tento Dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z ktorých päť dostane kupujúci a jeden predávajúci.
6. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky, v súlade s § 47a zákona číslo 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok bol spísaný podľa ich slobodnej a pravej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, a že nebol uzatvorený v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, pričom na znak svojho súhlasu s jeho znením a s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.
8. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je nové znenie Prílohy č.1 Zmluvy a nové znenie Prílohy č. 2 Zmluvy.

V Trenčíne, dňa

V, dňa

Za Kupujúceho:

Za Predávajúceho:

Ing. Marián Juruš
generálny riaditeľ
Fakultná nemocnica Trenčín

Rastislav Krieger
konateľ
WEGA – MS spol. s r.o.

JUDr. Marek Šedík
ekonomický riaditeľ
Fakultná nemocnica Trenčín

Príloha č. 1 Kúpnej zmluvy – Cena predmetu zákazky

Obchodné meno: WEGA-MS spol. s r. o.

Sídlo: Pálenická 1/601, 922 21 Moravany nad Váhom

IČO: 30998328

Predmet zákazky: „UZV prístroj s opciou ECHO módu“

Položky:		Počet	Merná jednotka	Jednot. cena v Eur bez DPH	Cena spolu v Eur bez DPH
1.	UZV prístroj s opciou ECHO módu pre vyšetrenie srdca, Typ MyLab Eight	1,000	ks	73.292,14,-	87.950,57,-
Celková cena v Eur bez DPH					73.292,14,-
DPH 20 %					14.658,43,-
Celková cena v Eur s DPH					87.950,57,-

V Moravanoch nad Váhom, dňa

.....
Rastislav Krieger
Konateľ

Fakultná nemocnica v Trenčíne

Legionárska 28, 911 71 Trenčín IČO: 00610470

Príloha č. 2 Kúpnej zmluvy

Opis technicko-medicínskych a funkčných parametrov a vlastností

ponuku predkladá:	
obchodné meno: WEGA-MS, spol. s r.o.	dátum vypracovania ponuky:
sídlo: Pálenicka 1, 922 21 Moravany nad Váhom	
IČO: 30998328	
platca DPH: áno	pečiatka a podpis
identifikácia ponúkaného zariadenia: MyLab Eight	
je uvedené zariadenie vyrábané na sklad (disponujete skladovými zásobami)? nie	
je ponúkané zariadenie katalógovým tovarom? nie	
dobu dodania (kal. dní): 60 kalendárnych dní	
cena ponúkaného zariadenia (EUR bez DPH/ks): 73 292,14 EUR bez DPH/ks	
cena ponúkaného zariadenia (EUR bez DPH/celok): 73 292,14 EUR bez DPH/celok	

zariadenie:	
názov: UZV prístroj s opciou ECHO módu pre vyš. srdca	
predpokladaný objem: 1 ks	predpoklad dodávky (rok): 2019-2020

celok	časť	technický parameter	hodnota technického parametra	hodnota parametra ponúknutého zariadenia
		Prístroj musí byť nový, nie repasovaný alebo secondhandový.	áno	áno
		Plne digitálny systém s digitálnym spracovaním signálov a digitálnym formovaním ultrazvukového lúča	áno	áno
		Plochy LCD LED monitor umiestnený na otočnom ramene s uhlopriečkou	min. 21,5"	áno, 21,5"
		Podsvietenie LCD monitora umiestnené na zadnej strane	áno	áno
		Farebný LCD dotykový displej pre ovládanie ďalších konfiguračných funkcií	áno	áno
		Obrazová frekvencia na 2D	min. 800 Hz	áno, 800 Hz
		Čelkový dynamický rozsah prístroja	min. 230 dB	áno, 230 dB
		Frekvenčný rozsah prístroja	min. 1,0-22,0 MHz	áno, 1-22 MHz
		Vertikálne nastavenie obslužného pultu prístroja	min. 20 cm	áno, 20 cm
		Horizontálne nastavenie obslužného pultu prístroja	min. 180 st.	áno, 180 st.
		Maximálna zobrazovaná hĺbka na 2D móde	min. 44 cm	áno, 44,3 cm
		Počet portov pre 2D sondy	min. 4	áno, 4 porty
		USB porty 2.0	min. 5 ks	áno, 10 ks
		Interný HDD o veľkosti	min. 500 GB	áno, 500 GB
		Prístroj musí byť vybavený C/B termotlačiarňou	áno	áno
		Pripojenie prístroja do LAN cez WIFI	áno	áno
		Pripojenie prístroja do PACS-u cez DICOM 3.0 protokolu s funkciou DICOM QUERY	áno	áno
		Prístroj musí byť umiestnený na 4 otočných kolieskach s možnosťou zablokovania zmeny smeru, z ktorých musia byť min. 2 vybavené brzdiacim mechanizmom	áno	áno
		Vzdialené ovládania usg prístroja počas vyšetrenia zo smartfónu alebo tabletu	áno	áno
		Zoom na živom i na zmrazenom obraze s možnosťou priblíženia	min. 32x	áno, 32x
		Možnosť zoomovania aj na uložených patientských dátach v archíve prístroja	áno	áno
		Vysokokvalitné 2D zobrazovanie s využitím harmonického zobrazovania	áno	áno
		Panoramatické zobrazovanie	áno	áno
		Technológia na potlačenie šumových artefaktov (tzv. Speckle reduction) v 2D móde s možnosťou nastavenia	v min. 12 krokoch, z ktorých min. 3 sú užívateľsky konfigurovateľné	áno, v 12 krokoch, z čoho sú 3 užívateľsky konfigurovateľné
		Technológia priestorového skladania obrazov (tzv. Compound Imaging) s možnosťou nastavenia	min. v 6 krokoch	áno, v 6 krokoch
		Jednotlačidlová automatická multiparametrická optimalizácia 2D obrazu a Dopplerovského spektra v reálnom čase	áno	áno
		Farebné mapovanie prietokov CFM s možnosťou nastavenie PRF v rozsahu	min. 0,125-20,0 KHz	áno, 0,125-20,00 kHz
		Merací rozsah rýchlosti toku pri farebnom mapovaní	min. 5,50 m/s	áno, 5,54 m/s
		Maximálna obrazová rýchlosť pri farebnom mapovaní	min. 512 línii	áno, 512 línii
		Power doppler vrátane určenia smeru toku	áno	áno
		Daľšia modalita pre optimalizovanú vizualizáciu micro-vaskularizácie s vysokou senzitivitou a rezolúciou	áno	áno
		Pulzný doppler PW s možnosťou nastavenie PRF v rozsahu	min. 500 Hz-46,0 KHz	áno, 0,5-46 kHz
		Merací rozsah rýchlosti toku pri pulznom doppleri	min. 42,50 m/s	áno, 42,54 m/s
		Automatické obkresľovanie rýchlostného spektra s automatickým vyhodnotením rýchlostného spektra toku a vypočítať min. PI, RI index, SD pomer	áno	áno
		Musí umožňovať prácu s echokontraštnými látkami pri použití nízkeho a vysokého mechanického indexu - kontrastné zobrazovanie	áno	áno
		Automatické meranie hrúbky Intima Media v odfreezovanom režime s vysokou presnosťou. Odmerané hodnoty zobrazené v grafe zobrazenia normatívnych hodnôt pre porovnanie.	áno	áno
		Automatické meranie arteriálnej pružnosti v odfreezovanom režime s meraním parametrov min.: CC, DC, α, β, PW	áno	áno, s meraním CC, DC, α, β, PW
		Sondy:		
		1. konvexná sonda - určená na vyšetrenie v abdominálnej oblasti, multifrekvenčná		
		Frekvenčný rozsah	min. 1-8 MHz	áno, 1-8 MHz
		Max. hĺbka zobrazenia	min. 430 mm	áno, 433 mm
		Max. FOV	min. 105 stupňov	áno, 105 stupňov
		2. Lineárna sonda – určená na vaskulárne vyšetrenie, multifrekvenčná		
		Frekvenčný rozsah	min. 4-15 MHz	áno, 4-15 MHz
		Max. hĺbka zobrazenia	min. 160 mm	áno, 163 mm
		Footprint	min. 52 mm	áno, 53 mm
		Počet elementov	min. 192	áno, 192 elementov
		3. Lineárna sonda – určená na vaskulárne vyšetrenie v hlbokom poli, multifrekvenčná		
		Frekvenčný rozsah	min. 3-11 MHz	áno, 3-11 MHz
		Max. hĺbka zobrazenia	min. 160 mm	áno, 163 mm
		Footprint	min. 35 mm	áno, 36 mm
		Počet elementov	min. 192	áno, 192 elementov
		4. Kardiologická sonda – určená na kardiologické vyšetrenie, multifrekvenčná		
		Frekvenčný rozsah	min. 1-5 MHz	áno, 1-5 MHz
		Max. hĺbka zobrazenia	min. 360 mm	áno, 362 mm
		Max. FOV	min. 88 stupňov	áno, 90 stupňov