



## ponuku predkladá:

obchodné meno: **VITAMED.SK s.r.o.**

dátum vypracovania ponuky: 14.10.2019

sídlo: 1. mája 45, 902 01 Pezinok

IČO: 45 48 70 90

pečiatka a podpis

identifikácia ponúkaného zariadenia: **Miele, PG 8528 EL BO AV**je uvedené zariadenie vyrábané na sklad (disponujete skladovými zásobami)? **nie**je ponúkané zariadenie katalógovým tovarom? **áno**doba dodania (kal. dní): **90 kalendárnych dní**

## zariadenie:

názov: **Dezinfekčné umývačky nástrojov (15 DIN sít/proces)**predpokladaný objem: **2 ks**predpoklad dodávky (rok): **2020-2021**

celok	časť	technický parameter	hodnota technického parametra	hodnota parametra ponúknutého zariadenia
Dezinfekčné umývačky nástrojov (15 DIN sít/proces)		prekladacie dezinfekčné umývačky (dvojdvérové), kapacity 15 DIN sít na proces, certifikácia podľa normy EN ISO 15883-1 s elektrickým ohrevom	áno	áno
		elektronické, programovateľné mikroprocesorové riadiace jednotky	min. 60 programov	64
		elektrický ohrev s celkovým príkonom	max. 21 kW	20 kW
		dotykový grafický textový displej	áno	áno
		elektronická kontrola otáčania všetkých umývacích rotačných ramienok	áno	áno
		možnosť kontroly umývacieho roztoku pomocou merania vodivosti	áno	áno, voliteľné
		komunikácia prostredníctvom displeja a dokumentácia v slovenskom jazyku	áno	áno
		softvérový komunikačný systém pre dokumentáciu umývacích procesov, tlač protokolov, vzdialený servisný monitoring vrátane vzdialeného ovládania a nastavovania prístrojov – napojenie do systému dokumentácie procesov cez sieť	áno	áno
		vysokokvalitné nerezové umývacie priestory	áno	áno
		umývacie a dezinfekčné programy s použitím chémie: pH neutrálnej, enzymatickej, alebo alkalickéj, min. u jedného zariadenia aj s využitím peroxidu vodíka pre jemné umývanie veľmi znečistených nástrojov	áno	áno
		prednastavené programy s termickou dezinfekciou so záverečným oplachom demineralizovanou vodou	áno	áno
		ponúknuté zariadenia umožňujú termickú a chemoterickú dezinfekciu v zmysle parametrov uvedených vo vyhl. MZ SR 553/2007,	áno	áno
		dezinfekčné umývačky sú zaväzvané a vykladané prostredníctvom zavážacích vozíkov	áno	áno
		systém s prívodom čerstvej vody do každej fázy umývacieho programu	áno	áno
		motoricky ovládané, počas umývacieho procesu blokované presklené vertikálne posuvné dvere	áno	áno
		osvetlenie vnútorného priestoru umývacej komory	áno	áno
		viacsložná filtrácia umývacieho roztoku	áno	áno
		dvojplášťová konštrukcia z nerezovej ocele s tepelnou a zvukovou izoláciou	áno	áno
		komora dezinfekčnej umývačky s kapacitou min. 15 DIN sít a vybavená vždy dvomi nerezovými umývacími ramenami	áno	áno
		možnosť automatickej identifikácie a voľba programu kódom na umývacích vozíkoch	áno	áno
	výkonné obehové čerpadlo s prietokom	min. 700 l/min.	1000 l/min.	
	štyri dávkovacie čerpadlá na detergenty s kontrolou prietoku dávkovania	áno	áno	
	vstavaný sušiaci agregát s HEPA filtrom	trieda HEPA 14 (stupeň filtrácie min. 99,995 %)	trieda HEPA 14 (stupeň filtrácie min. 99,995 %)	
	boiler pre predhriatie demineralizovanej vody	áno	áno	
	súčasťou dodávky je inštalácia, zaškolenie obsluhy a údržby a set dokumentácie podľa platnej legislatívy	áno	áno	
	príslušenstvo	bezpečnostné nerezové základové vaničky,	2 x	2x
		kondenzátory pár vrátane nerezovej kapotáže	2 x	2x
zavážacie vozíky		2 x	2x	
umývací vozík s 5-úrovňami s kapacitou 15 DIN sít/proces,		1 x	1x	
umývací vozík s 4-úrovňami s kapacitou 12 DIN sít s min. 8 tryskami pre duté nástroje,		1 x	1x	
30 x DIN sít		áno	áno	
Injektorový vozík pre 3 mikroinvasívne chirurgické sety (MIS-Micro Invasive Surgery), tubulárne nástroje sú uložené do kazieta so zabudovanými dýzami	áno	áno		