

DODATOK č. 2
ku Kúpnej zmluve zo dňa 09.10.2019

558/19

*uzatvorenej v súlade s § 409 a nasl. ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov*

Zmluvné strany:

Kupujúci:

Fakultná nemocnica Trenčín

sídlo: Legionárska 28, 911 71 Trenčín

IČO: 00 610 470

DIČ: 2021254631

IČ DPH: SK2021254631

registrácia: Zriaďovacia listina vydaná MZ SR č. 1970/1991-A/VIII-1 zo dňa 14.06.1991

štatutárny orgán- rada riaditeľov v zložení: Ing. Marián Juruš, generálny riaditeľ
JUDr. Marek Šedík, ekonomický riaditeľ
MUDr. Stanislav Pastva, medicínsky riaditeľ

bankové spojenie: Štátna pokladnica, Bratislava

číslo účtu/IBAN: SK23 8180 0000 0070 0028 0438

(ďalej aj len ako „*Kupujúci*“)

a

Predávajúci:

ULTRAMED s. r.o.

sídlo: Š. Moysesova 431/14, 965 01 Žiar nad Hronom

IČO: 36638404

DIČ: 2022011651

IČ DPH : SK2022011651

Zápis: Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, vložka č.
10498/S

štatutárny orgán: Martin Továrek, konateľ

bankové spojenie:

číslo účtu/IBAN:

(ďalej aj len ako „*Predávajúci*“)

Kupujúci a Predávajúci (ďalej aj len ako „Zmluvné strany“) uzatvorili dňa 09.10.2019 po oboznámení sa s obsahom vzájomných práv a povinností ako výsledok procesu verejného obstarávania postupom verejnej súťaže s názvom predmetu zákazky: „Endoskopické prístroje“ Kúpnu zmluvu (ďalej aj len ako „Zmluva“), predmetom ktorej je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu v rámci projektu Výstavba nového pavilónu centrálnych operačných sál, OAIM a urgentného príjmu, nasledovné prístroje a zariadenia s príslušenstvom:

- Gastrofibroskop so svetelným zdrojom, odsávacou pumpou – HDTV Videobronchoskopická zostava, typ: OLYMPUS EVIS EXERA III, výrobca: Olympus Medical Systems Corp.
- Flexibilný cystofibroskop, typ: CYF 5, výrobca: Olympus Medical Systems Corp
- Terapeutický hysteroskop, typ: OLYMPUS, výrobca: Olympus Medical Systems Corp

Zmluvné strany sa po vzájomných rokovaníach a v súlade s čl. V. bod 5.4. a čl. XI. bod 11.3 Zmluvy dohodli, že prijímajú tento Dodatok č. 2 (ďalej aj len ako „Dodatok“) k Zmluve, čím sa doterajšia Zmluva mení nasledovne:

1. Zmluvné strany sa dohodli, že týmto Dodatkom sa mení Príloha č. 1 Zmluvy, a to tak, že sa v celom rozsahu nahrádza pôvodná Príloha č. 1 novým znením Prílohy č. 1, ktorá tvorí prílohu tohto Dodatku.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že týmto Dodatkom sa mení Príloha č. 2 Zmluvy, a to tak, že sa v celom rozsahu nahrádza pôvodná Príloha č. 2 novým znením Prílohy č. 2, ktorá tvorí prílohu tohto Dodatku.
3. Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú podpísom tohto Dodatku nezmenené.
4. Tento Dodatok tvorí od okamihu jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami nedeliteľnú súčasť Zmluvy a bude podľa vôle Zmluvných strán pripojený ku všetkým vyhotoveniam Zmluvy.
5. Tento Dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z ktorých päť dostane kupujúci a jeden predávajúci.
6. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky, v súlade s § 47a zákona číslo 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok bol spísaný podľa ich slobodnej a pravej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, a že nebol uzatvorený v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, pričom na znak svojho súhlasu s jeho znením a s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.
8. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je nové znenie Prílohy č.1 Zmluvy a nové znenie Prílohy č. 2 Zmluvy.

[Podpisy Zmluvných strán sa nachádzajú na nasledujúcej strane]

V Trenčíne, dňa

V Bratislave, dňa

Za Kupujúceho:

Za Predávajúceho:

Ing. Marián Juruš
generálny riaditeľ
Fakultná nemocnica Trenčín

Martin Továrek
konateľ
ULTRAMED s.r.o.

JUDr. Marek Šedík
ekonomický riaditeľ
Fakultná nemocnica Trenčín

VÝKAZ VÝMER

„Endoskopické prístroje“

Obchodné meno uchádzača: ULTRAMED s.r.o.

Sídlo: Š. Moysesova 431/14, 965 01 Žiar nad Hronom

IČO: 36638404

Predmet zákazky: „ Endoskopické prístroje“

| Položky: | | Počet | Merná jednotka | Jednot. cena v Eur bez DPH | Cena spolu v Eur bez DPH |
|-----------------------------------|--|-------|----------------|----------------------------|--------------------------|
| 1. | Gastrofibroskop so svetelným zdrojom, odsávacou pumpou - HDTV VIDEOBRONCHOSKOPICKÁ ZOSTAVA | 1,000 | ks | 81 211,95 | 81 211,95 |
| 2. | FLEXIBILNÝ CYSTOFIBROSKOP | 1,000 | ks | 6 580,00 | 6 580,00 |
| 3. | Hysteroskop TERAPEUTICKÝ HYSTEROSKOP | 1,000 | ks | 8 390,66 | 8 390,66 |
| Celková cena v Eur bez DPH | | | | | 96 182,61 |
| DPH 20 % | | | | | 19 236,52 |
| Celková cena v Eur s DPH | | | | | 115 419,13 |

V Žiari nad Hronom dňa

Martin Továrek
konateľ

| | | |
|--|---|----------------------------|
| ponuku predkladá: | | |
| obchodné meno: | ULTRAMED s.r.o. | dátum vypracovania ponuky: |
| sídlo: | Š.Moyseša 431, 965 01 Žiar nad Hronom | |
| IČO: | 36638404 | |
| platca DPH: | áno | pečiatka a podpis |
| identifikácia ponúkaného zariadenia: | HDTV Videobronchoskopická zostava OLYMPUS EVIS EXERA III | |
| je uvedené zariadenie vyrábané na sklad (disponujete skladovými zásobami)? | nie | |
| je ponúkané zariadenie katalógovým tovarom? | nie | |
| doba dodania (kal. dní): | 40 kalendárnych dní | |
| cena ponúkaného zariadenia (EUR bez DPH/ks): | 81 211,95 EUR bez DPH/ks | |
| cena ponúkaného zariadenia (EUR bez DPH/celok): | 81 211,95 EUR bez DPH | |

| | | |
|----------------------|---|--|
| zariadenie: | | |
| názov: | gastrofibroskop so svetelným zdrojom, odsávacou pumpou - HDTV VIDEOBRONCHOSKOPICKÁ ZOSTAVA | |
| predpokladaný objem: | 1 ks | predpoklad dodávky (rok): 2019-2020 |

| celok | časť | technický parameter | hodnota technického parametra | hodnota parametra ponúknutého zariadenia |
|-------|------|--|-------------------------------|--|
| | | HDTV VIDEOBRONCHOSKOP DIAGNOSTICKÝ 1 ks. | | |
| | | spôsob snímania: | farebný HDTV CCD čip | áno |
| | | HDTV rozlíšenie obrazu | | áno |
| | | rozsah zorného poľa: | min. 3-100 mm | 3 - 100 mm |
| | | zorný uhol: | min. 120° | 120° |
| | | priemer pracovného tubusu: | max. 5,1 mm | 5,1 mm |
| | | ohyb hore/dole: | min. 210°/130° | 210°/130° |
| | | rotačná funkcia vľavo/vpravo: | min. 120°/120° | 120°/120° |
| | | priemer pracovného kanála: | min. 2,0 mm | 2,0 mm |
| | | pracovná dĺžka: | min. 600 mm | 600 mm |
| | | funkcia digitálnej chromoendoskopie | ANO | áno |
| | | univerzálny pripájací konektor prenášajúci svetlo a obraz v jednom konektore | ANO | áno |
| | | kompatibilita s elektrochirurgickými prístrojmi | ANO | áno |
| | | kompatibilita s laserovými prístrojmi | ANO | áno |
| | | HDTV VIDEOBRONCHOSKOP TERAPEUTICKÝ 1 ks | | |
| | | spôsob snímania: | farebný HDTV CCD čip | áno |
| | | HDTV rozlíšenie obrazu | | áno |
| | | rozsah zorného poľa: | min. 3-100 mm | 3 - 100 mm |
| | | zorný uhol: | min. 120° | 120° |
| | | priemer pracovného tubusu: | max. 6,0 mm | 6,0 mm |
| | | ohyb hore/dole: | min. 180°/130° | 180°/130° |
| | | rotačná funkcia vľavo/vpravo: | min. 120°/120° | 120°/120° |
| | | priemer pracovného kanála: | min. 2,8 mm | 2,8 mm |
| | | pracovná dĺžka: | min. 600 mm | 600 mm |
| | | funkcia digitálnej chromoendoskopie | ANO | áno |
| | | univerzálny pripájací konektor prenášajúci svetlo a obraz v jednom konektore | ANO | áno |
| | | kompatibilita s elektrochirurgickými prístrojmi | ANO | áno |
| | | kompatibilita s laserovými prístrojmi | ANO | áno |
| | | vrátane testeru tesnosti | ANO | áno |
| | | MONITOR 1 ks | | |
| | | rozlíšenie monitora: | min. 1920 x min. 1080 | 1920 x 1080 |
| | | uhlopriečka s dĺžkou: | min. 26" | 26" |
| | | prepínanie úrovne gama | ANO | áno |
| | | prepínanie teploty farieb | ANO | áno |
| | | prepínanie pomeru zobrazenia | ANO | áno |
| | | funkcia prepínania užívateľských nastavení | ANO | áno |
| | | VIDEOPROCESOR / SVETELNÝ ZDROJ 1 ks | | |
| | | vysoké rozlíšenie obrazu HDTV | ANO | áno |
| | | funkcia nastavenia kontrastu | ANO | áno |
| | | automatické nastavenie jasu | ANO | áno |
| | | funkcia vyváženía bielej farby | ANO | áno |
| | | funkcia nastavenia farieb | ANO | áno |
| | | funkcia nastavenia chromatickosti obrazu | ANO | áno |
| | | funkcia zmrazenia obrazu | ANO | áno |
| | | rozlišovanie endoskopov podľa typu a výrobného čísla | ANO | áno |
| | | zaznamenávanie počtu vyšetrení jednotlivých endoskopov | ANO | áno |

| | | | | |
|--|--|---|--------------------------------------|---|
| Fakultná nemocnica v Trenčíne | | TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA | | |
| Legionárska 28, 911 71 Trenčín IČO: | | | | |
| ponuku predkladá: | | | | |
| obchodné meno: | ULTRAMED s.r.o. | dátum vypracovania ponuky: | | |
| sídlo: | Š. Moysesova 431, 965 01 Žiar nad Hronom | pečiatka a podpis | | |
| IČO: | 36638404 | | | |
| platca DPH: | áno | | | |
| identifikácia ponúkaného zariadenia: | | Olympus CYF 5 | | |
| je uvedené zariadenie vyrábané na sklad (disponujete skladovými zásobami)? | | nie | | |
| je ponúkané zariadenie katalógovým tovarom? | | áno | | |
| doba dodania (kal. dní): | | 40 kalendárnych dní | | |
| cena ponúkaného zariadenia (EUR bez DPH/ks): | | 6 580,00 EUR bez DPH/ks | | |
| cena ponúkaného zariadenia (EUR bez DPH/celok): | | 6 580,00 EUR bez DPH | | |
| zariadenie: | | | | |
| názov: | FLEXIBILNÝ CYSTOFIBROSKOP | | | |
| predpokladaný objem: | 1 ks | predpoklad dodávky (rok): | 2019-2020 | |
| celok | časť | technický parameter | hodnota technického parametra | hodnota parametra ponúknutého zariadenia |
| | | Veľkosť zorného poľa: | 120° | áno |
| | | Hĺbka zorného poľa: | 3-50 mm | áno |
| | | Priemer zavádzacieho tubusu: | 16,5 Fr. | áno |
| | | Priemer pracovného kanála: | 7,2 Fr. | áno |
| | | Ohybnosť hore: | 210° | áno |
| | | Ohybnosť dole: | 120° | áno |
| | | Pracovná dĺžka: | 380 mm | áno |
| | | Spôsob prenosu obrazu: | optické vlákna | áno |
| | | Smer snímania: | priamy | áno |
| | | Odsávací kanál so samostatným vstupom a odsávacím ventilom v ovládacej časti prístroja. | ANO | áno |
| | | Možnosť použitia s elektrochirurgickým inštrumentárium. | ANO | áno |
| | | Vrátane bioptických klieští. | ANO | áno |
| | | Vrátane prenosného LED svetelného zdroja. | ANO | áno |
| | | Vrátane testera tesnosti prístroja. | ANO | áno |

