

Príloha č. 2

Špecifikácia predmetu zákazky

Názov predmetu zákazky:

Striekačky jednorazové**ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY**

Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky		Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nesplňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nesplňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)	
		spĺňa / nesplňa	hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
Opis a požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty:			
Časť č. 1 - Striekačka jednorazová 2 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml			
Položka č. 1 - Striekačka jednorazová 2 ml			
1.1	jednorazová	spĺňa	
1.2	štandardná 2-dielna injekčná striekačka	spĺňa	
1.3	pracovný objem striekačky 2 ml	spĺňa	
1.4	typ luer	spĺňa	
1.5	dobre viditeľná, nezmývateľná stupnica s ciachovaním po 0,1 ml	spĺňa	
1.6	nepriepustná	spĺňa	
1.7	vyrobená z materiálu s vysokou priehľadnosťou pre jednoduchosť odhalenia prítomnosti vzduchových bublín a čiastočiek v striekačke	spĺňa	
1.8	piest s klzavosťou umožňujúcou ľahký pohyb z dôvodu zabezpečenia presného naberania a dávkovania medikamentov	spĺňa	
1.9	zadržiavací krúžok	spĺňa	
1.10	sterilné balenie 1 ks	spĺňa	
1.11	počet kusov v balení: min. 50 ks - max. 200 ks	spĺňa	
1.12	nepremokavý obal z polypropylénu	spĺňa	
1.13	obal musí obsahovať minimálne:	spĺňa	
1.13.1	názov	spĺňa	
1.13.2	veľkosť	spĺňa	
1.13.3	expiráciu	spĺňa	
1.13.4	katalógové číslo.	spĺňa	
Položka č. 2 - Striekačka jednorazová 5 ml			
2.1	jednorazová	spĺňa	
2.2	štandardná 2-dielna injekčná striekačka	spĺňa	
2.3	pracovný objem striekačky 5 ml	spĺňa	
2.4	typ luer	spĺňa	
2.5	dobre viditeľná, nezmývateľná stupnica s ciachovaním po 0,2 ml	spĺňa	
2.6	nepriepustná	spĺňa	
2.7	vyrobená z materiálu s vysokou priehľadnosťou pre jednoduchosť odhalenia prítomnosti vzduchových bublín a čiastočiek v striekačke	spĺňa	
2.8	piest s klzavosťou umožňujúcou ľahký pohyb z dôvodu zabezpečenia presného naberania a dávkovania medikamentov	spĺňa	
2.9	zadržiavací krúžok	spĺňa	
2.10	sterilné balenie 1 ks	spĺňa	
2.11	počet kusov v balení: min. 50 ks - max. 200 ks	spĺňa	

Príloha č. 2

Špecifikácia predmetu zákazky

2.12	nepremokavý obal z polypropylénu	spĺňa	
2.13	obal musí obsahovať minimálne:	spĺňa	
2.13.1	názov	spĺňa	
2.13.2	veľkosť	spĺňa	
2.13.3	expiráciu	spĺňa	
2.13.4	katalógové číslo.	spĺňa	
Položka č.3 - Striekačka jednorazová 10 ml			
3.1	jednorazová	spĺňa	
3.2	štandardná 2-dielna injekčná striekačka	spĺňa	
3.3	pracovný objem striekačky 10 ml	spĺňa	
3.4	typ luer	spĺňa	
3.5	dobré viditeľná, nezmývateľná stupnica s ciachovaním po 0,5 ml	spĺňa	
3.6	nepriepustná	spĺňa	
3.7	vyrobená z materiálu s vysokou priehľadnosťou pre jednoduchosť odhalenia prítomnosti vzduchových bublín a čiastočiek v striekačke	spĺňa	
3.8	piest s klzavosťou umožňujúcou ľahký pohyb z dôvodu zabezpečenia presného naberania a dávkovania medikamentov	spĺňa	
3.9	zadržiavací krúžok	spĺňa	
3.10	sterilné balenie 1 ks	spĺňa	
3.11	počet kusov v balení: min. 50 ks - max. 200 ks	spĺňa	
3.12	nepremokavý obal z polypropylénu	spĺňa	
3.13	obal musí obsahovať minimálne:	spĺňa	
3.13.1	názov	spĺňa	
3.13.2	veľkosť	spĺňa	
3.13.3	expiráciu	spĺňa	
3.13.4	katalógové číslo.	spĺňa	
Položka č.4 - Striekačka jednorazová 20 ml			
4.1	jednorazová	spĺňa	
4.2	štandardná 2-dielna injekčná striekačka	spĺňa	
4.3	pracovný objem striekačky 20 ml	spĺňa	
4.4	typ luer	spĺňa	
4.5	dobré viditeľná, nezmývateľná stupnica s ciachovaním po 1 ml	spĺňa	
4.6	nepriepustná	spĺňa	
4.7	vyrobená z materiálu s vysokou priehľadnosťou pre jednoduchosť odhalenia prítomnosti vzduchových bublín a čiastočiek v striekačke	spĺňa	
4.8	piest s klzavosťou umožňujúcou ľahký pohyb z dôvodu zabezpečenia presného naberania a dávkovania medikamentov	spĺňa	
4.9	zadržiavací krúžok	spĺňa	
4.10	sterilné balenie 1 ks	spĺňa	
4.11	počet kusov v balení: min. 50 ks - max. 200 ks	spĺňa	
4.12	nepremokavý obal z polypropylénu	spĺňa	
4.13	obal musí obsahovať minimálne:	spĺňa	
4.13.1	názov	spĺňa	

Príloha č. 2

Špecifikácia predmetu zákazky

4.13.2	veľkosť	spĺňa	
4.13.3	expiráciu	spĺňa	
4.13.4	katalógové číslo	spĺňa	

Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.

Obchodný názov uchádzača:

VIDRA a spol. s.r.o.

Sídlo uchádzača:

Štrková 8, 011 96 Žilina

IČO:

31589561

DIČ:

2020443777**Kontaktná osoba dodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného produktu:**

Meno a priezvisko:

Katarína Tabaková

Pracovné zaradenie:

referent centrálného obstarávania

Telefónne číslo:

041 5071013

E-mail:

katarina.tabakova@vidra.sk

V:

Žilina

Dňa:

12.7.2023

Podpis a pečiatka:

Meno a priezvisko oprávnenej osoby na podpisovanie:

Ing. Miloslav Vidra

konateľ