

Názov predmetu zákazky:

Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu

Špecifikácia predmetu zákazky

Časť č. 1 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu skupiny 1

Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky	Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)	
	spĺňa/nespĺňa	hodnota ponúkaného produktu
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu (stenty, dilatačné balóniky, mikrokatétre, zavádzacie sety, diagnostické katétre, vodiace katétre, vodiče) na perkutánnu koronárnu intervenciu s osobitným zreteľom na:		xxx
1. intrakoronárne stenty z kobalt-chrómového materiálu potiahnuté liečivom sirolimus, s biodegradovateľným polymérom s resorbciou polyméru do troch mesiacov, s hrúbkou strutu 80 µm, s abluminálnym potiahnutím liečiva na polyméry,	spĺňa	
2. intrakoronárne dilatačné balóniky s nízkym profilom monorail vhodných na rekanalizáciu zatvorených s dilatáciou zúžených koronárnach artérií, priemer balónika od 1,25 mm do 4,0 mm vrátane a dĺžky od 10,0 mm do 40,0 mm,	spĺňa	
3. intrakoronárne dilatačné balóniky vyrobené z nekompliatného materiálu, vhodné na vysokotlakovú dilatáciu zúžených koronárnach artérií alebo postdilatáciu intrakoronárnach stentov, priemer balónika od 2,0 mm do 5,0 mm, s max. tlakom až do 22 atm vrátane,	spĺňa	
4. hydrofilné mikrokatétre s distálnym vnútorným priemerom 0,018" a s proximálnym vnútorným priemerom 0,021", požadované dĺžky mikrokatétrov 130 cm a 150 cm,	spĺňa	
5. zavádzacie sety pre transradiálny prístup v hydrofilnom prevedení s požadovanými rozmermi:	spĺňa	
5 Fr.: vonkajší priemer 2,13 mm a vnútorný priemer 1,89 mm,	spĺňa	
6 Fr.: vonkajší priemer 2,46 mm a vnútorný priemer 2,22 mm,	spĺňa	
7 Fr.: vonkajší priemer 2,79 mm a vnútorný priemer 2,55 mm,	spĺňa	
požadovaná dĺžka sheafhu 10 cm a 16 cm,	spĺňa	
6. zavádzacie sety pre femorálny prístup v škále priemerov od 4 do 11 Fr.,	spĺňa	
7. zavádzacie sety pre transradiálny prístup ako aj príslušenstvo k transradiálnym setom - kompresné bandáže,	spĺňa	
8. diagnostické katétre pre ľavostrannú a pravostrannú katetrizáciu a hydrofilné vodiče,	spĺňa	
9. vodiace katétre pre ľavostrannú a pravostrannú katetrizáciu aj pre transradiálny prístup.	spĺňa	

Položky predmetu zákazky pre časť č. 1:	
1.	Intrakoronárny stent potiahnutý liečivom sirolimus
2.	Balónikový dilatačný katéter
3.	Vysokotlakový post-dilatačný balónikový katéter

Príloha č. 1 (Príloha č. 4 SP)
Špecifikácia predmetu zákazky

4.	Mikrokatéter
5.	Zavádzací set s hydrofilným prevedením
6.	Zavádzací set pre femorálny prístup
7.	Zavádzací set pre transradiálny prístup
8.	Diagnostický katéter pre ľavostrannú a pravostrannú katetrizáciu
9.	Vodiaci katéter
10.	Vodič PTCA
11.	Kompresná bandáž

Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.

Obchodný názov uchádzača:

TATRA-ALPINE, a.s.

Sídlo uchádzača:

Trnavská cesta č.66, 821 02 Bratislava

IČO:

00680885

DIČ:

202031385

V: Bratislava

Dňa: 07.10.2019

.....
Ing.Tomáš Kramer
generálny riaditeľ a.s.