

Názov predmetu zákazky:

Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu**Špecifikácia predmetu zákazky****Časť č. 6 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu skupiny 6**

Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky	Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)	
	spĺňa/nespĺňa	hodnota ponúkaného produktu
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu (stenty, katétre, tlakové striekačky, Y konektory, mikrokatétre, extenzie vodiaceho katétra) na perkutánnu koronárnu intervenciu s osobitným zreteľom na:	xxx	
1. intarkoronárne stenty s duálnou terapiou pokryté liekom s bioinžinierskou úpravou a povrchom vychytávajúcím progenitorové bunky urýchľujúce proces endotelizácie, možnosťou otvorenia ľubovoľného oka až do priemeru 4,5 mm bez vplyvu na stabilitu stentu,	spĺňa	
2. compliantné katétre balónikové s ultratenkým profilom určené na dilatáciu stenóz srdcových tepien,	spĺňa	
3. noncompliantné katétre balónikové s ultratenkým profilom určené na dilatáciu stenóz srdcových tepien,	spĺňa	
4. noncompliantné katétre balónikové s ultratenkým profilom určené na narušenie tvrdých kalcifikovaných intrakoronárných plátov pri nízkom tlaku, vďaka vodiču napevno upevnenému pozdĺž balónu,	spĺňa	
5. tlakové striekačky 20 ml 30 atm. v sete s trojcestným ventilom, kovovým zavádzачom na vodiče, rotátorom a Y konektorom s dvojitou silikónovou chlopňou umožňujúcou ovládanie vodiča alebo katétra pri uzavretej chlopni,	spĺňa	
6. Y konektory s hemostatickou chlopňou pre perkutánnu koronárnu intervenciu,	spĺňa	
7. jednolumenové podporné hybridné mikrokatétre typu OTW (over the wire, po drôte) na vodiaci drôt priemeru 0,014", vybavený torzným prvkom, pomocou ktorého možno zaistiť proximálnu časť katétra k drôtu tak, aby sa vodiaci drôt a katéter správali ako jeden celistvý nástroj, použiteľný na priemer drôtu 0,014", v dĺžkach 135 cm a 155 cm, dĺžka hydrofilného krytia 25 cm a 60 cm, exit markre 95 cm a 105 cm, shaft je vystužený dvoma oceľovými vodičmi pre ľahšie preniknutie CTO uzáverom,	spĺňa	
8. dvojlumenové hybridné mikrokatétre kompatibilné s 5 F zavádzacím systémom, 18 cm dlhou Rx sekciou, oválnym shaftom, crossing profilom 0,75 mm a torzným prvkom zabezpečujúcim aretáciu shaftu s vodičom,	spĺňa	
9. extenzia guiding katétrov v priemeroch 5 F, 6 F, 7 F a 8 F a Rx sekciou v dĺžke 25 cm a použiteľnou dĺžkou 150 cm a max. vonkajším priemerom 1,69 mm pri 6 F verzii.	spĺňa	

Položky predmetu zákazky pre časť č. 6:

1.	Intrakoronárny stent s bioinžinierskou úpravou potiahnutý liečivom
----	--

Príloha č. 4 SP

Špecifikácia predmetu zákazky

2.	Compliantný katéter balónikový s ultratenkým profilom
3.	Noncompliantný katéter balónikový s ultratenkým profilom
4.	Balónikový katéter na narúšanie tvrdých lézií pomocou nízkeho tlaku
5.	Tlaková striekačka
6.	Y konektor
7.	Jednolumenový mikrokatéter
8.	Dvojlumenový mikrokatéter
9.	Extenzia vodiaceho katétra

Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.

Obchodný názov uchádzača:

SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.

Sídlo uchádzača:

L. Dérera, 831 01 Bratislava

IČO:

31 385 265

DIČ:

SK2020304154

V: Bratislava

Dňa: 03.10.2019

.....
Zbyněk Kněžínek
konateľ spoločnosti
SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.

Poznámka:

- povinné údaje vyplní uchádzač