

Príloha č. 1 Kúpnej zmluvy: Špecifikácia predmetu kúpy

Ponúkaný typ (označenie):	typ PG 8592 AE LAN DOS
Výrobca:	Miele
Platný ŠUKL kód prístroja:	

Jednodverový umývací a dezinfekčný automat – 3 ks

Technická špecifikácia predmetu kúpy
Certifikácia podľa normy EN ISO 15883-1 (zhoda doložená certifikátom)
Certifikácia podľa normy EN ISO 15883-1 (zhoda doložená certifikátom)
▪ elektrický ohrev s príkonom 9,3 kW
Vonkajšie rozmery – výška 835 mm
Vonkajšie rozmery – šírka 600 mm
Vonkajšie rozmery – hĺbka 600 mm
Vonkajšie opláštenie - nerez
Dopredu výklopné celonerezové dvere
Prednastavené umývacie a dezinfekčné programy pre zdravotnícke pomôcky (napr. Vario TD, oftalmológia, OP obuv, Špeciál 93°C-10',.....)
Umývacie a dezinfekčné programy s použitím chémie: pH neutrálne, enzymatické alebo alkalické
Bezspárovo zvarané umývacie priestory s hladkými zvarmi
Umývacie priestory bez ohrevných telies, ohrevné telesá skryté
Systém s prívodom čerstvej vody do každej fázy programu
Min. trojnásobná filtrácia umývacieho roztoku
Umývacie priestory vybavené dvomi nerezovými umývacími ramenami
Kontrola umývacieho tlaku a rotácie ostrekovacích ramien
Dvojplášťová konštrukcia z nerezovej ocele s tepelnou a zvukovou izoláciou
Elektrické blokované dvere počas umývacieho cyklu
Automatické dovieranie a uzamykanie dverí
Vstavané horúcovzdušné sušiacie agregáty s ventilačným výkonom min. 47 m³/hod. s aktívnym HEPA filtrom triedy H 13 (stupeň filtrácie min. 99,5%)
Umývacie a dezinfekčné automaty s umývacím priestorom s kapacitou až 6 sít DIN, 48 GYN zrkadiel alebo 14 párov OP obuvi
Výkonné obehové čerpadlá s variabilnými otáčkami s celkovým výkonom min. 500l/min.
Nerezové dotykové ovládacie panely s tlačidlami rýchlej voľby
Elektronické, programovateľné riadiace jednotky (min. 14 základných programov)
Modulárna koncepcia vnútorného košového vybavenia
Každý prístroj musí obsahovať:
▪ 1 vstavaný dávkovač pre tekutú umývaciu chémiu
▪ 1dverný dávkovač tekutej oplachovej chémie
▪ vstavaný kondenzátor pár s rozstrekovačom
▪ vstavaný zmäkčovač vody

▪ násypka soli umiestnená ergonomicky vo dverách
▪ externý dávkovací modul pre tekuté chemické dezinfekčné prostriedky na OP obuv aspoň na jednom prístroji
Umývacie koše:
▪ 3 vozíky pre umiestnenie min. 6 DIN sít štandardnej veľkosti
▪ 18 umývacích DIN sít štandardnej veľkosti
▪ spodný kôš/lafeta, s vložkou pre uloženie 10 párov OP obuvi
▪ horný kôš pre uloženie 4 párov OP obuvi
Výrobňa tlakovej DEMI vody:
▪ 3 tlakovzdorné demineralizačné nerezové patróny s odvzdušňovacími pretlakovými ventilmi s kapacitou min. 19 l regenerovateľnej živice
▪ 2 meracie moduly vodivosti s rozsahom 0 – 199,9 $\mu\text{S/cm}$ s piatimi hadicami

Meno a podpis štatutárneho orgánu: Mgr.art. Marek Fajnor - konateľ

V Pezinku, dňa