

Príloha č. 4 SP

Špecifikácia predmetu zákazky

Názov predmetu zákazky:

Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu**Špecifikácia predmetu zákazky****Časť č. 11 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu skupiny 11**

Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky		Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)	
		spĺňa/nespĺňa	hodnota ponúkaného produktu
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu s osobitným zreteľom na systém na rekonštrukciu insuficientnej mitrálnej chlopne pomocou perkutánne implantovateľnej mechanickej svorky dvoch veľkostí bez potreby zastavenia srdca alebo kardiopulmonárneho bypassu, vyrobenej zo zliatiny kovov CoCr a polyesterovej tkaniny slúžiaci ako permanentný implantát:		xxx	
1.	System pozostáva z dvoch častí:	spĺňa	
1.1	<i>Riaditeľný vodiaci katéter:</i>	spĺňa	
1.1.1	pracovná dĺžka 800 mm,	spĺňa	
1.1.2	vonkajší priemer shaftu katétra 24 Fr.,	spĺňa	
1.1.3	priemer septálneho priechodu katétra 22 Fr.,	spĺňa	
1.1.4	dilatátor - pracovná dĺžka 1220 mm, vnútorný priemer shaftu 3 Fr., vonkajší priemer shaftu 16 Fr.	spĺňa	
1.2	<i>Zavádzací systém svorky - 2 veľkosti:</i>	spĺňa	
1.2.1	predĺžená dĺžka púzdra >65 mm,	spĺňa	
1.2.2	vonkajší priemer distálneho shaftu katétra 16 Fr.,	spĺňa	
1.2.3	dĺžka svorky 15 mm a 18 mm.	spĺňa	

Položky predmetu zákazky pre časť č. 11:

1.	System na rekonštrukciu insuficientnej mitrálnej chlopne aproximáciou tkaniva
----	---

Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.

Obchodný názov uchádzača:

MEDITRADE spol. s r.o.

Sídlo uchádzača:

Levočská 1, 851 01 Bratislava

IČO:

173 12 001

DIČ:

2020293121

V: Bratislave

Dňa: 11.10.2019

.....
Ing. Pavel Bohdal,
konateľ spoločnosti

Poznámka:

Príloha č. 4 SP
Špecifikácia predmetu zákazky

- povinné údaje vyplní uchádzač