

Názov predmetu zákazky:

Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu

Špecifikácia predmetu zákazky

Časť č. 12 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu skupiny 12

Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky	Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)	
	spĺňa/nespĺňa	hodnota ponúkaného produktu
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu (stenty, dilatačné balóniky, katétre, cievne výstuže, vodiče) s osobitným zreteľom na:	xxx	
1. CoCr intrakoronárne stenty uvoľňujúce liek, s hybridným povrchom - kombinácia pasívnej zložky silikón karbidu a aktívnej zložky PLLA a sirolimu pre rovnomerné uvoľňovanie lieku, s hrúbkou strutu 60 µm do 2,5 mm. S dĺžkou od 9,0 do 40,0 mm, s diametrom od 2,25 do 4,0 mm,	spĺňa	Platí pôvodná hodnota
2. bioresorbovateľné cievne výstuže vyrobené zo zliatiny magnézia, uvoľňujúce sirolimus, s indikáciou implantácie do koronárnych tepien, s max. rozšírením diametra do 0,6 mm a s časom resorpcie do 12 mesiacov. S dĺžkou od 15,0 do 25,0 mm, s diametrom od 3,0 do 3,5 mm,	spĺňa	Platí pôvodná hodnota
3. semicompliantné intrakoronárne balónikové katétre, s hydrofilickým povrchom na samotnom balóniku a balónikovom hrote, s nízkym profilom (pri dĺžke od 1,25 do 2,0 mm), so špeciálne upraveným shaftom (EFT) pre lepšiu "pushabilitu". S dĺžkou od 6,0 do 30,0 mm, s diametrom od 1,25 do 4,0 mm,	spĺňa	Platí pôvodná hodnota
4. necompliantné balónikové katétre s extra krátkymi balónikovými ramienkami pre zníženie rizika barotrauma s RBP do 20 Atm a so špeciálne upraveným shaftom (EFT), pre lepšiu "pushabilitu". S dĺžkou od 8,0 do 30 mm, s diametrom od 2,0 do 5,0 mm,	spĺňa	Platí pôvodná hodnota
5. intrakoronárne balónikové katétre uvoľňujúce liek paclitaxel s vysoko biokompatibilným nosičom BTHC. S dĺžkou od 10,0 do 30,0 mm, s diametrom od 2,0 do 4,0 mm,	spĺňa	Platí pôvodná hodnota
6. intrakoronárne scoring balónikové katétre so špeciálnym pružným nitinolovým elementom pozdĺž balónikového katétra, rôznej dĺžky až do diametra 3,5 mm vhodné na predilatáciu lézií, rezistentných na štandardné balónikové katétre. S dĺžkou od 10,0 do 20,0 mm, s diametrom od 2,0 do 3,5 mm,	spĺňa	Platí pôvodná hodnota
7. CoCr intrakoronárne BMS stenty, s pasívnym povrchom silikón karbid, tlmiacim zápalovú odpoveď cievy, s indikáciou do vinutých koronárnych artérií, s hrúbkou strutu 60 µm do 2,5 mm. S dĺžkou od 9,0 do 40 mm, s diametrom od 2,0 do 5,0 mm,	spĺňa	Platí pôvodná hodnota
8. intrakoronárne rekanalizačné vodiče s atraumatickým hrotom - olive tip. S dĺžkou 175 cm.	spĺňa	Platí pôvodná hodnota

Položky predmetu zákazky pre časť č. 12:

Príloha č. 1

Špecifikácia predmetu zákazky

1.	Intrakoronárny stent uvoľňujúci liek
2.	Bioresorbovateľná cievna magnéziová výstuž
3.	Semicompliantný balónikový dilatačný katéter
4.	Necompliantný balónikový dilatačný katéter
5.	DBC balónikový katéter
6.	Scoring balónikový katéter
7.	BMS intrakoronárny stent
8.	Rekanalizačný vodič

Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.

Obchodný názov uchádzača:

Cardioservice, s.r.o.

Sídlo uchádzača:

Plynárenská 1

IČO:

47393939

DIČ:

2022108704

V: Bratislava

Dňa: 15.10.2019

.....
Mgr. Martina Vída Cardioservice,
s.r.o., prokurista