

Názov predmetu zákazky:

Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu

## Špecifikácia predmetu zákazky

## Časť č. 14 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu skupiny 14

Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky		Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)	
		spĺňa/nespĺňa	hodnota ponúkaného produktu
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu		xxx	
1.	stenty z lekárskej ocele poťahované aktívnou látkou biolimus bez prítomnosti polyméru, vhodné pre pacientov s rizikom krvácania, s CE certifikovanou jednomesačnou antiagregačnou liečbou,	spĺňa	
2.	chróm-kobaltové steny s trvácim polymérom, poťahované zmesou biostabilných polymérov a aktívnou látkou sirolimus a hrúbkou strutu 75 µm – 85 µm,	spĺňa	
3.	chróm-kobaltové stenty poťahované aktívnou látkou biolimus BA9 s abluminálne nanoseným biodegradovateľným polymérom degradovaným v rozpätí 6 až 9 mesiacov,	spĺňa	
4.	liekom poťahované semikompliantné balóniky uvoľňujúce paclitaxel so systémom výmeny RX, krátkym deflačným časom a koncentráciou účinnej látky 3 µg/mm <sup>2</sup> ,	spĺňa	
5.	balónikové dilatačné katétre vyrobené zo zmesi Nylon/Pebax so systémom výmeny RX, kompatibilné s vodiacim drôtom 0,014'', kompatibilné s 5 F a 6 F zavádzačmi, vhodné na techniku "kissing" potiahnuté hydrofilnou vrstvou "Hydrax" pre lepšie zavedenie,	spĺňa	
6.	aspiračné katétre s proximálnym koncom potiahnuté hydrofilnou látkou "Hydrax Plus" pre lepšie zavedenie, kompatibilné s 6 Fa 7 F vodiacimi katétrami a 0,014'' vodiacim drôtom, s extrakčnou plochou 0,89 mm <sup>2</sup> do 1,39 mm <sup>2</sup> v závislosti od veľkosti katétra.	spĺňa	

Položky predmetu zákazky pre časť č. 14:	
1.	Stent z lekárskej ocele poťahovaný aktívnou látkou biolimus
2.	Chróm-kobaltový stent s aktívnou látkou sirolimus
3.	Chróm-kobaltový stent poťahovaný aktívnou látkou biolimus
4.	Liekom poťahovaný balónik
5.	Balónikový dilatačný katéter
6.	Aspiračný katéter

Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.

Obchodný názov uchádzača:

Sídlo uchádzača:

IČO:

DIČ:

A care, s.r.o.

Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany

35724609

2020241817

V: Trebaticiach

Dňa: 18.10.2019

Podpis podľa bodu 12.8 časti  
A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov  
súťažných podkladov