

Príloha č. 1 RD

Špecifikácia predmetu zákazky

Názov predmetu zákazky:

Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu**Špecifikácia predmetu zákazky****Časť č. 17 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zreteľom na set kontrapulzačný**

Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky		Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)	
		spĺňa/nespĺňa	hodnota ponúkaného produktu
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu s osobitným zreteľom na set kontrapulzačný pozostávajúci z:		xxx	
1.	IABK Sensation fiber optic		
1.1	priemer: 7 F	spĺňa	
1.2	objem: 40 cc	spĺňa	
1.3	dĺžka zavádzacej časti: min. 70 cm	spĺňa	
1.4	technológia s optickým vláknom kompatibilná s intraaortálnou balónikovou pumpou Cardiosave	spĺňa	
1.5	možnosť automatickej in vivo kalibrácie (vynulovanie) po zavedení IABK	spĺňa	
1.6	vhodné na zavedenie aj bez zavádzača	spĺňa	
1.7	rovnaký vnútorný rozmer zavádzača ako vonkajší rozmer IABK	spĺňa	
1.8	bez potreby zvlhčenia balónika pred zavedením	spĺňa	
1.9	dobrá flexibilita bez obsahu nerezovej ocele	spĺňa	
1.10	veľká abrazívna odolnosť	spĺňa	
1.11	doba expirácie: min. 30 mesiacov odo dňa dodania	spĺňa	
2.	Samostatný zavádzací set Sensation	spĺňa	
2.1	set kompatibilný s IABK Sensation fiber optic	spĺňa	
3.	Vodič PTFE	spĺňa	
3.1	rozmer: 0.018" 145 cm 3 mm J	spĺňa	
3.2	nerezová oceľ	spĺňa	

Položky predmetu zákazky pre časť č. 17:

1.	Set kontrapulzačný
----	--------------------

Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.

Obchodný názov uchádzača:

Sídlo uchádzača:

IČO:

DIČ:

Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o.

Donská 61, 841 06 Bratislava

35757329

2020253730

V: Bratislava

Dňa: 02.10.2019

.....
Ing. Silvia Augustinová
konateľ