

Názov predmetu zákazky:

Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu

Špecifikácia predmetu zákazky

Časť č. 19 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zreteľom na drôt vodiaci na meranie funkčnej významnosti stenóz

Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky		Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)	
		spĺňa/nespĺňa	hodnota ponúkaného produktu
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu s		xxx	
1.	používa sa pri intravaskulárnom meraní tlaku v povodí myokardu,	spĺňa	
2.	slúži na stanovenie koronárnej prietokovej rezervy bez potreby navodenia stavu hyperémie,	spĺňa	
3.	umožňuje stanovenie okamžitého pomeru tlakov v koronárnej tepne distálne za stenózou a arteriálneho tlaku pri konštantnom odpore v koronárnych cievach v diastolickej fáze srdcového rytmu,	spĺňa	
4.	Požaduje sa:		
	4.1 vodič pre meranie funkčnej významnosti stenóz bez potreby vazodilatácie technológiou iFR,	spĺňa	
	4.2 dĺžka: 185 cm a/alebo 300 cm,	spĺňa	
	4.3 priemer: 0.014",	spĺňa	
	4.4 vhodný na meranie iFR aj FFR aj v priebehu jednej procedúry,	spĺňa	
	4.5 kompatibilita so systémami CORE, CORE mobile, S5i, S5,	spĺňa	
	4.6 dostupnosť dvoch druhov tipov: J typ a rovný typ.	spĺňa	

Položky predmetu zákazky pre časť č. 19:

1.	Drôt vodiaci na meranie funkčnej významnosti stenóz
----	---

Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.

Obchodný názov uchádzača:

Sídlo uchádzača:

IČO:

DIČ:

A care, s.r.o.

Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany

35724609

2020241817

V: Trebaticiach

Dňa: 18.10.2019

Podpis podľa bodu 12.8

časti

A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov