

ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

Biologický inkubátor s chladením

Obchodný názov uchádzača	Adresa sídla uchádzača	IČO
LASER - ELTEK, s.r.o.	Šulekova 44, 811 03 Bratislava	31 348 084

Typové označenie ponúkaného zariadenia:	IPP110eco plus
---	----------------

Por. číslo	Požadované parametre		Parametre ponúkaného zariadenia (vyplní uchádzač)
1	vnútorný objem	min. 102 l, max. 110 l	108 l
2	nerezová vnútorná komora aj vonkajšia skrinka	áno	áno
3	aktívne chladenie Peltierovým článkom	áno	áno
4	nastavenie teplotného rozsahu (pri zapnutom internom osvetlení len +10°C až +40°C)	od 0°C do +70°C	áno
5	ovládanie regulátorom TwinDISPLAY / nastavovanie programov v reálnom čase	áno	áno
6	adaptívny multifunkčný digitálny PID-mikroprocesorový ovládač s vysokým rozlíšením	áno	áno
7	presnosť nastavenia teploty 0,1°C	áno	áno
8	teplotný rozsah	od 0°C do +70°C	áno
9	rozhranie Ethernet pre vyčítanie údajov z pamäte	áno	áno
10	možnosť uloženia programu	áno	áno
11	inštalácia a uvedenie do prevádzky	áno	áno
12	zaškolenie obsluhy	áno	áno
13	manuál v slovenskom, prípadne v českom jazyku	áno	áno
14	záručná doba	24 mesiacov	áno

V Bratislave, dňa

.....
Rudolf Nemec, konateľ