

Príloha č. 1 RD**Špecifikácia predmetu zákazky**

Názov predmetu zákazky:

Subkutánný implantovateľný kardioverter - defibrilátor s príslušenstvom**Špecifikácia predmetu zákazky**

Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky		Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nesplňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nesplňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)	
		spĺňa/nesplňa	hodnota ponúkaného produktu
Položka č. 1 - Subkutánný implantovateľný kardioverter - defibrilátor s príslušenstvom			
1.	požaduje sa kompletná subkutánná implantácia impulzogenerátora a elektródového systému bez potreby intrakardiálne implantovanej elektródy	spĺňa	
2.	požaduje sa možnosť automatickej optimalizácie a výberu detekčného vektora, s maximálnou energiou terapeutického výboja 80 J a post - šokovou stimuláciou 30 sec.	spĺňa	
3.	požaduje sa možnosť nastavenie dvoch detekčných zón	spĺňa	
4.	požaduje sa, aby súčasťou položky č. 1 bolo aj nasledovné príslušenstvo:	spĺňa	
5.	špeciálny zavádzač k subkutánnej elektróde (položke č. 2)	spĺňa	
6.	požaduje sa, aby každá časť položky č. 1 bola samostatne sterilne balená	spĺňa	
7.	požaduje sa, aby obal balenia obsahoval aspoň názov a katalógové číslo.	spĺňa	
Položka č. 2 - Elektródy k subkutánnemu implantovateľnému kardioverter - defibrilátoru			
1.	požaduje sa zavádzanie elektródy nie transvenózne	spĺňa	
2.	požaduje sa, aby položka č. 2 bola samostatne sterilne balená	spĺňa	
3.	požaduje sa, aby obal balenia obsahoval aspoň názov a katalógové číslo.	spĺňa	

Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.

Obchodný názov uchádzača:

InterMedical Plus, s.r.o.

Sídlo uchádzača:

Levická 7E, 949 01 Nitra

IČO:

50 085 999

DIČ:

2120167896

V:

Nitre

Dňa:

11.7.2023

.....
Ing. Bibiána Šikulajová,
konateľ spoločnosti