

Názov predmetu zákazky:

Drôty rôznych veľkostí

ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

| Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky | | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu) | |
|---|---|--|--|
| | | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu |
| Časť č. 2 - Dvojhlavý drôt | | | |
| Položka č. 1 - Dvojhlavý drôt | | | |
| 1. | požadujeme špeciálne dvojité drôty | spĺňa | |
| 2. | požadujeme zloženie: chirurgická oceľ | spĺňa | |
| 3. | hrúbka USP 7-0 | spĺňa | |
| 4. | dĺžka 2 x 30 cm | spĺňa | |
| 5. | dĺžka ihly: 48 mm | spĺňa | |
| 6. | zakrivenie ihly 3/8 alebo 1/2 | spĺňa | |
| 7. | typ ihly: tapercut alebo reversecut | spĺňa | |
| 8. | balenie: v jednom sterilnom balení musia byť minimálne 2 kusy, pričom obal musí obsahovať minimálne tieto údaje: názov, katalógové číslo, expiráciu, veľkosť. | spĺňa | balenie 2 ks v balení |

Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.

Obchodné meno/Názov uchádzača:

Inamed s.r.o.

Sídlo/Miesto podnikania:

Šustekova 37, 851 04 Bratislava

IČO:

44484275

DIČ:

2022710646

Kontaktná osoba dodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného produktu:

Meno a priezvisko:

MUDr. Arnošt Kolozsi

Pracovné zaradenie:

konateľ

Telefónne číslo:

903439331

E-mail:

office@inamed.sk

V: Bratislave

Dňa: 8.8.2023

Podpis a pečiatka:

Meno a priezvisko oprávnenej osoby na podpisovanie:

MUDr. Arnošt Kolozsi

Poznámka:

- povinné údaje vyplní uchádzač