

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Prístroj na meranie častíc s príslušenstvom

Prístroj na meranie veľkosti a tvaru pevných častíc, využívajúci metódu dynamickej analýzy obrazu:

- spĺňajúci normu ISO 13322-2 pre dynamickú analýzu obrazu,
- umožňujúci suchú i mokrú analýzu,
- zariadenie s integrovaným softvérom na analýzu obrazu veľkosti a tvaru častíc pre prezentáciu výsledkov,
- kompletné príslušenstvo potrebné pre merania veľkosti častíc pre:
 - o suchú analýzu – s dolnou hranicou rozsahu max. 90 μm a hornou hranicou min. 8 mm (suchá analýza);
 - o mokrú analýzu – s dolnou hranicou rozsahu max. 20 μm a hornou hranicou min. 1 mm (mokrú analýzu);
- záznam obrazu s kvalitou min. 4 Mpx,
- s dopravou, inštaláciou a zárukou min. 2 roky v cene.

Vypracovala: Ing. Danielčáková Ivona

Názov projektu: **Realizácia programov starostlivosti o NPP Demänovské jaskyne a NPP Zápoľná jaskyňa**

ITMS2014+ kód: **310011V993**

Operačný program: **Kvalita životného prostredia**