

Kontinuálny prietokový analyzátor na stanovenie celkových / voľných kyanidov a aniónaktívnych tenzidov

ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

Dodanie 1 ks kontinuálneho prietokového analyzátoru na stanovenie celkových / voľných kyanidov a aniónaktívnych tenzidov, jeho inštalácia, uvedenie do prevádzky a zaškolenie obsluhy. Kontinuálny prietokový analyzátor bude slúžiť na stanovenie kyanidov v pitných vodách, na základe povinnosti vyplývajúcej z Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 91/2023 Z. z.

Obchodný názov uchádzača	Adresa sídla uchádzača	IČO
SKALAR s.r.o.	Nademejská 600/1, 198 00 Praha 9, Česká republika	45807248

Typové označenie ponúkaného zariadenia (vyplní uchádzač):	SAN Compact
---	-------------

Por. číslo	Požadované parametre	Parametre ponúkaného zariadenia (vyplní uchádzač)
1	rozsah stanovenia celkových kyanidov:	1 – 100 ug/l CN
2	rozsah stanovenia aniónaktívnych tenzidov: možnosť merať v dvoch koncentračných rozsahoch:	0,02–1 mg/l a 0,1–5 mg/l
3	stanovenie celkových a voľných kyanidov podľa STN EN ISO 14403-2 vrátane certifikátu o dosiahnutí účinnosti rozkladu komplexných kyanidov	áno
4	autosampler ovládaný počítačom, random access	áno
5	ventil na oplach systému deionizovanou vodou na zabránenie kontaminácie medzi vzorkami	áno
6	kapacita autosamplera	min.100 pozícií
7	2 ihly pre súčasné dávkovanie dvoch rôznych vzoriek	áno
8	možnosť kedykoľvek v priebehu analýzy upraviť tabuľku (seqenciu) vzoriek	áno
9	možnosť pozastavenia dávkovania v priebehu analýzy (čakanie na vzorky)	áno
10	možnosť zaradenia prioritnej vzorky v priebehu analýzy	áno
11	riadiaci počítač pre systém	áno
12	software v slovenskom alebo v českom jazyku pre riadenie systému, zber a vyhodnocovanie dát	áno
13	výstup dát vo formáte tabuľky	áno
14	možnosť spätného vyhľadávania konkrétnej vzorky v celej databáze nameraných súborov	áno
15	možnosť označenia jednotlivých píkov v grafike názvom vzorky a koncentrácií	áno
16	možnosť exportu a spracovania výsledkov v priebehu analýzy	áno
17	automatická korekcia driftu baseliny	áno
18	PC, 24" LED monitor, laserová tlačiareň	áno
19	export dát do databázy zadávateľa	áno
20	eternetové pripojenie prístroja k PC	áno
21	automatický štart a vypnutie prístroja	áno
22	senzory netesnosti systému	áno
23	komunikácia pri zabezpečovaní servisnej podpory v českom alebo slovenskom jazyku	áno
24	návod na použitie v slovenskom alebo českom jazyku	áno
25	záručná doba	24 mesiacov

V Prahe, dňa 25.08.2023

Ing. Miroslav Seidl, konateľ