



ponuku predkladá:

obchodné meno: **Medically Distribution s.r.o.**sídlo: **M.R.Štefánika 1216/6 038 53 Turany**IČO: **45382450**platca DPH: **áno**dátum vypracovania ponuky: **12. júl 2023**

pečiatka a podpis

identifikácia ponúkaného zariadenia: **Vysokofrekvenčný dýzový pľúcny ventilátor PARAVENT PATE**

zariadenie:

názov: **Vysokofrekvenčný dýzový ventilátor**objem: **1 ks**

celok		technický parameter	hodnota technického parametra	hodnota parametra ponúknutého zariadenia
Vysokofrekvenčný dýzový ventilátor		Elektronicky riadený vysokofrekvenčný dýzový ventilátor s prepínateľnou frekvenciou	min. 20, 40, 120, 180 c/min	ANO
		Voliteľný pomer dôb inšpiria/expíria	1:2, 1:1, 2:1	ANO
		Nastaviteľný insuflačný tlak	min. 0 – 300 kPa	ANO
		Monitorované ukazovatele na čelnom paneli	áno	ANO
		Ventilačný tlak je monitorovaný na ukazovateli (manometri) umiestnenom na vrchnom kryte prístroja, buď v celom dychovom cykle (frekvencie 20, 40 c/min), alebo len na konci inšpiria (frekvencie 120, 180 c/min).	áno	ANO
		Systém svojou konštrukciou jednoducho umožňuje realizovať režim podpornej ventilácie so zachovaním spontánnej dychovej aktivity pacienta	áno	ANO
		Umožňuje vykonávanie efektívnej toalety dýchacích ciest vrátane laváží v tzv. impulznom alebo expulznom režime, bez prerušenia ventilácie	áno	ANO
		Elektronické riadenie	áno	ANO
		Regulácia ventilačného výkonu	výberom dýzy MGT a plynulou voľbou insuflačného tlaku	ANO
		Snímanie tlaku v tracheálnej kanyle s vyhodnotením pre monitoring Paw, PIP a alarm dosiahnutia medz.tlaku	áno	ANO
		Aktívne expírium	pre pomer dôb 2:1	ANO
		Záložný zdroj	áno	ANO
		Hmotnosť	max. 6kg	ANO
	Záruka	Záruka 24 mesiacov	áno	ANO
		Záručný servis	áno	ANO
		Inštalácia, doprava	áno	ANO
		Komplexné zaškolenie obsluhy	áno	ANO