

Kúpna zmluva č. Z202310554_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Zepelin, s.r.o.
Sídlo: Gen. M. R. Štefánika 7061, 91101 Trenčín, Slovenská republika
IČO: 36322181
DIČ: 2020179150
IČ DPH: SK2020179150
Bankové spojenie: IBAN: SK72 1100 0000 0029 2779 4343, BIC: TATRSKBX
Telefón: +421 905513389

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Zdravotnícky stan - stanový prístrešok s vysokotlakovou konštrukciou.
Kľúčové slová: Zdravotnícky, stan, prístrešok, vysokotlaková, konštrukcia.
CPV: 33163000-0 - Stany na lekárske použitie; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Zdravotnícky stan - stanový prístrešok s vysokotlakovou konštrukciou.

Funkcia				
Zdravotnícky rýchlonasaditeľný stan - stanový prístrešok s vysokotlakovou konštrukciou bez výstužných pevných prvkov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Zdravotnícky stan - stanový prístrešok s vysokotlakovou konštrukciou.	súprava			1
Zdravotnícky stan - stanový prístrešok s vysokotlakovou konštrukciou - šírka.	cm	600		
Zdravotnícky stan - stanový prístrešok s vysokotlakovou konštrukciou - dĺžka.	cm	800		
Zdravotnícky stan - stanový prístrešok s vysokotlakovou konštrukciou - výška.	cm	310		
Zdravotnícky stan - stanový prístrešok s vysokotlakovou konštrukciou – využitelná vnútorná šírka v mieste nosníka vo výške 200 cm nad zemou.	cm	480		
Zdravotnícky stan - stanový prístrešok s vysokotlakovou konštrukciou - podlahová plocha.	m ²		50	

Zdravotnícky stan - stanový prístrešok s vysokotlakovou konštrukciou - dvere (čelné steny).	ks			2
Zdravotnícky stan - stanový prístrešok s vysokotlakovou konštrukciou - dvere - rozmery (šírka x výška).	cm	140 x 200	150 x 210	
Zdravotnícky stan - stanový prístrešok s vysokotlakovou konštrukciou - okná (bočné steny).	počet			6
Zdravotnícky stan - stanový prístrešok s vysokotlakovou konštrukciou - okná - rozmery (šírka x výška).	cm	95 x 50	110 x 60	
Zdravotnícky stan - stanový prístrešok s vysokotlakovou konštrukciou - spojovací diel dvere / dvere. Vyrobený z materiálu rovnakého ako zdravotnícky stan - stanový prístrešok.	počet			1
Zdravotnícky stan - stanový prístrešok s vysokotlakovou konštrukciou - otvor v stene stanu pre elektroinštaláciu.	počet	2		
Zdravotnícky stan - stanový prístrešok s vysokotlakovou konštrukciou - otvor v stene stanu pre kúrenie a klimatizáciu.	počet	2		
Zdravotnícky stan - stanový prístrešok s vysokotlakovou konštrukciou - ventilačný otvor.	počet	2		
Zdravotnícky stan - stanový prístrešok s vysokotlakovou konštrukciou - celková hmotnosť stanu (Balené v transportnej odolnej PVC taške s trojvrstvovým dnom a úchytkami pre manipuláciu. Bez kotviacich kolíkov.)	kg		350	
Zdravotnícky stan - stanový prístrešok s vysokotlakovou konštrukciou - odolnosť voči vetru pri ustálenej rýchlosti vetra.	km/hod	100		
Zdravotnícky stan - stanový prístrešok s vysokotlakovou konštrukciou - odolnosť voči vetru pri nárazoch.	km/hod	120		
Zdravotnícky stan - stanový prístrešok s vysokotlakovou konštrukciou - odolnosť voči zaťaženie snehom.	kg/m²	35		
Zdravotnícky stan - stanový prístrešok s vysokotlakovou konštrukciou - teplotná odolnosť.	°C	- 35	+ 70	
Zdravotnícky stan - stanový prístrešok s vysokotlakovou konštrukciou - čas rozloženia stanu 4 osobami bez použitia náradia.	minut		20	
Zdravotnícky stan - stanový prístrešok s vysokotlakovou konštrukciou - návod na obsluhu, údržbu, ošetrovanie v slovenskom jazyku.	počet ks			1
Zdravotnícky stan - stanový prístrešok s vysokotlakovou konštrukciou - transportná taška.	počet ks	1		
Zdravotnícky stan - stanový prístrešok s vysokotlakovou konštrukciou - slnečná clona.	počet ks			1
Zdravotnícky stan - stanový prístrešok s vysokotlakovou konštrukciou - vnútorná vložka.	počet ks			1
Zdravotnícky stan - stanový prístrešok s vysokotlakovou konštrukciou - LED svietidlo.	počet ks	3		
Zdravotnícky stan - stanový prístrešok s vysokotlakovou konštrukciou - elektro rozvádzač.	počet ks			1
Zdravotnícky stan - stanový prístrešok s vysokotlakovou konštrukciou - predlžovací kábel min. 15 m.	počet ks			1
Zdravotnícky stan - stanový prístrešok s vysokotlakovou konštrukciou - invertor.	počet ks			1
Zdravotnícky stan - stanový prístrešok s vysokotlakovou konštrukciou - kompresor.	počet ks			1
Zdravotnícky stan - stanový prístrešok s vysokotlakovou konštrukciou - základná odolná podlaha na terén.	m²	52	56	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Zdravotnícky stan - stanový prístrešok s vysokotlakovou konštrukciou - opláštenie (strecha a podlaha).	Strecha a podlaha sú pevne vodotesne spojené – neoddeliteľný celok.			

Zdravotnícky stan - stanový prístrešok s vysokotlakovou konštrukciou - materiál opláštenia (strecha a podlaha) - vlastnosti.	Polyester (min. 1100 Dtx) s obojstranným PVC záterom, min. 650 g/m ² ; priepustnosť svetla max. 1%; pevnosť v ťahu min. 2500/2500 N/5cm; pevnosť v roztrhnutí min.300/300 N.
Zdravotnícky stan - stanový prístrešok s vysokotlakovou konštrukciou - materiál opláštenia (strecha a podlaha) - vlastnosti.	Protihorľavá úprava, odolný voči UV a hubám. Tepelná odolnosť min. -35° C ~+70° C. Ohňovzdornosť B1 podľa DIN 4102.
Zdravotnícky stan - stanový prístrešok s vysokotlakovou konštrukciou - farba strecha a podlaha.	Matná olivovozelená (vonkajšia strana) / šedá alebo biela (vnútorná strana).
Zdravotnícky stan - stanový prístrešok s vysokotlakovou konštrukciou - dvere.	2-vrstvé (moskytiéra, prekryt – materiál identický ako strecha stanu), v strede delené, rolovacie nahor s uchytením.
Zdravotnícky stan - stanový prístrešok s vysokotlakovou konštrukciou - okná.	3-vrstvé (moskytiéra, transparentný film TPU, prekryt – materiál identický ako strecha stanu), rolovacie nahor s uchytením do "kapsy".
Zdravotnícky stan - stanový prístrešok s vysokotlakovou konštrukciou - slnečná clona strechy stanu.	Sieťovina s kotviacimi lankami. Materiál PVC/PES, sieťovina, min. 300 g/m ² . Ukotvená na vodorovných nafukovacích nosníkoch.
Zdravotnícky stan - stanový prístrešok s vysokotlakovou konštrukciou - dezinfekcia a čistenie.	Požaduje sa možnosť dezinfikovať a čistiť bežne dostupnými dezinfekčnými neabrazívnymi prostriedkami používanými v zdravotníctve.
Zdravotnícky stan - stanový prístrešok s vysokotlakovou konštrukciou - nosná konštrukcia.	Nosná konštrukcia zahŕňa 4 vysokotlakové oblúkové priečne nosníky a 3 vodorovné rovné strešné nosníky umiestnené nad priečnymi oblúkovými nosníkmi a strechou. Prevádzkový tlak nosníkov 6-8 bar.
Zdravotnícky stan - stanový prístrešok s vysokotlakovou konštrukciou - nosná konštrukcia.	Nosný systém spolu s opláštením (strechou a podlahou) je integrovaný do jedného funkčného celku bez voľných dielov a nutnosti spájania alebo rozpájania komponentov počas montáže alebo demontáže.
Zdravotnícky stan - stanový prístrešok s vysokotlakovou konštrukciou - nosná konštrukcia - materiál profilu, rozmer profilu, farba profilu.	Materiál nosníkov: EPDM / fiber, šedý odtieň, priemer nosníkov min. 150 mm, nehorľavá úprava povrchu.
Zdravotnícky stan - stanový prístrešok s vysokotlakovou konštrukciou - vkladaná podlaha.	Vkladaná hygienická podlaha – odnímateľná, ukotvená na podlahu stanu.
Zdravotnícky stan - stanový prístrešok s vysokotlakovou konštrukciou - vkladaná podlaha - materiál.	Polyester (min. 1100 Dtx) s obojstranným PVC záterom, min. 450 g/m ² . Proti horľavá úprava - B1 podľa DIN 4102. Protišmyková úprava.
Zdravotnícky stan - stanový prístrešok s vysokotlakovou konštrukciou - vkladaná podlaha - materiál.	Pevnosť v ťahu min. 2300/2300 N/5cm a pevnosť v roztrhnutí min. 250/250 N. Farba podlahy - šedý odtieň.
Zdravotnícky stan - stanový prístrešok s vysokotlakovou konštrukciou - vložka - materiál.	1-vrstvová, min. 90 g/m ² s jednostrannou reflexnou Al úpravou, kopíruje všetky otvory stanu, FR úprava.
Zdravotnícky stan - stanový prístrešok s vysokotlakovou konštrukciou - osvetlenie.	Osvetlenie - sériové zapojenie (za sebou), min. 20W a 2900 lm/ svietidlo, LED svietidlo v odolnom PC tubuse; 230V/50Hz, min. IP54.
Zdravotnícky stan - stanový prístrešok s vysokotlakovou konštrukciou - osvetlenie.	Osvetlenie - pogumované rukoväte; dĺžka káblov min. 3 m; zástrčka/zásuvka EU schuko,
Zdravotnícky stan - stanový prístrešok s vysokotlakovou konštrukciou - osvetlenie.	Osvetlenie s úchytnými pre podvesenie pod strechu alebo vnútornú vložku stanu. Požadované minimálne 3 ks LED svietidiel s požadovaným výkonom. Súprava uložená v samostatnom obale – plastovom kufríku.
Zdravotnícky stan - stanový prístrešok s vysokotlakovou konštrukciou - súprava elektroinštalácie.	1x mobilný el. rozvádzač s pogumovaním a min. 10 m prírodným káblom; min. 4x zásuvka 230V/16A 2P+T, s ochranným spínačom, min. IP54 (schuko EU).
Zdravotnícky stan - stanový prístrešok s vysokotlakovou konštrukciou - súprava elektroinštalácie.	1x predĺžovací kábel dl. min. 5m, 230V/16A 2P+T (schuko EU); 1x inverter 12V/230V, min. 200 W (schuko EU).
Zdravotnícky stan - stanový prístrešok s vysokotlakovou konštrukciou - kompresor.	Bezolejový kompresor pre nafukovanie a vyfukovanie nosníkov (6 - 8 bar), 230V, max.55 kg, min. 450 l/min., v odolnom kovovom ráme, stohovateľný, vrátane nafukovacej a vákuovacej sady.
Zdravotnícky stan - stanový prístrešok s vysokotlakovou konštrukciou - príslušenstvo pre ukotvenie.	Kotviace polyesterové šnúry priemeru min. 8 mm so zaistovacou brzdou a farebným značením.
Zdravotnícky stan - stanový prístrešok s vysokotlakovou konštrukciou - príslušenstvo pre ukotvenie.	Kotviace kolíky v T alebo X profile min. 40 mm x min. 450 mm - pozink + čierna nadzemná časť. Kladivo min. 1 ks (3-5 kg) Samostatný obal na príslušenstvo pre ukotvenie.

Zdravotnícky stan - stanový prístrešok s vysokotlakovou konštrukciou - označenie červeným krížom.	Každá strana zdravotníckeho stanu označená červeným krížom na bielom podklade - kružnica (priemer kružnice 630 mm, rozmer strany červeného kríža 149 mm, šírka kružnice ohraničujúcej znak 10 mm).
Zdravotnícky stan - stanový prístrešok s vysokotlakovou konštrukciou - príslušenstvo.	Opravná sada pre bežnú údržbu - 1 sada.
Zdravotnícky stan - stanový prístrešok s vysokotlakovou konštrukciou - základná odolná podlaha na terén pod stan.	Drenážno separačná vrstva. Tkaná geotextilná rohož. Materiál min. PP, 280g/m2, tmavá farba.

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov	
Vrátane dopravy na miesto plnenia.	
Požaduje sa inštačný manuál v slovenskom jazyku. Návod na údržbu v slovenskom jazyku. Denník stanu.	
Požaduje sa školenie obsluhy zdravotníckeho stanu - stanového prístrešku dodávateľom v rozsahu určenom dodávateľom, tak aby obsluha zvládla bezpečnú montáž, ošetrovanie, zapojenie príslušenstva a opravy k stanu pri dodržaní podmienok stanovených dodávateľom. Počet zaškolených osôb minimálne 10.	
Požaduje sa čestným prehlásením potvrdiť záručný servis a údržbu zdravotníckeho stanu - stanového prístrešku dodávateľom v slovenskej republike do dvoch pracovných dní od prevzatia výzvy na opravu a údržbu dodávateľom.	
Požaduje sa predložiť funkčnú a technickú špecifikáciu, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacených výrobkov, požaduje sa predložiť certifikát ohňovzdornosti materiálu strechy, podlahy a certifikát ohňovzdornosti materiálu izolačnej vložky. Všetky údaje a dokumenty predložiť najneskôr do 7 dní od účinnosti kúpnej zmluvy.	
Požaduje sa predložiť minimálne 3 referencie na výrobky spĺňajúce technickú špecifikáciu nosnej konštrukcie vrátane certifikátu zo štátnej skúšobne, že uvedený systém odolá tlaku minimálne 30 bar (bezpečnostný koeficient 4).	
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy.	
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar.	
Požaduje sa, aby dodávateľ vyrozumel o termíne dodania tovaru kontaktné osoby objednávateľa v mieste dodania najmenej 3 pracovné dni pred jeho dodaním.	
Požaduje sa vo faktúre uviesť "ID zmluvy" EKS.	
Požaduje sa, aby faktúra nebola doručená objednávateľovi na adresu jeho sídla uvedenú v záhlaví tejto zmluvy ani na adresu sídla / miesta dodania kontaktnej osoby objednávateľa vo veci realizácie naplnenia tejto kúpnej zmluvy, ale na inú adresu, ktorá bude na tento účel písomne oznámená dodávateľovi.	
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..	
Splatnosť faktúry je minimálne 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry na adresu objednávateľa v zmysle bodu 1.1. kúpnej zmluvy.	
Na predmet zákazky objednávateľ neposkytuje žiadne preddavky ani zálohové platby.	

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát:	Slovenská republika
Kraj:	Žilinský
Okres:	Liptovský Mikuláš
Obec:	Liptovský Mikuláš

Ulica: Tehelná 1108

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

10.10.2023 07:30:00 - 11.12.2023 11:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: súprava

Požadované množstvo: 2,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 51 666,67 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 62 000,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 05.10.2023 10:24:01

Objednávateľ:

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

Zepelín, s.r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska