

# Kúpna zmluva č. Z202310734\_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

## I. Zmluvné strany

### 1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - FN  
Sídlo: Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok, Slovenská republika  
IČO: 31936415  
DIČ: 2020590187  
IČ DPH: SK2020590187  
Telefón: +421 444382435

### 1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: MEPIS HEALTHCARE, s.r.o.  
Sídlo: 1. mája 220/19, 05801 Poprad, Slovenská republika  
IČO: 36605751  
DIČ: 2022160910  
IČ DPH: SK2022160910  
Bankové spojenie: IBAN: SK48 0900 0000 0051 7438 1010  
Telefón: 0904508149

## II. Predmet zmluvy

### 2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Rozšírenie komunikačného systému sestra-pacient, vrátane montáže a inštalácie zariadenia  
Kľúčové slová: sestra, pacient komunikačný systém  
CPV: 32520000-4 - Telekomunikačné káble a zariadenia; 32570000-9 - Komunikačné zariadenia  
Druh/y: Tovar; Služba

### 2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

#### Zoznam položiek:

- Požiadavky na technológiu a spôsob prevedenia inštalácie
- Požiadavky na technológiu – hlavná ústredňa - terminál
- Terminál pre personál s displejom
- Lôžkový terminál pacienta
- Signalizačné prvky
- ostatné požiadavky na systém

#### Položka č. 1: Požiadavky na technológiu a spôsob prevedenia inštalácie

Funkcia				
Doplnenie a rozšírenie komunikačného systému sestra pacient výrobcu ZPT Vigantice				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
K inštalácii maximálne využiť existujúce rozvody pre kabeláž siete LAN a napájanie – inštalácia za prevádzky	áno			
Vzdialený dohľad a kontrola stavu systému 24 hod./deň	áno			
Dlhodobá archivácia všetkých volaní a vybavení vrátane chybových logov, prehliadanie prostredníctvom PC, smartphonu a tabletu	áno			

Celková opticko-akustická signalizácia, v súlade s platnými technickými normami	áno
Podmienkou prevzatia diela je funkčné odovzdanie jednotlivých pracovísk, vrátane centrálneho dohľadu	áno
Možnosť prenosu volania z EPS optická a zvuková signalizácia na terminál sestry	áno
Možnosť rozšírenia o lokalizáciu mobilného klienta i mimo budovu	áno
Možnosť nastavenia individuálnej hlasitosti pre koncový IP prvok, nastavenie úrovne hlasitosti pre každý prvok zvlášť	áno
Kontrola odpojených jednotiek od systému, notifikácia odpojených IP prvkov systému, ako aj prvkov núdzového volania	áno
API rozhranie na serveri pre výmenu dát s inými IS v rámci objektu	áno
Požaduje sa využitie a kompatibilita s jestvujúcim serverom výrobcu ZPT Vigantice	áno
Systém musí byť riadený z jedného servera pod dohľadom výrobcu alebo servisnej organizácie 24hod./den	áno
Kompatibilita s jestvujúcou GSM a SMS bránou výrobcu ZPT Vigantice	áno
Inštalácia technológie pomocou priebežných PoeSwitch modulov pre ľahšiu dodatočnú úpravu systému či doplnenie prvkov	áno

## **Položka č. 2: Požiadavky na technológiu – hlavná ústredňa - terminál**

<b>Funkcia</b>				
Požaduje sa obojstranné hovorové spojenie medzi sestrou a pacientom vrátane kompatibility spojenia medzi jednotlivými jestvujúcimi terminálmi výrobcu ZPT Vigantice				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
Požadované množstvo	ks			2
Prehľadný farebný dotykový displej hlavného terminálu	palec	12		
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
S využitím digitálnych technológií LAN siete – IP komunikácia (rozhranie 100BASE, vždy konektor RJ45-female)	áno			
Hlásenie na zvolené, alebo všetky izby – centrálné hlásenie	áno			
LAN pripojenie k sieti – centrálny dohľad nad všetkými ústredňami pomocou softwarovej podpory	áno			
Prvky systému musí byť možné konfigurovať a spravovať z centrálneho dohľadu	áno			
Záloha údajov hlavnej ústredne a ich ochrana pri výpadku siete	áno			
Prenos hlasitých správ - požiarneho rozhlasu (prednastavená hlasová správa prenášaná na všetky komunikačné prvky systému)	áno			
Zobrazenie všetkých prichádzajúcich volaní, vrátane zobrazenia prichádzajúcich volaní z jestvujúcich terminálov sestry pacient výrobcu ZPT Vigantice	áno			
Zobrazenie identifikácie alebo mena klienta	áno			
Možnosť zlučovania a rozpojovania oddelenia do logických celkov	áno			
Zobrazenie miesta zaregistrovaného personálu	áno			

**Položka č. 3: Terminál pre personál s displejom**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			21
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Izbová skrinka s reproduktorom a displejom	áno			
S využitím digitálnych technológií LAN siete – IP komunikácia	áno			
Prvky systému musia byť konfigurovateľné a riadené z centrálného dohľadu	áno			
Aktivácia núdzového volania na sestru	áno			
Dve samostatné registrácie prítomnosti personálu (odborný/pomocný personál – rozšírené svetidlom)	áno			
Prijem všetkých volaní z iných miestností (izba, ďalšia služobná miestnosť)	áno			
Prenos hlasitých správ - požiarny rozhlas (prednastavená hlasová správa prenášaná na všetky komunikačné prvky systému) vrátane jestvujúcich prvkov komunikačného systému sestera pacient výrobcu ZPT Vigantocce	áno			
Obojstranné hlasové spojenie, príjem hovorového volania	áno			
Modul RFD pre registráciu personálu	áno			
Informačný displej izbovej skrinky (identifikácia volajúceho)	áno			

**Položka č. 4: Lôžkový terminál pacienta**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			40
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
S využitím digitálnych technológií LAN siete IP komunikácia (rozhranie 100BASE, vždy konektor RJ female)	áno			
Prvky systému musia byť konfigurovateľné a riadené z centrálného dohľaduLôžkový terminál pacienta 2 tlačidlá - 1. volanie na sestru – 2. na pomocný personál podľa potrieb odd. (možnosť uskutočniť samostatné volanie pre pomocný personál a samostatne pre sestru a na izbovej jednotke rozlišovať volanie na sestru a pomocný personál)	áno			
Diskrétny a hlasitý hovor (na izbe rozlišovať volanie na sestru, pom. personál. Toto volanie v systéme distribuovať na jednotlivé izby sestier, pom. personálu, nie len na jeden centrálny prvok systému)	áno			
Možnosť počúvať rádio alebo iné zdroje reg. hlasitosti	áno			
Distribúcia internetu k lôžku klienta (pacienta)	áno			
Nočné podsvietenie tlačidla	áno			
Jednoduchá výmena prvkov zaučenou osobou	áno			

**Položka č. 5: Signalizačné prvky**

Funkcia
---------

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Svietidlo nad dvermi pre indikáciu stavov na izbách min. 4 farby	ks			22
Ťahový spínač núdzovej signalizácie zo sprchy	ks			22
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

**Položka č. 6: ostatné požiadavky na systém**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Cena vrátane inštalácie siete, montáže zariadenia, prepojenia s existujúcim komunikačným systémom sestra pacient výrobcu ZPT Vigantice a oživenie dodávaného zariadenia	áno			
Požadovaný zabezpečenia požiarneho servisu osobne výťahom obstarávania alebo prostredníctvom zmluvných partnerov (nie je súčasťou ceny obstarávania). Požiadavka na uzatvorenie servisnej zmluvy na obdobie minimálne 5 rokov.	áno			
Požaduje sa nástup na servis do 48 hod. od nahlásenia poruchy.	áno			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
-------

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

### III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika  
Kraj: Žilinský  
Okres: Ružomberok  
Obec: Ružomberok  
Ulica: ul.gen.M.Vesela 21

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

15.10.2023 14:24:00 - 15.11.2023 14:24:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: balík  
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

### IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 56 850,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 68 220,00 EUR

#### **V. Závěrečné ustanovenia**

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:  
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,  
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 06.10.2023 12:38:01

Objednávateľ:

Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - FN

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

MEPIS HEALTHCARE, s.r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska