

Technická špecifikácia

Parný sterilizátor

Technická špecifikácia prístroja :

Parný sterilizátor jednodverový (1 ks)

Položka č.1:	Parný sterilizátor 1 ks			
Identifikácia ponúkaného zariadenia (názov/označenie výrobku)	Sterivap 669-1			
Funkcia				
Sterilizácia zdravotníckych pomôcok vlhkým teplom.	áno			
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Celkový objem komory	liter			453
Počet sterilizačných jednotiek (STJ)	ks			6
Vonkajšie rozmery prístroja (v x š x h)	mm	1918 x 1300 x 1270	1930 x 1350 x 1300	1918 x 1300 x 1270
Rozmery vnútornej komory (v x š x h)	mm			700 x 650 x 990
Hmotnosť	kg			970
Maximálny príkon	kW / A		47 kW/80A	47 kW/80A
Hlučnosť	dB		78	78
Technické vlastnosti	Hodnota / charakteristika			
Jednodverové prevedenie	áno			áno
Prevedenie s vyvíjačom pary	áno			áno
Systém pre manuálne vkladanie materiálov alebo systém transportných a zavážacích vozíkov	áno			áno
Maximálna spotreba na jeden sterilizačný cyklus: voda: 0,08 m3 demi voda: 0,009 m3 para: 9,0 kg el. energia: 7,5 kWh	áno			áno
Pripojovacie napätie: 3P/N/PE 400 V, 50/60Hz	áno			áno
Frakčné vákuum pomocou výkonnej vodokružnej vývevy	áno			áno

Sterilizačná komora s vyhrievaným plášťom z nerezovej ocele tegrovaný vyvíjač pary	áno			áno
Vonkajšie kryty z nehrdzavejúcej ocele	áno			áno
Materiál komory: nehrdzavejúca oceľ DIN 1.4404 (AISI 316 L)	áno			áno
Automatické mikroprocesorové riadenie (dva mikroprocesory Master-Slave) s operačným systémom Linux	áno			áno
AIR detektor				
Termické odplynenie	áno			áno
Sledovanie energetického maxima	áno			áno
Kontrola jednotlivých sterilizačných fáz v priebehu celého cyklu	áno			áno
Dotykový displej 8,4 "zobrazujúci informácie pre obsluhu, teploty, tlaku, fázy sterilizačného cyklu, chybové hlásenia a pod.	áno			áno
Regulácia tlaku pary pomocou snímačov nezávislých od atmosférického tlaku vzduchu	áno			áno
V základnom programovom vybavení je 20 programov	áno			áno
Príslušenstvo k prístroju: 1 ks transportný vozík 1 ks zavážací vozík 1 ks úpravovňa vody	áno			áno

Ďalšie požiadavky k dodaniu:

Názov	Požadované parametre	Váš návrh (parametre, resp. áno/nie v prípade, ak je požadovaný parameter uvedený slovom)
Doprava na miesto inštalácie: Univerzitná nemocnica Bratislava	áno	áno
Záručná doba na predmet zákazky minimálne 24 mesiacov od prebratia predmetu zákazky	minimálne 24 mesiacov	áno 24 mesiacov
Nástup na servis do 24 hod. (v pracovných dňoch) od nahlásenia poruchy	nástup do 24 hod.	nástup do 24 hod.
Odborná údržba - pravidelný servis - bezpečnostno-technické prehliadky, opravy, údržba a testovanie v intervaloch predpísaných výrobcom musia byť vykonávané v záručnej dobe bezplatne	áno	áno
Odstránenie poruchy v rámci záručného servisu, ak nie je potrebný náhradný diel z dovozu - Dodávateľ odstráni poruchu v	áno	áno

čo najkratšom čase, najneskôr do 48 hodín od nástupu na opravu.		
Zariadenie je registrované slovenskou autoritou pre registráciu zdravotníckych pomôcok (kód ŠÚKL)	áno	áno