

Kúpna zmluva č. Z202311898_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo: Safárikovo nám. 6, 81499 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 00397865
DIČ: 2020845332
IČ DPH: SK2020845332
Telefón: 0259244617

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: AMEDIS spol. s r.o.
Sídlo: Mlynská 10, 92101 Piešťany, Slovenská republika
IČO: 00612758
DIČ: 2020395432
IČ DPH: SK2020395432
Bankové spojenie: IBAN: SK57 7500 0000 0004 1185 0253
Telefón: 0243414349

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: FLASH CHROMATOGRAFIA – UV/VIS, ELSD
Kľúčové slová: Chromatografia, čistenie
CPV: 38432200-4 - Chromatografy; 38434000-6 - Analyzátory; 19520000-7 - Plastové výrobky; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

- Zariadenie na prečistenie organických látok rýchlou chromatografiou
- ELSD detektor (zabudovaný, nie externý)
- Kolóny na Flash chromatografiu

Položka č. 1: Zariadenie na prečistenie organických látok rýchlou chromatografiou

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Zariadenie na prečistenie organických látok rýchlou chromatografiou	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozsah prietoku:	1 – 300 mL/min			
Presnosť prietoku:	+/- 5 % pre rozsah 5 – 200 mL/min vody pri 20 psi			
Tlakový limit:	min. 300 psi			
Gradientová elúcia:	binárny gradient z možnosťou výberu až 4 rozpúšťadiel			
Automatický výber jednotlivých rozpúšťadiel nastavený z metódy				
Presnosť gradientu:	max. do 2 % celkového rozsahu			

UV VIS detektor (PDA):	rozsah min. 200 – 800 nm, monitorovanie v celom rozsahu
Presnosť vlnovej dĺžky:	+/- 1 nm
Presnosť frakcie : +/- 2 mL + prietok:	60
Monitorovanie spätného tlaku	
Senzor organických pár	
Integrovaný preplach kolóny vzduchom	
Zvukový chybový alarm	

Položka č. 2: ELSD detektor (zabudovaný, nie externý)

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
ELSD detektor (zabudovaný, nie externý)	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Tlakový vstup:	60 – 70 psi			
Spotreba plynu:	max. 2,5 L/min - SLPM			
Rozsah teploty sprejovacej komory:	nastaviteľná od 10 – 60 °C			
Pracovná teplota:	minimálna teplota 5°C nižšie , ako je laboratórna teplota			
Teplota detekčnej driftovacej trubice:	nastaviteľná v rozsahu 10 – 90°C			
Pracovná teplota:	musí byť 5 °C vyššia ako je teplota zmlžovacej komory , max ale 60°C viac , ako je laboratórna teplota			
Splitovací prietok:	0,75 mL/min, resp. +/- 10%			
Prietokový rozsah:	min. 5 mL/min			
Váha zariadenia, vrátane detektorov:	35 kg			
Maximálne rozmery:	Výška 66cm -Šírka 36 cm- Hĺbka 43 cm			

Položka č. 3: Kolóny na Flash chromatografiu

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kolóny na Flash chromatografiu 1 BAL / 30 ks = 30 ks	bal.			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Prázdne nenaplnené				
Materiál Polypropylén				
Objem naplnenia až do 25 gramov				
Priemer 2,65 cm				
Dĺžka 8,5 cm				

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Servis poskytovaný zo SR
Záruka: 24 mesiacov

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Bratislavský
Okres: Bratislava
Obec: Bratislava
Ulica: Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Odbojárov 10, 832 32, Bratislava

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

03.11.2023 08:00:00 - 22.12.2023 14:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: kompletný predmet zákazky
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 33 325,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 39 990,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, <https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202311898

V Bratislave, dňa 27.10.2023 12:26:01

Objednávateľ:
Univerzita Komenského v Bratislave
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronickej platformy

Dodávateľ:
AMEDIS spol. s r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronickej platformy