

Názov predmetu zákazky:
Jednorázový bronchoskop

ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky						Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nesplňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nesplňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)	
						spĺňa / nesplňa	hodnota ponúkaného produktu
Položka č. 1 - Bronchoskop veľkosť 5.0/2.2 - veľkosť 2		jednotka	minimum	maximum	presne	xxx	
1.	Množstvo	ks			10	spĺňa	
2.	Funkcia rotácie	°	±120			spĺňa	
3.	Značenie hĺbky zavedenia	cm		každých 5 cm		spĺňa	
4.	Šírka pracovného kanála EP	mm	2			spĺňa	
5.	Vonkajší priemer	mm	5	5,7		spĺňa	
6.	Vnútorný priemer	mm	2			spĺňa	
7.	Ohýbateľná časť	°	±180	±200		spĺňa	
8.	Priemer zavádzacej hadičky	mm (")			5	spĺňa	
9.	Priemer distálneho konca	mm (")		5,5		spĺňa	
10.	Priemer zavádzacej časti	mm (")		5,5 (0,22)		spĺňa	
11.	Veľkosť endotracheálnej kanyly (vnútorný priemer)	mm	6			spĺňa	
12.	Veľkosť kanyly s rozdvojeným koncom (vnútorný priemer)	Fr	41			spĺňa	
13.	Pracovná dĺžka	mm (")	600 (23,6)			spĺňa	
14.	Šírka kanála	mm (")	2,05			spĺňa	
15.	Veľkosť a rozhranie pracovnej časti bronchoskopu	5.0 / 2.2				spĺňa	
16.	Farebné rozlíšenie veľkosti	nie				spĺňa	
17.	Optický systém:					xxx	
18.	Zorné pole	°	120			spĺňa	
19.	Hĺbka poľa	mm	3	100		spĺňa	
20.	Smer zorného poľa	°	0 (priamy pohľad)			spĺňa	
21.	Spôsob osvetlenia:	svetelná dióda (LED)				spĺňa	
22.	Konektor na odsávanie:	vnútorný priemer spojovacej hadice (mm) 5,5-9,0				spĺňa	
Položka č. 2 - Bronchoskop veľkosť 5.6/2.8		jednotka	minimum	maximum	presne		
1.	Množstvo	ks			200	spĺňa	
2.	Funkcia rotácie	°	±120			spĺňa	
3.	Značenie hĺbky zavedenia	cm		každých 5 cm		spĺňa	
4.	Šírka pracovného kanála EP	mm	2,6			spĺňa	
5.	Vonkajší priemer	mm	5,6	6,3		spĺňa	
6.	Vnútorný priemer	mm	2,6	3		spĺňa	
7.	Ohýbateľná časť	°	±180	±200		spĺňa	
8.	Priemer zavádzacej hadičky	mm (")			5,6	spĺňa	
9.	Priemer distálneho konca	mm (")		6		spĺňa	
10.	Priemer zavádzacej časti	mm (")		6,3 (0,25)		spĺňa	
11.	Veľkosť endotracheálnej kanyly (vnútorný priemer)	mm	7			spĺňa	
12.	Pracovná dĺžka	mm (")	600 (23,6)			spĺňa	
13.	Šírka kanála	mm (")	2,6 (0,102)			spĺňa	
14.	Veľkosť a rozhranie pracovnej časti bronchoskopu	5.6 / 2.8				spĺňa	
15.	Farebné rozlíšenie veľkosti	nie				spĺňa	
16.	Optický systém:					xxx	
17.	Zorné pole	°	120			spĺňa	
18.	Hĺbka poľa	mm	3	100		spĺňa	
19.	Smer zorného poľa	°	0 (priamy pohľad)			spĺňa	
20.	Spôsob osvetlenia:	svetelná dióda (LED)				spĺňa	
21.	Konektor na odsávanie:	vnútorný priemer spojovacej hadice (mm) 5,5-9,0				spĺňa	

Príloha č. 1 Rámcovej dohody
Špecifikácia predmetu zákazky

Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.

Obchodné meno/Názov uchádzača:

Sídlo/Miesto podnikania:

IČO:

DIČ:

MEDITRADE spol. s r.o.

Levočská 1, 851 01 Bratislava

17312001

2020293121

Kontaktná osoba dodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa špecifikácií:

Meno a priezvisko:

Pracovné zaradenie:

Telefónne číslo:

E-mail:

MVDr. Eva Dobriková

produktový špecialista pre MD

+421 911 407 332

edobrikova@meditrade.sk

V: Bratislava

Dňa: 23.10.2023

Podpis a pečiatka:

Meno a priezvisko oprávnenej osoby na podpisovanie:

Ing. Pavel Bohdal

konateľ spoločnosti

Poznámka:

- povinné údaje vyplní uchádzač