

Názov predmetu zákazky:

Prístroj na kontinuálne meranie krvných parametrov počas mimotelového obehu

**ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY**

Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky		Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)	
		spĺňa / nespĺňa	hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
<b>Položka č. 1 - Prístroj na kontinuálne meranie krvných parametrov počas mimotelového obehu</b>			
1.	Analyzátor na online monitoring krvných plynov - 1 ks	Ano	1
1.1	Rozsah merania PCO <sub>2</sub> : min. 10 mmHg - max. 100 mmHg	Ano	10 - 100mmHg
1.2	Rozsah merania PO <sub>2</sub> : min. 50 mmHg - max. 300 mmHg	Ano	50 - 300mmHg
1.3	Rozsah merania teploty: min. 15 - max. 45 °C	Ano	15 - 45
1.4	Rozsah merania SO <sub>2</sub> : min 20 % - max. 100 %	Ano	20 - 100%
1.5	Rozsah merania HCT: min. 10 % - max. 45 %	Ano	10 - 45%
1.6	Rozsah merania total HCT: min. 10 % - max. 45 %	Ano	10 - 45%
1.7	Veľkosť zobrazovacieho monitora: 15 inch	Ano	15
1.8	Rozsah merania prietoku: min. 0 l/min - max. 7 l/min	Ano	0 - 7l
1.9	Spektrofotometrické meranie krvných parametrov: pH, PCO <sub>2</sub> , PO <sub>2</sub> , teplota, saturácia kyslíka, HCT, total hemoglobín, spotreba kyslíka, HCO <sub>3</sub> , prietok krvi Požadujeme: optický kábel - merania v reálnom čase	Ano	optický - v reálnom čase
1.10	Cyklus merania pH, PCO <sub>2</sub> , PO <sub>2</sub> každú sekundu Požadujeme: optický kábel - merania v reálnom čase	Ano	optický - v reálnom čase
1.11	Cyklus merania SO <sub>2</sub> , Hct, Hgb každých 18 milisekúnd Požadujeme: optický kábel - merania v reálnom čase	Ano	optický - v reálnom čase
1.12	Možnosť integrovaného zaznamau v systéme pre potrebu archivácie nameraných údajov Požadujeme: použitie pamäťovej karty	Ano	
1.13	Možnosť kalibrácie systému pred použitím ako bezpečnostný prvok	Ano	
1.14	Meracie senzory bez použitia spotrebného materiálu	Ano	
1.15	Kombinácia farebne rozlíšených modulov - Arteriálne/Venózne krvné parametre a Hematokrit/Saturácia	Ano	
1.16	Online aktualizácia meraných parametrov na systémovom displeji v reálnom čase zobrazené na monitore	Ano	
1.17	Stav prístroja - nový, nepoužívaný	Ano	
<b>Položka č. 2 - Pozáručný servis pre položku č. 1 (bez náhradných dielov)</b>			
1.	Servisná starostlivosť o zariadenie vo vlastníctve objednávateľa	spĺňa	
2.	Preventívna údržba vrátane povinných revízií podľa plánu v termínoch určených výrobcom	spĺňa	
3.	Plán údržby a revízií	spĺňa	
4.	O každom zásahu vedenie servisnej správy podpísanej zodpovednou osobou objednávateľa	spĺňa	
5.	Oprava zariadení v prípade nefunkčnosti v dôsledku poruchy	spĺňa	
6.	Služba umožňujúca objednávateľovi zasielať požiadavky online, emailom alebo telefonicky.	spĺňa	rs.servicerepairslova kia@medtronic.com, +421 248214573
7.	Cestovné a všetky ostatné náklady zahrnuté v rámci paušálu	spĺňa	cestovne (30 Euro) a nahradné diely nie sú zahrnuté v hodinovej cene za opravu.

**Príloha č. 2**

Špecifikácia predmetu zákazky

8.	Odstránenie poruchy do 72 hodín, v prípade nedostupnosti náhradného dielu, po dohode s objednávateľom.	spĺňa	72h od kvalifikácie závady
9.	Vykonávanie opráv v čase od 7:00 do 15:00	spĺňa	
10.	Používanie len originálnych náhradných dielov	spĺňa	

Obchodné **TIMED, s.r.o.**meno  
uchádzača:

Sídlo Tmavská cesta 112, 821 01 Bratislava

uchádzača:

IČO: 00602175

DIČ: 2020459067

V: Bratislave

Dňa: 31.10.2023

Podpis a pečiatka:

Meno a priezvisko oprávnenej osoby na podpisovanie: **Richard Kylian - konateľ spoločnosti**