

Príloha č. 2/2

Ponúkaný sortiment a popis technicko-medicínskych hodnôt a vlastností predmetu zákazky podľa jednotlivých položiek na časť č.: 2

Optima Carbostent™

Cielené vylučovanie cytostatického imunosupresíva Tacrolimus

- rezervoár liečiva na vonkajšej ploche stentu
 - liečivo je vylučované presne a homogénne do cieľového tkaniva
 - uvoľňovanie liečiva je synchronizované s maximom zápalovej reakcie cievy
 - Tacrolimus je cytostatická látka zabraňujúca nadmernej intímálnej proliferácii
- Antitrombogénny povrch umožňuje v prípade potreby pacienta redukciu antiagregačnej liečby.

Hemo- a biokompatibilné povlečenie Carbofilmom™

- eliminuje riziko vzniku skorej a neskej trombózy, kým podporuje skorú endotelizáciu stentu

Parametre preukazujúce splnenie technickej špecifikácie

- intrakoronárny stent potiahnutý liekom:
 - urýchľujúcim hojenie cievnej steny
 - urýchľujúcim endotelizáciu stentu po jeho implantácii
 - zabraňujúcim nadmernej reparačnej odpovedi cievnej steny po implantácii stentu
- OPTIMA CARBOSTENT™**

Avantgarde Carbostent

Intrakoronárny chromkobaltový s bio-inducer *bioinžinierskou úpravou a špeciálnou úpravou povrchu (passiv - coating), zabraňujúcou nadmernej reparačnej odpovedi cievnej steny po implantácii stentu a zlepšujúcu funkciu endotelu. Antitrombogénny povrch umožňuje v prípade potreby pacienta redukciu antiagregačnej liečby po 5 dňoch od implantácie stentu.

Podrobné technické parametre v priloženom originál materiály.

PTCA balónkový dilatačný katéter NIC NANO, NIC ULP CTO, TIN, BEO, OPN NC :

„Rapid – exchange“ PTCA balónkový dilatačný katéter pre optimálne prekonávanie lézií v koronárnych artériách s vysokou silou, vyrobený z nízkokompliantného materiálu určeného na zosilnenú dilatáciu lézií.

Technické parametre:

NANO PTCA balónkový katéter:

Dostupný v RX a OTW verzii, kompaktilný s 5F inštrumentárium.

Entry profil: 0,017“

Crossing profil: 0,0195“

Marker umiestnený proximálne.

Balloon Diameter : 0,85mm

RBP: 23bar

Dĺžka: 10, 15mm

NIC 1.1 ULP CTO balónkový dilatačný katéter:

PTCA balónkový dilatačný katéter pre subtotálnu a totálnu oklúziu koronárnych artérií.

RX systém

RBP: 18atm

1 centrálny marker

Kompaktibilný s 5F inštrumentárium.

Entry profil: 0,023"

Crossing profil: 0,51mm

Balloon diameter: 1.1mm

Dĺžka balónka: 10, 12, 15, 17, 20, 22 mm

Použitelná dĺžka: 140cm

Balónkový materiál: Nylon derivát

TIN PTCA balónkový dilatačný katéter:

PTCA balónkový dilatačný katéter pre stenotické koronárne artérie alebo subtotálne oklúzie koronárnych artérií.

RX systém

RBP: 20atm

Použ. Dĺžka. 140cm

1 centrálny marker pre 1.5 mm balloon, 2 markery pre ostatné veľkosti

Kompaktibilný s 5F inštrumentárium

Entry profil: 0,0245 /pre TIN 1.5mm/

Balloon diameter: 1.5mm, 2.0mm, 2.5mm, 3.0mm, 4.0mm

Dĺžka: 10, 12, 15, 17, 20, 22mm

.

BEO NC balónkový dilatačný katéter

Balónkový dilatačný katéter v OTW a RX verzii určený pre pred a post dilatáciu

OTW – použitelná dĺžka 160cm

24 barr, Guid.:5F

Diameteri: od 1.5 do 4.5

Dĺžka: 10, 12, 15, 17, 20,22,25,30 pre RX verziu

Diameter: 1.5 dĺžka: 10,12,17,22 pre OTW verziiu

OPN NC balónkový dilatačný katéter.

Balónkový dvojvrstvový dilatačný vysokotlakový a dvojstenný katéter určený pre kalcifikované lézie, a post dilatáciu v stentoch.

Tlak max.: 35 bar,

Min. puding: 5F sheath

RX verzia

Diameter: 2.0 , 2.5, 3.0, 3.5, 4.0

Dĺžka: 10,15,20

Pro-HP dilatačný balónkový katéter

Určený pre predilatáciu a postdilatáciu, použiteľná dĺžka katétra 140cm kompaktilný s 5F zavádzacím katétrom.

Diametre:

dĺžka – 1.50mm, 2.0mm, 2.25mm, 2.75mm, 3.0mm, 3.25mm, 3.50mm, 3.75mm, 4.00mm

Veľkosť 10mm, 15,mm, 20mm, 30mm

V Bratislave, dňa 27. 02. 2012

.....
Mgr. Karl Hirczy, konateľ
Biomedica Slovakia, s.r.o.

.....
Dipl. Ing. Ilija Koprena, prokurista
Biomedica Slovakia, s.r.o.