

Názov predmetu zákazky:

Katetrizačné systémy pre náhradu aortálnej chlopne bioprotézou s príslušenstvom vrátane poskytovania služieb

Špecifikácia predmetu zákazky

Časť č. 4 - Katetrizačný systém pre náhradu aortálnej chlopne bioprotézou s osobitným zreteľom na samoexpandovateľnú nítinolovú bioprotézu typ 3 s príslušenstvom vrátane poskytovania služieb

Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky		Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)	
		spĺňa/nespĺňa	hodnota ponúkaného produktu
Položka č. 1 - Samoexpandovateľná nítinolová bioprotéza, typ 3 (bioprotéza musí mať našitú vonkajšiu sukničku) s príslušenstvom vrátane poskytovania služieb			
1.	Katetrizačný systém pre náhradu aortálnej chlopne bioprotézou s osobitným zreteľom na samoexpandovateľnú nítinolovú bioprotézu, typ 3 s príslušenstvom.	spĺňa	
2	Vhodná na transkatétróvu intraanulárnu implantáciu u pacientov so závažnou aortálnou stenózou.	spĺňa	
3	Implantačný systém je vhodný na zavedenie transfemorálnym a alternatívne aj iným (transsubklaviálnym, transaxilárnym alebo transaortálnym) prístupom.	spĺňa	
4	Súčasťou je transparentné filmové krytie kože s rámčekom na prekrytie a antikontaminačnú ochranu na udržanie prostredia potrebného na liečenie rán.	spĺňa	
5	Implantačný systém musí umožňovať opakovanú implantáciu bioprotézy (plne vyberateľná a reponovateľná protéza).	spĺňa	
6	Bioprotéza je ošetrená antikalcifikačnou úpravou a musí mať našitú vonkajšiu sukničku.	spĺňa	
7	Bioprotéza je dostupná aspoň v 4 veľkostiach pre implantáciu do aortálneho anulu v rozmedzí aspoň 19 - 27 mm.	spĺňa	
8	Zavádzací systém (príslušenstvo):	spĺňa	
8.1	Zavádzač je vybavený bezpečnostným zámkom proti nežiadúcemu uvoľneniu chlopne.	spĺňa	
Položka č. 3 -Transparentné filmové krytie			
1.	Transparentné filmové krytie rôznych rozmerov, minimálne rozmer 10 x 12 cm, s rámčekom na prekrytie a antikontaminačnú ochranu, na udržanie prostredia potrebného na liečenie rán.	spĺňa	

Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.

Obchodný názov uchádzača:

Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o.

Sídlo uchádzača:

Donská 61, 841 06 Bratislava

IČO:

35757329

DIČ:

2020253730

V: Bratislave

Dňa: 17.10.2023

.....
Ing. Silvia Augustinová
konateľ