

DODATOK č. 2 **ku Kúpnej zmluve č VO2018/16**

**uzatvorenej v súlade s § 409 a nasl. ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov**
(ďalej len „Dodatok č. 2“)

Čl. I **Zmluvné strany**

1.1 Kupujúci:

názov:	Slovenská republika v zastúpení správcu majetku štátu - Fakultnej nemocnice s poliklinikou Nové Zámky
sídlo:	Slovenská ulica 11 A, 940 34 Nové Zámky
právna forma:	príspevková organizácia
v mene kupujúceho podpisuje:	MUDr. Mgr. Daniel Žingor, PhD., riaditeľ
IČO:	17336112
DIČ:	2021068324
IČ DPH:	SK2021068324
bankové spojenie:	Štátna pokladnica
medzinárodný kód banky (BIC):	SPSRSKBA
medzinárodné bankové číslo účtu (IBAN):	SK88 8180 0000 0070 0054 0295
zapísaný v:	register organizácií vedený Štatistickým úradom SR a živnostenský register Okresného úradu Nové Zámky pod č. 404-9729

(ďalej len „Kupujúci“)

a

1.2 Predávajúci:

obchodné meno:	ULTRAMED s.r.o.
sídlo/miesto podnikania:	Š. Moysesova 431/14, 965 01 Žiar nad Hronom
právna forma:	spoločnosť s ručením obmedzeným
v mene predávajúceho podpisuje/-ú:	Martin Továrek, konateľ
IČO:	366 384 04
DIČ:	2022011651
IČ DPH:	SK2022011651
bankové spojenie :	Tatra banka, a.s.
medzinárodný kód banky (BIC):	TATRSKBX
medzinárodné bankové číslo účtu (IBAN):	SK03 1100 0000 0026 21791043
zapísaný v:	Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka číslo 10498/S

(ďalej len „Predávajúci“)

(ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“)

Čl. II

Úvodné ustanovenia

2.1 Kupujúci a Predávajúci uzatvorili dňa 09.01.2020 po oboznámení sa s obsahom vzájomných práv a povinností ako výsledok procesu verejného obstarávania postupom verejnej súťaže s názvom predmetu zákazky: **„Video-endoskopická technika“** Kúpnu zmluvu (ďalej len ako „Zmluva“), predmetom ktorej je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu zariadenie (Laparoskopická veža s UHD rozlíšením + inštrumentárium) v počte a špecifikácii uvedených v Prílohe č. 1 a č. 2 tohto Dodatku č. 2.

2.2 Na základe čl. IX ods. 9.12 Zmluvy a v súlade s § 18 ods. 3 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa Zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 2, ktorého predmetom je zmena v Prílohe č. 1 Kúpnej zmluvy – Opis predmetu zmluvy LC11 a zmena v Prílohe č. 2 Kúpnej zmluvy – technická špecifikácia z dôvodu, že pôvodný typ a model odsávacej pumpy zariadenia sa v súčasnosti nevyrába, pričom nový typ spĺňa požadované parametre.

Čl. III

Predmet Dodatku č. 2

3.1 V Prílohe č. 1 – Opis predmetu zmluvy LC11 sa text „Irigačné/ odsávacie zariadenie: OLYMPUS ECO pump mení nasledovne:

„Irigačné/ odsávacie zariadenie OLYMPUS Pump LP-100“.

3.2 V Prílohe č. 2 – technická špecifikácia predmetu zmluvy sa text „Irigačné/ odsávacie zariadenie OLYMPUS ECO pump mení nasledovne:

„Irigačné/ odsávacie zariadenie OLYMPUS Pump LP-100“.

Čl. IV

Záverečné ustanovenia

4.1 Ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto Dodatkom č. 2, zostávajú nezmenené v platnosti a účinnosti.

4.2 Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť a je pre zmluvné strany záväzný odo dňa jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán; ak oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán nepodpíšu tento Dodatok č. 2 v ten istý deň, tak rozhodujúci je deň neskoršieho podpisu. Dodatok č. 2 nadobúda účinnosť v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.

4.3 Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z ktorých každý sa považuje za originál, pričom kupujúci obdrží tri rovnopisy a predávajúci dva rovnopisy.

4.4 Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že tento Dodatok č. 2 nebol uzatvorený v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok pre niektorú zo zmluvných strán, že zmluvná voľnosť zmluvných strán nie je obmedzená, že sa s týmto Dodatkom č. 2 dôkladne oboznámili, rozumejú mu, súhlasia s ním a prostredníctvom svojich oprávnených zástupcov tento Dodatok č. 2 podpísali na znak toho, že zodpovedá ich slobodnej a vážnej vôli.

4.5 Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 2 je Príloha č. 1 – Kúpnej zmluvy – Opis predmetu zmluvy LC11 a Príloha č. 2 Kúpnej zmluvy – technická špecifikácia predmetu zmluvy.

V Žiari nad Hronom, dňa


V Nových Zámkoch, dňa

.....
Martin Továrek, konateľ

.....
MUDr. Mgr. Daniel Žingor, PhD., riaditeľ

Príloha č. 1 Kúpnej zmluvy – Opis predmetu zmluvy LC11

4K Laparoskopická veža OLYMPUS s UHD rozlíšením+inštrumentárium



Laparoskopická veža s UHD rozlíšením+inštrumentárium	Procesor: OLYMPUS OTV-S400	4K technológia	áno
		medicínsky A-Test	áno
		digitálny ZOOM min. 1,5x max. 3,0x	áno
		rozlíšenie kamery	4096x2160 pixelov
		možnosť funkcie diagnostiky v úzkom spektre vyšetrovacieho svetla	áno
		možnosť ovládania funkcií kamery z ovládačov umiestnených na kam. snímacej hlavici	áno
		možnosť nastavenia programovateľných ovládačov funkcií na dotykovom displeji kamery	áno
		možnosť používateľského prednastavenia kamery	áno
	Kamerová snímacia hlavica: OLYMPUS CH-S400-XZ-EB	možnosť automatického resp. manuálneho zaostrovania snímaného obrazu 1 ovládacím tlačidlom	áno
		možnosť 2 ovládacích tlačidiel obsadiť ľubovoľnou funkciou z menu kamery	áno
		hmotnosť kamerovej hlavice	280 gramov
	verzia záznamovej jednotky: apŠtremar	Kompatibilita jednotky zo zdrojom video-signálu:	áno

		možnosť propojenia zdroja videosignálu s rozlíšením	Full HD 1920x1080 pixelov
		možnosť propojenia zdroja videosignálu kompatibilný s video výstupmi	DVI,3G-SDI, HD-SDI
		možnosť propojenia zdroja 3D videosignálu s rozlíšením	Full HD 1920x1080 pixelov
		inštalácia priamo do endoskopickkej veže	áno
		napájanie z endoskopickkej veže	áno
		automatické zapnutie jednotky po zapnutí centrálneho spínača napájania endoskopickkej veže	áno
	Záznam videa a obrázkov: apStreamer APOLON DVR-50110	Záznam videa v HD rozlíšení	áno
		automatické rozpoznanie pripojeného zdroja video-signálu a automatické nastavenie parametra záznamu podľa zdroja videosignálu	áno
		Záznam videa je vo formáte	H264, MPEG4
		Záznam obrázkov vo formáte	JPG
		Záznam videa vo formáte podľa zdroja videosignálu	2D,3D
		Záznam videa a obrázkov	USB pamäť,extérne dátové úložisko
		USB flash pamäť o kapacite	USB s kapacitou 64 GB
		Záznam videa a obrázkov na interný pevný disk -	1TB
		Záznam videa a obrázkov na sieťové dátové úložisko	áno
		Pri zázname videa a obrázkov na sieťové dátové úložisko automatický presun záznamu	áno
	Ovládanie jednotky: apStreamer APOLON DVR-50110	Ovládanie jednotky dotykovým displejom o uhlopriečke minimálne 7palcov s farebným grafickým rozhraním	áno
		Ovládanie jednotky dotykovým displejom s IPS obrazovkou.	áno
		Ovládanie záznamu videa a obrázkov pomocou tlačidiel na kamerovej hlavici	áno
		Ručné zadanie parametrov – ID pacienta, Meno, Priezvisko, Lekár, Typ lekárskeho výkonu	áno
	Legislatívne požiadavky: apStreamer APOLON DVR-50110	musí spĺňať legislatívne požiadavky na zdravotnícky prostriedok na operačnom sále.	áno

		Dezinfikovateľný povrch jednotky vrátane ovládacieho dotykového displeja	áno
		Možnosť softwarového upgrade jednotky	áno
		Funkcia prenosu zvuku pre komunikáciu medzi operačným sálom a užívateľom, ktorý video-stream sleduje	áno
	Xenonový svetelný zdroj: OLYMPUS CLV-S400	zdroj svetla xenónová lampa	áno
		medicínsky A-Test	áno
		výkon xenónovej lampy	300W
		možnosť funkcie diagnostiky v úzkom spektre vyšetrovacieho svetla	áno
		možnosť sledovania ukazovateľa životnosti xenónovej lampy na ovládacom paneli	áno
		životnosť xenónovej lampy	500 prevádzkových hodín
		možnosť vyšetrenia v úzkom spektre vyšetrovacieho svetla v spolupráci s procesorom	áno
		možnosť automatickej úpravy intenzity osvetlenia v spolupráci s procesorom	áno
		možnosť manuálnej úpravy intenzity osvetlenia	áno
	Monitor: SONY LMD-X310S	4K technológia	áno
		rozlíšenie	4096x2160 pixelov
		uhlopriečka monitora	31"
		medicínsky A-Test	áno
	Insuflátor: OLYMPUS UHI-4	výkon	45 l/min
		možnosť digitálneho zobrazenie nastavených hodnôt	áno
		možnosť digitálneho zobrazenie objemu plynu použitého počas výkonu	áno
		možnosť prepnutia do režimu insuflácie dutín malých rozmerov	áno
		možnosť systému automatického odsávania dymu insuflátorom pri použití elektrochirurgickej jednotky resp. externou odsávačkou dymu	áno
		možnosť pripojiť k centrálnemu rozvodu plynov	áno
		možnosť pripojenia k tlakovej nádobe	áno
		insuflačná hadica	áno
		set hadíc na evakuáciu dymu	áno
	Elektro chirurgická jednotka: OLYMPUS ESG-3000	Výkon:	320W
		pre monopolárny rez	4 režimy
		pre monopolárnu koaguláciu	4 režimy
		pre bipolárny rez	2 režimy

		pre bipolárnu koaguláciu	5 režimov
		možnosť režimu s automatickou aktiváciou bipolárnej koagulácie	áno
		možnosť režimu monopolárnej transuretrálnej resekcie prostaty	áno
		možnosť režimu bipolárnej transuretrálnej resekcie prostaty	áno
		možnosť ovládania nastavení dotykovým displejom	áno
		možnosť systému automatického odsávania dymu insuflátorom pri použití elektrochirurgickej jednotky resp. externá odsávačka dymu	áno
		konektor pre automatické rozoznávanie inštrumentov	áno
		-	
		vrátane neutr.kábla a neutrálnych lepiacich elektród	áno, 50ks lepiacich elektród v 1 bal.
	Irigačné/odsávacie zariadenie: OLYMPUS Pump LP-100	rolerový systém	áno
		prietok	0-2,5 l/min
		max.tlak irigácie	400mmHg
		irigačné hadice	1ks
		sukčný/irigačný tubus 5 mm 1ks	áno
		sukčný/irigačný tubus 10 mm 1ks	áno
	Odsávacie zariadenie: MEDELA Basic	Výkon	35 liter/min.
		ukazovateľ výkonu sania	áno
		regulácia výkonu sania	áno
		súčasťou odsávačky min. 2ks sekretných nádob s objemom	2ks s objemom 5L
	Stojan pre laparoskopickú zostavu: OLYMPUS WM-NP2	možnosť pohyblivého, nastaviteľného ramena pre min. 31" monitor	áno
		súčasťou stojana integrovaná elektroinštalácia s oddeľovacím transformátorom	áno
		možnosť centrálneho vypínania pripojených zariadení na stojane	áno
	Inštrumentárium: OLYMPUS	4K optika s priemerom min. 10mm a 0° uhlom zobrazenia	1ks
		4K optika s priemerom min. 10mm a 30° uhlom zobrazenia	1 ks
		4K optika s priemerom max. 5,5mm a 30° uhlom zobrazenia	1 ks
		Sterilizačný kontajner/košík pre optiky	3 ks
		svetlovodný kábel s priemerom min. 4,25mm, dĺžka min. 3m	3 ks
		grasper 5x(330-360) mm	2 ks

	grasper 5x(330-360)mm, ihelec	1 ks
	disektor 5x(330-360)mm, Maryland	1 ks
	nožnice 5x(330-360)mm, Metzenbam	1 ks
	klipovač 10x(330-360) mm, pre medium klipy	1 ks
	VF elektróda háčik 5x(330-360) mm	1 ks
	VF elektróda lopatka 5x(330-360) mm	1 ks
	Verešova ihla 120 - 130 mm	1 ks
	trokár tubus s ventilom, bodec/trojhran	2 ks
	trokár tubus (5 - 6.0)x(80 - 100) mm s ventilom, bodec/trojhran	1 ks
	trokár tubus (5 - 6.0)x(80 - 100) mm bez ventilu, bodec/trojhran	2 ks
	redukčný tubus (cca 13/10-5 mm, 13/11-5mm, 12/10- 5mm) resp. vrchnák	1 ks