

Príloha č. 5 SP

Špecifikácia predmetu zákazky

Názov predmetu zákazky:

Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu**Špecifikácia predmetu zákazky****Časť č. 3 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu s osobitným zreteľom na valvuloplastický katéter**

Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky		Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)	
		spĺňa/nespĺňa	hodnota ponúkaného produktu
Položka č. 1 - Valvuloplastický katéter			
1.	Požaduje sa špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu s osobitným zreteľom na valvuloplastický katéter:	spĺňa	
1.1	používa sa pri liečbe stenózy aortálnej chlopne a zaručuje optimálny výkon v inštalácii TAVI	spĺňa	
1.2	valvuloplastický katéter pre dospelých a špeciálny dizajn TYP B umožňuje presné a ľahké umiestnenie, čo zaisťuje vynikajúcu stabilitu valvuloplastického balóna, zaručuje optimálny výkon pri Transluminalnej aortálnej valvuloplastickej intervencii	spĺňa	
1.3	požaduje sa nominálny priemer: 15 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 23 mm, 25 mm, 28 mm, 30 mm, 35 mm	spĺňa	
1.4	dĺžka balóna: 25 mm, 30 mm, 40 mm, 45 mm, 50 mm, 60 mm	spĺňa	
1.5	rozmer zavádzača: 7 F, 8 F, 9 F, 10 F, 12 F, 16 F	spĺňa	
1.6	priemer vodiaceho drôtu: .035", .038"	spĺňa	
1.7	kapacita balóna (ml): 7,5; 9; 10; 11; 12; 13; 15; 15,2; 17,5; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 27; 28; 29; 35; 40; 44; 53; 65; 90 ml.	spĺňa	

Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.

Obchodný názov uchádzača:

SK Medic s.r.o.

Sídlo uchádzača:

Gemerská 3, Košice 040 11

IČO:

47609265

DIČ:

SK2023989000

V: Košiciach

Dňa: 25.8.2023

Štefan Kosál, Mgr. Matej
Čontofalský - konatelia