

Príloha č. 1

Špecifikácia predmetu zákazky

Časť č. 5 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zreteľom na intravaskulárny litotriptický (IVL) katéter

Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky		Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)	
		spĺňa/nespĺňa	hodnota ponúkaného produktu
Položka č. 1 - Intravaskulárny litotriptický (IVL) katéter			
1.	Určený na nízkotlakovú balónikovú dilatáciu kalcifikovaných stenóz.	spĺňa	
2.	Požadovaný rozmer balónikov vo veľkostiach medzi a vrátane 2,5 – 4 mm v priemeroch zväčšujúcich sa o 0,5 mm.	spĺňa	
3.	Katéter musí byť kompatibilný k riadiacej jednotke – generátoru, ku ktorému sa napájajú magnetickým pripojovacím káblom, ktorý je súčasťou generátora.	spĺňa	

Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.

Obchodný názov uchádzača:

TATRA-ALPINE SK s.r.o.

Sídlo uchádzača:

821 02 Bratislava, Prešovská 38

IČO:

54926301

DIČ:

2121826069

V: Bratislava

Dňa: 15.12.2023

Ing. Jana Ivanková, konateľ
s.r.o.