

Názov predmetu zákazky:

Sety na prípravu a použitie autológneho fibrínového lepidla

### ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky		Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)	
		spĺňa / nespĺňa	hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
<b>Položka č. 1 - Sety na prípravu a použitie autológneho fibrínového lepidla</b>			
1.	Jednorazová sterilná súprava na prípravu fibrínového lepidla vo verzii fibrínu a fibrínu obohateného o krvné doštičky a rastové faktory.	spĺňa	
2.	Bez exogénneho trombínu.	spĺňa	
3.	Bez zvieracích a syntetických komponentov (bez rizika bakteriálnej infekcie).	spĺňa	
4.	Jednoduché použitie.	spĺňa	
5.	Presná a dobre kontrolovaná aplikácia.	spĺňa	
6.	Môže sa aplikovať prerušovane - neblokuje sa.	spĺňa	
7.	Je možnosť pokryť väčšie plochy.	spĺňa	
8.	Množstvo od 4 - do 7 ml.	spĺňa	
9.	Doba použiteľnosti pripraveného lepidla je 8 hodín bez chladenia.	spĺňa	
10.	Vyrába sa z krvi pacienta.	spĺňa	
11.	Jednorazová sterilná súprava na prípravu fibrínového lepidla musí obsahovať nasledovné súčasti:	spĺňa	
11.1	jednotku na prípravu pozostávajúca zo sústavy hadičiek:	spĺňa	
11.1.1	citrát - ampulka obsahujúca sterilný roztok citrátu (antikoagulantu) a 100 mg kyseliny tranexamickej (antifibrinolytickej látky).	spĺňa	
11.1.2	možnosť použitia ATB,	spĺňa	
11.1.3	codanova ihla - dávkovacia ihla sa používa k vniknutiu do ampulky s citrátom a k prepojeniu ampulky s jednotkou pre prípravu,	spĺňa	
11.1.4	vytieracie tyčinky - 2 nesterilné tyčinky, ktoré sa používajú na čistenie ventilov,	spĺňa	
11.1.5	striekačka pH4 - vložená do jednotky na prípravu pred spracovaním. Po spracovaní obsahuje krvnými doštičkami a rastovými faktormi obohatený fibrínový roztok,	spĺňa	
11.1.6	výmenná čiapočka (kryt) - používa sa na ochranu hrotu fibrínovej striekačky,	spĺňa	
11.1.7	dezinfekčný štvorec - na dezinfekciu gumovej membrány na ampulke citrátu,	spĺňa	
11.1.8	rýchla infúzna súprava (18 G) - používa sa k odberu krvi pacienta a pripojuje sa k sústave hadičiek na prípravnej jednotke	spĺňa	
11.1.9	odnímateľné štítky na sledovanie dávkovania v počte 4 ks.	spĺňa	
11.2	sterilnú jednorazovú súpravu rozprašovača, ktorá obsahuje:	spĺňa	
11.2.1	aplikátor na otvorenú aplikáciu alebo	spĺňa	
11.2.2	endoskopický aplikačný katéter,	spĺňa	
11.2.3	pH papier - používaný k testovaniu správneho pomeru obohateného fibrínu,	spĺňa	
11.2.4	pH 10 - roztok pH 10 aktivuje polymerizáciu obohateného fibrínu,	spĺňa	
11.2.5	ihla 21 G - používa sa pri zavádzaní tlmiaceho roztoku pH 10 do 1 ml striekačky,	spĺňa	
11.2.6	striekačka 1 ml - používaná k zmiešavaniu regulátora pH 10, resp. dodatočného liečiva s fibrínovým lepidlom prostredníctvom rozprašovacieho aplikátora/endoskopického aplikačného katétra,	spĺňa	
11.2.7	štítky na sledovanie dávkovania v počte 4 ks.	spĺňa	
12.	Požaduje sa kompatibilita s aplikačnou a procesnou jednotkou zn. Vivostat.	spĺňa	
13.	Požaduje sa, aby jednorazová súprava na prípravu fibrínového lepidla bola sterilne balená.	spĺňa	
14.	Obal musí obsahovať minimálne: názov, veľkosť, katalógové číslo.	spĺňa	

**Príloha č. 1 Rámcovej dohody  
Špecifikácia predmetu zákazky**

Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.

Obchodné meno/Názov uchádzača:

**MEDITRADE spol s r.o.**

Sídlo/Miesto podnikania:

Levočská 1, 851 01 Bratislava

IČO:

17312001

DIČ:

SK2020293121

**Kontaktná osoba dodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného produktu:**

Meno a priezvisko:

Ing. Lýdia Omastová

Pracovné zaradenie:

Klinický špecialista pre kardiochirurgiu

Telefónne číslo:

421 911 637 452

E-mail:

[obchod@meditrade.sk](mailto:obchod@meditrade.sk)

V: Bratislave

Dňa: 23.1.2024

Podpis a pečiatka: .....

Meno a priezvisko oprávnenej osoby na podpisovanie:

**Ing. Pavel Bohdal**

Poznámka:

ŽIADAME NEMENIŤ FORMULÁRE