

Názov predmetu zákazky:

Prístroj na rozmrazovanie a ohrev krvných a trasfúzných prípravkov (2 ks)

ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky		Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nesplňuje verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nesplňuje definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)	
		spĺňa / nesplňa	hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
Položka č. 1 - Prístroj na rozmrazovanie a ohrev krvných a trasfúzných prípravkov (2 ks)			
1.	Účel zariadenia: rozmrazovanie a ohrievanie krvných produktov v plastových vakoch pred podaním transfúzie	spĺňa	
2.	Typ ohrevu krvných produktov: Suchý ohrev krvných produktov – aktívne sušenie povrchu a okolia krvného vaku (tepelné vedenie a cirkulácia ohriateho okolitého vzduchu)	spĺňa	
3.	Rozdelenie vyhrievacej platne: áno, vyhrievacia platňa rozdelená na aspoň 4 samostatné vyhrievacie zóny	spĺňa	
4.	Spôsob miešania krvných vakov: zabezpečuje vyhrievacia platňa konštantným pohybom, jej nakláňaním a otáčaním	spĺňa	
5.	Kapacita zariadenia: aspoň 4 krvné vaky	spĺňa	
6.	Monitorovanie teploty:	spĺňa	
6.1	sledovanie teploty a indikácia stavu bez ľadu každého krvného produktu samostatne	spĺňa	
6.2	automatické rozpoznávanie stavu skupenstva a pohodlná zmena počas procesu temperovania	spĺňa	
6.3	temperovanie pri konštantnej, predvoliteľnej teplote okolia medzi 37°C - 42°C	spĺňa	
6.4	pripomienka na vybratie krvných produktov	spĺňa	
7.	Ovládanie zariadenia: Ovládanie pomocou aspoň 7" farebného dotykového displeja, navádzanie používateľa pomocou farebných ikon, oneskorená reakcia tlačidiel zabráni náhodnému ukončeniu procesu temperovania	spĺňa	
8.	Infračervený senzor: áno, zabezpečuje automatické rozpoznávanie stavu agregátu – samostatné meranie teploty každého krvného produktu, rozpoznávanie skupenstva a jeho zmien v priebehu temperovacieho procesu	spĺňa	
9.	Uzáver zariadenia: Priehľadný, možnosť vizuálnej kontroly krvných produktov	spĺňa	
10.	Osvetlenie vnútorného priestoru zariadenia: áno	spĺňa	
11.	Možnosť vyberania a vkladania krvných produktov počas chodu ohrievacieho zariadenia: áno	spĺňa	
12.	Čistenie a prevádzka: jednoduché, odnímateľná vyhrievacia platňa, záchytná miska	spĺňa	
13.	Správa údajov:	spĺňa	
13.1	čítanie registračných údajov pomocou skenera	spĺňa	
13.2	indikácia stavu záznamov	spĺňa	
13.3	prenos údajov cez USB kľúč	spĺňa	
13.4	možnosť vytlačenia protokolu o priebehu ohrevu	spĺňa	
14.	Integrovaný funkčný test: áno, kontrola funkcií prístroja, nie je potrebné používanie externých meracích prístrojov a automatický systémový test pri spustení zariadenia	spĺňa	
15.	Prevádzkový režim nastavenie:	spĺňa	
15.1	možnosť prihlasovania pomocou USB kľúča	spĺňa	
15.2	výber z rôznych jazykov	spĺňa	
15.3	úprava cieľovej teploty	spĺňa	
15.4	aktivácia správy údajov	spĺňa	
15.5	nastavenie hlasitosti pre nápovedy a alarmy	spĺňa	
16.	Prevádzkový režim: nepretržitá prevádzka	spĺňa	

17.	Nominálne napätie : 100 – 240 V AC	spĺňa	
18.	Frekvencia napájania : 50 Hz – 60 Hz	spĺňa	
19.	Kategória výroby : Zdravotnícka pomôcka, CE	spĺňa	
20.	Certifikát CE : áno, CE	spĺňa	
21.	Minimálne množstvo objednávky : 1	spĺňa	

Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.

Obchodné meno/Názov uchádzača:

SARSTEDT spol. s r.o.

Sídlo/Miesto podnikania:

Pri smaltovni 4, 851 01 Bratislava

IČO:

31359825

DIČ:

2020343875

Kontaktná osoba dodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného produktu:

Meno a priezvisko:

Mgr. Božena Baumanová

Pracovné zaradenie:

Sales Supervisor

Telefónne číslo:

421 911 403 774

E-mail:

bozena.baumanova@sarstedt.com

V: Bratislave

Dňa: 31.1.2024

Podpis a pečiatka: _____

Meno a priezvisko oprávnenej osoby na podpisovanie: **Mgr. Božena Baumanová**

Poznámka:

ŽIADAME NEMENIŤ FORMULÁRE