

Názov predmetu zákazky:

Kompletná škála embolektomických, trombektomických a oklúzných katétrov

ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky		Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nesplňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nesplňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)	
		spĺňa / nesplňa	hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
Položka č. 1 - Arteriálny embolektomický cievny katéter			
1.1	latexový povrch balóna,	spĺňa	
1.2	požaduje sa dostatočná flexibilita bez možnosti zalamovania a pevnosť katétra,	spĺňa	
1.3	súčasťou je intraluminálny mandrén pre zavádzanie cez starší tromembolický uzáver,	spĺňa	
1.4	pevné trubicové balenie,	spĺňa	
1.5	požadované rozmery arteriálneho embolektomického katétra:	spĺňa	
1.5.1	typ 1:	spĺňa	
	- veľkosť: 2F	spĺňa	
	- dĺžka: 60 cm	spĺňa	
1.5.2	typ 2:	spĺňa	
	- veľkosť: 3F	spĺňa	
	- dĺžka: 40 cm	spĺňa	
1.5.3	typ 3:	spĺňa	
	- veľkosť: 3F	spĺňa	
	- dĺžka: 80 cm	spĺňa	
1.5.4	typ 4:	spĺňa	
	- veľkosť: 4F	spĺňa	
	- dĺžka: 40 cm	spĺňa	
1.5.5	typ 5:	spĺňa	
	- veľkosť: 4F	spĺňa	
	- dĺžka: 80 cm	spĺňa	
1.5.6	typ 6:	spĺňa	
	- veľkosť: 5F	spĺňa	
	- dĺžka: 80 cm	spĺňa	
1.5.7	typ 7:	spĺňa	
	- veľkosť: 6F	spĺňa	
	- dĺžka: 80 cm	spĺňa	
1.5.8	typ 8:	spĺňa	
	- veľkosť: 7F	spĺňa	
	- dĺžka: 80 cm	spĺňa	
1.6	požaduje sa, pre všetky uvedené typy arteriálnych embolektomických cievnych katétrov diameter balóna: 4-14 mm	spĺňa	
Položka č. 2 - Arteriálny embolektomický cievny katéter s prídavným lumenom			
2.1	slúži na angiografické kontroly, preplach ciev a protéz, na aplikáciu trombolytika,	spĺňa	
2.2	poloha kontrolovaná RTG,	spĺňa	
2.3	požadované rozmery arteriálneho embolektomického cievneho katétra s prídavným lumenom:	spĺňa	
2.3.1	typ 1:	spĺňa	
	- veľkosť: 3F	spĺňa	

Príloha č. 1 Rámcovej dohody
Špecifikácia predmetu zákazky

	- dĺžka: 40 cm	spĺňa	
2.3.2	typ 2:	spĺňa	
	- veľkosť: 3F	spĺňa	
	- dĺžka: 80 cm	spĺňa	
2.3.3	typ 3:	spĺňa	
	veľkosť: 3F	spĺňa	
	- dĺžka: 120 cm	spĺňa	
2.3.4	typ 4:	spĺňa	
	- veľkosť: 4F	spĺňa	
	- dĺžka: 40 cm	spĺňa	
2.3.5	typ 5:	spĺňa	
	- veľkosť: 4F	spĺňa	
	- dĺžka: 80 cm	spĺňa	
2.3.6	typ 6:	spĺňa	
	- veľkosť: 5,5F	spĺňa	
	- dĺžka: 40 cm	spĺňa	
2.3.7	typ 7:	spĺňa	
	- veľkosť: 5,5F	spĺňa	
	- dĺžka: 80 cm	spĺňa	
2.3.8	typ 8:	spĺňa	
	- veľkosť: 6F	spĺňa	
	- dĺžka: 40 cm	spĺňa	
2.3.9	typ 9:	spĺňa	
	- veľkosť: 6F	spĺňa	
	- dĺžka: 80 cm	spĺňa	
2.3.10	typ 10:	spĺňa	
	- veľkosť: 7F	spĺňa	
	- dĺžka: 80 cm	spĺňa	
2.4	požaduje sa, pre všetky uvedené typy arteriálnych embolektomických katétrov s prídavným lumenom diameter balóna: 4 - 14 mm	spĺňa	
Položka č. 3 - Venózný trombektobal			
3.1	obsahuje mäkkú špičku umožňujúcu prienik cez chlopňový systém,	spĺňa	
3.2	požadované rozmery venózneho trombektobalu:	spĺňa	
3.2.1	typ 1:	spĺňa	
	- veľkosť: 6F	spĺňa	
	- dĺžka: 80 cm	spĺňa	
	- diameter balóna: 12 mm	spĺňa	
3.2.2	typ 2:	spĺňa	
	- veľkosť: 8F	spĺňa	
	- dĺžka: 80 cm	spĺňa	
	- diameter balóna: 13 mm	spĺňa	
3.2.3	typ 3:	spĺňa	
	- veľkosť: 10F	spĺňa	
	- dĺžka: 80 cm	spĺňa	
	- diameter balóna: 19 mm	spĺňa	
Položka č. 4 - Trombektobal pre cievne protézy			
4.1	pružná kovová špička bez rizika zalomenia,	spĺňa	
4.2	bez rizika poškodenia protézy,	spĺňa	

4.3	požadované rozmery trombektovalu pre cievne protézy:	spĺňa	
4.3.1	typ 1:	spĺňa	
	- veľkosť: 5F	spĺňa	
	- dĺžka: 50 cm	spĺňa	
4.3.2	typ 2:	spĺňa	
	- veľkosť: 6F	spĺňa	
	- dĺžka: 50 cm	spĺňa	
Položka č. 5 - Cievny katéter pre transluminálne použitie v periférnej vaskulatúre			
5.1	kovová špirála s latexovým krytím,	spĺňa	
5.2	požadované rozmery cievneho katétra pre transluminálne použitie v periférnej vaskulatúre:	spĺňa	
5.2.1	typ 1:	spĺňa	
	- veľkosť: 4F	spĺňa	
	- dĺžka: 80 cm	spĺňa	
	- diameter špirály: 6 mm	spĺňa	
5.2.2	typ 2:	spĺňa	
	- veľkosť: 5F	spĺňa	
	- dĺžka: 80 cm	spĺňa	
	- diameter špirály: 8 mm	spĺňa	
5.2.3	typ 3:	spĺňa	
	- veľkosť: 6F	spĺňa	
	- dĺžka: 80 cm	spĺňa	
	- diameter špirály: 10 mm	spĺňa	
Položka č. 6 - Oklúzny katéter			
6.1	slúži na uzáver ciev rozličného kalibru vrátane aorty,	spĺňa	
6.2	požadované rozmery oklúzneho cievneho katétra:	spĺňa	
6.2.1	typ 1:	spĺňa	
	- veľkosť: 3F	spĺňa	
	- dĺžka: 40 cm	spĺňa	
	- diameter balóna: 5 mm	spĺňa	
6.2.2	typ 2:	spĺňa	
	- veľkosť: 4F	spĺňa	
	- dĺžka: 40 cm	spĺňa	
	- diameter balóna: 9 mm	spĺňa	
6.2.3	typ 3:	spĺňa	
	- veľkosť: 5F	spĺňa	
	- dĺžka: 40 cm	spĺňa	
	- diameter balóna: 11 mm	spĺňa	
6.2.4	typ 4:	spĺňa	
	- veľkosť: 8F	spĺňa	
	- dĺžka: 80 cm	spĺňa	
	- diameter balóna: 28 mm, 45 mm	spĺňa	

Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.

Obchodné meno/Názov uchádzača:

Sídlo/Miesto podnikania:

IČO:

DIČ:

UNOMED spol. s r.o.

Zlatovská 2211 Trenčín 91101

00612791

2020383222

Kontaktná osoba dodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného produktu:

Príloha č. 1 Rámcovej dohody
Špecifikácia predmetu zákazky

Meno a priezvisko:

Bc. Gabriela Kavčáková

Pracovné zaradenie:

produktový manažér

Telefónne číslo:

911644155

E-mail:

kavcakova@unomed.sk

V: Trenčine

Dňa: 16.2.2024

Podpis a pečiatka:

Meno a priezvisko oprávnenej osoby na podpisovanie: **Ing. Róbert Kútny, konateľ**

Poznámka:

- povinné údaje vyplní uchádzač