



DCX Medical s.r.o.
Nám. SNP 27
960 01 Zvolen

Vaša značka č./zo dňa	Naša značka	Vybavuje/linka	Miesto a dátum
	017/660/2020	JUDr. Matúšová, kl. 837	Žilina, dňa 05.08.2020

Vec: Odstúpenie od Kúpnej zmluvy č. Z202015536_Z

Dňa 17.07.2020 Vaša spoločnosť, DCX Medical s.r.o., sídlo: Nám. SNP 27, 960 01 Zvolen, IČO 52798810 (ďalej len „dodávateľ“) uzatvorila **Kúpnu zmluvu č. Z202015536_Z s Fakultnou nemocnicou s poliklinikou Žilina**, ul. V. Spanyola 43, 012 07 Žilina (ďalej len „objednávateľ“). Predmetom kúpnej zmluvy je dodanie Chirurgicko-laparoskopickéj operačnej zostavy bližšie špecifikovanej v kúpnej zmluve. Kúpna zmluva nadobudla účinnosť dňa 18.07.2020.

V zmysle tejto kúpnej zmluvy

- objednávateľ požadoval **do 7 dní od uzavretia zmluvy** prospektový materiál ponúkaného tovaru, ktorý bude obsahovať popis technických vlastností tovaru tak, aby na ich základe mohol objednávateľ **posúdiť splnenie všetkých technických požiadaviek objednávateľa a podrobný technický opis ponúkaného prístroja**, s uvedením obchodného názvu, resp. typov označenia a údajmi deklarujúcimi technické parametre ponúkaných prístrojov;
- objednávateľ požadoval **do 7 kalendárnych dní po uzatvorení zmluvy** predložiť objednávateľovi podrobný aktualizovaný rozpočet predmetu zákazky;
- dodávateľ **do 7 kalendárnych dní** bol povinný predložiť v písomnej forme objednávateľovi rozpis jednotkovej ceny za ks v rozsahu cena bez DPH, cena s DPH.

Dodávateľ dňa 23.7.2020 zaslal požadované podklady k zmluve, z ktorých neboli jasné požadované technické parametre na predmet zákazky. Po preštudovaní podkladov sme mailom dňa 26.7.2020 požadovali doplnenie zaslaných dokladov. Následne ste nám doručili dňa 27.7.2020 požadované technické parametre.

Dodávateľ bol povinný v zmysle kúpnej zmluvy – bod 2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy - Technické vlastnosti taktiež dodať zariadenie s minimálne jedným čipom CMOS (1x1/2.3“) zo zaslaných podkladov je veľkosť čipu 1/3“, tento parameter nie je striktné daný a nemá vplyv na nesplnenie technických požiadaviek. Ale okrem iného objednávateľ požadoval – **naprogramovateľných funkcií kamerovej hlavy – počet programov 20**, zo zaslaných dokumentov vyplýva, že zariadenie má len **14 programovateľných funkcií**. Uvedené sa nachádza v zaslanom dokumente ako: „(počet možných programovateľných funkcií: 14; počet ovládateľných funkcií: 5 (včetně vyvážení bílé na začátku případu)“. Zároveň objednávateľ mal požiadavku na **minimálne 3x digitálny**

Tel.:
+42141/5110837
www.fnspza.sk
e-mail: matusova@fnspza.sk

Bankové spojenie:
Štátna pokladnica
Č. účtu: SK32 8180 0000 0070 0028 0470
SWIFT: SPSRSKBA

IČO: 17335825
DIČ: 2020699923
IČ DPH: SK2020699923



zoom, avšak ponúkané zariadenie podľa zaslaných dokladov **má 1,5x, čo je o 50% menší**, ako sme požadovali. **Hmotnosť kamerovej hlavy sme požadovali maximálne 0,3 kg**, v zaslaných dokladoch **uvádzate hmotnosť 0,57 kg** opätovne nie to **viac o 90% požadovanej hmotnosti**. **Kapacitu integrovanej pamäte** sme požadovali 1 TB, uvedené zariadenie parameter **nesplňa, nakoľko má 128 GB**, dodávateľ v e-maile uvádza, že „súčasťou dodanej zostavy bude externé úložisko s kapacitou 1 TB – navyše k internej pamäti“ v položkovom rozpočte nie je interná pamäť uvedená. Zdroj svetla je požadovaný ako samostatná položka, dodávané zariadenie má zdroj svetla integrovaný, zároveň bola požiadavka na minimálny rozsah – **teplota primárna** v rozmedzí 5400-6000 K. Ponúkané zariadenie má rozsah 5500 -8500 K, spodná hranica je nad požadovanú hodnotu.

V zaslaných dokumentoch taktiež nie je uvedený počet vstupov do monitora v rozhraní – **vstup displayport pre zapojenie 4K kamerovej konzoly -2ks**. V zaslanej dokumentácii je uvedený bez počtu, predpokladáme že monitor má 1ks. Pri preplachovej/odsávacej pumpe bol požadovaný podtlak **v minimálnom rozsahu 0-500 mmHg**, ponúkané zariadenie má maximálny podtlak **450 mmHg**.

V karanténe opisného formuláru OF-211017 neboli na uvedené parametre podané žiadne rozpory a opis prešiel karanténou bez rozporov, taktiež karanténa nebola z dôvodu akýchkoľvek rozporov opakovaná. Nie je možné rozdiely technických parametrov akceptovať, jednalo by sa o poskytnutie neprimeranej výhody dodávateľovi.

Vzhľadom k uvedenému Vám oznamujeme, že Vami poskytnuté plnenie považujeme za vadné plnenie, keďže ste neplnili ste riadne. V zmysle predmetnej Kúpnej zmluvy č. Z202015536_Z, Obchodných podmienok elektronického trhoviska, verzia 3.6 účinná odo dňa 01.07.2019 (ďalej len „OPET“) a v zmysle Obchodného zákonníka ste ako dodávateľ povinný splniť svoj záväzok riadne a včas. Podľa 2. časti OPET, čl. XII, písm. A, bod 12.3 má plnenie vady, ak nezodpovedá Špecifikácii, Zmluvnej špecifikácii alebo podmienkam podľa týchto VZP, alebo ak má právne vady. V prípade, ak **je dodaním, vykonaním alebo poskytnutím Plnenia s vadami Zmluva porušená podstatným spôsobom**, objednávateľ je podľa bodu 12.5 písm. f) 2. časti OPET **oprávnený odstúpiť od Zmluvy**.

V zmysle predmetnej Kúpnej zmluvy č. Z202015536_Z **môže objednávateľ odstúpiť od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvy dodávateľom za:**

- dodanie predmetu zmluvy, ktorý nezodpovedá vlastnostiam, akosti, množstvu dohodnutých zmluve
- neodovzdá doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie a na užívanie tovaru a ostatné podstatné porušenia zmluvy, ktoré upravujú ustanovenia Obchodného zákonníka.

V zmysle kúpnej zmluvy je objednávateľ povinný potvrdiť dodávateľovi do 10 dní pracovných dní splnenie technických požiadaviek predmetu zákazky odo dňa prevzatia požadovaných dokumentov od dodávateľa. Z dôvodu, že dodávateľ zaslal neúplné doklady, ktoré nepreukazujú požadované funkcionality zariadenia v stanovenej lehote, objednávateľ nie je schopný posúdiť funkcionality zariadenia, a teda aj splnenie technických požiadaviek predmetu zákazky.



Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, Ul. Vojtecha Spanyola 43, 012 07 Žilina

Nakoľko ste si ako dodávateľ nespĺnili vyššie uvedené povinnosti, **došlo z Vašej strany k podstatnému porušeniu kúpnej zmluvy**, uvedenému v čl. 2.3 Osobitné požiadavky na plnenie, časť Ukončenie zmluvného vzťahu, a preto aj v súlade s čl. XVIII, bodom 18.2 písm. a) OPET, objednávateľ týmto

o d s t ú p u j e

od predmetnej Kúpnej zmluvy č. Z202015536_Z. Odstúpenie od zmluvy nadobudne účinnosť dňom doručenia tohto odstúpenia dodávateľovi.

.....
Ing. Peter Braška, MBA
ekonomický riaditeľ

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
riaditeľstvo
V. Spanyola 43, 012 07 Žilina
12

.....
MUDr. Igor Bízik, MBA
medicínsky riaditeľ

Tel.:
+42141/5110837
www.fnsrza.sk
e-mail: matusova@fnsrza.sk

Bankové spojenie:
Štátna pokladnica
Č. účtu: SK32 8180 0000 0070 0028 0470
SWIFT: SPSRSKBA

IČO: 17335825
DIČ: 2020699923
IČ DPH: SK2020699923

