

Názov predmetu zákazky:

Level senzor

### ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky		Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)	
		spĺňa / nespĺňa	hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
<b>Položka č. 1 - Level senzor</b>			
1.	Senzor hladiny tekutiny v zásobníku oxygenátora	áno	
2.	Jednorazový	áno	
3.	Kompatibilný so systémom pre mimotelový obeh Terumo Systém 1.	áno	
4.	Umožňuje zastavenie mimotelového obehu	áno	
5.	Materiál:	xxx	xxx
5.1	dvojito potiahnutá akrylová penová páska	áno	
6.	Uzamknutie polohy pootočením v smere hodinových ručičiek	áno	
7.	Balenie:	xxx	xxx
7.1	sterilné	áno	
8.	Obal musí obsahovať minimálne:	xxx	xxx
8.1	názov	áno	
8.2	expiráciu	áno	
8.3	katalógové číslo	áno	
8.4	čiarový kód	áno	

Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.

Obchodný názov uchádzača: **MEDITRADE spol. s r.o.**  
Sídlo: Levočská 1, 851 01 Bratislava  
IČO: 173 12 001  
DIČ: 2020293121

**Kontaktná osoba dodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného produktu:**

Meno a priezvisko: **Ing. Adam Sorkovský**  
Pracovné zaradenie: Produktový špecialista pre kardiochirurgiu  
Telefónne číslo: 904 386 067  
E-mail: [asorkovsky@meditrade.sk](mailto:asorkovsky@meditrade.sk)

V: Bratislave  
Dňa: 07.08.2020

Podpis a pečiatka: .....  
Meno a priezvisko oprávnenej osoby na podpisovanie: **Ing. Pavel Bohdal**