

Názov predmetu zákazky:
Cievne protézy

ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

Časť č. 2 - Bifurkačné a lineárne protézy

Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky		Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)	
		spĺňa/nespĺňa	hodnota ponúkaného produktu
Položka č. 1 - Bifurkačná protéza			
1.	rekonštrukcia v aortálnej oblasti,	spĺňa	
2.	pletená polyesterová cievna protéza,	spĺňa	
3	impregnovaná odburavateľným kolagénom,	spĺňa	
4	neobsahujúca aldehydy ani izokyanidy,	spĺňa	
5	priepustnosť vody < 10 ml/cm2/min	spĺňa	
6	dĺžka bifurkačnej protézy: 45cm (tolerancia +/- 5cm)	spĺňa	
7	požaduje sa, aby bifurkačné protézy dĺžky 45cm (tolerancia +/- 5cm) boli k dispozícii minimálne v uvedených veľkostiach:		
7.1	12mm x 6mm,	spĺňa	
7.2	14mm x 7mm,	spĺňa	
7.3	16mm x 8mm,	spĺňa	
7.4	18mm x 9mm,	spĺňa	
7.5	20mm x 10mm,	spĺňa	
7.6	22mm x 11mm,	spĺňa	
7.7	24mm x 12mm.	spĺňa	
Položka č. 2 - Lineárna protéza, typ 1			
1.	rekonštrukcia v aortofemorálnej oblasti,	spĺňa	
2.	pletená polyesterová cievna protéza,	spĺňa	
3	impregnovaná odburavateľným kolagénom,	spĺňa	
4	neobsahujúca aldehydy ani izokyanidy,	spĺňa	
5	priepustnosť vody < 10 ml/cm2/min	spĺňa	
6	dĺžka lineárnej protézy, typ 1: min. 25 cm - max. 40 cm	spĺňa	
7	požaduje sa, aby lineárne protézy dĺžky min. 25 cm - max. 40 cm boli k dispozícii minimálne v uvedených priemeroch:		

7.1	6 mm,	spĺňa	
7.2	7 mm,	spĺňa	
7.3	8 mm,	spĺňa	
7.4	10 mm,	spĺňa	
7.5	12 mm,	spĺňa	
7.6	14 mm,	spĺňa	
7.7	16 mm,	spĺňa	
7.8	18 mm,	spĺňa	
7.9	20 mm,	spĺňa	
7.10	22 mm,	spĺňa	
7.11	24 mm.	spĺňa	
Poločka č. 3 - Lineárna protéza, typ 2			
1.	rekonštrukcia v aortofemorálnej oblasti,	spĺňa	
2.	pletená polyesterová cievna protéza,	spĺňa	
3	impregnovaná odburavateľným kolagénom,	spĺňa	
4	neobsahujúca aldehydy ani izokyanidy,	spĺňa	
5	priepustnosť vody < 10 ml/cm2/min	spĺňa	
6	dĺžka lineárnej protézy, typ 2: min. 55 cm - max. 70 cm	spĺňa	
7.	požaduje sa, aby lineárne protézy dĺžky min. 55 cm - max. 70 cm boli k dispozícii minimálne v uvedených priemeroch:		
7.1	6 mm,	spĺňa	
7.2	7 mm,	spĺňa	
7.3	8 mm,	spĺňa	
7.4	10 mm,	spĺňa	
7.5	12 mm,	spĺňa	
7.6	14 mm.	spĺňa	

Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.

Obchodný názov uchádzača:

SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.

Sídlo uchádzača:

Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

IČO:

31385265

DIČ:

2020304154

V: Bratislave

Dňa: 16.4.2024

Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:

**Zbyněk Kněžínek
konateľ**

.....