



## ponuku predkladá:

obchodné meno: **MEDIS Nitra spol. s r.o.**

sídlo: Pri Dobrotke 659/81, 949 01, Nitra- Dražovce

IČO: 36 531 774

platca DPH: áno

dátum vypracovania ponuky:

Karol Janovič, MBA, konateľ s

identifikácia ponúkaného zariadenia: **Medela Dominant Flex Mobile**je uvedené zariadenie vyrábané na sklad (disponujete skladovými zásobami)? **nie**je ponúkané zariadenie katalógovým tovarom? **nie**

doba dodania (kal. dni): 70 kalendárnych dní

## zariadenie:

názov: **Chirurgická odsávačka**predpokladaný objem: **20 ks**

predpoklad dodávky (rok):

celok	časť	technický parameter	hodnota technického parametra
Chirurgická odsávačka	Požadované parametre	Výkonná odsávačka v stojanom prevedení prispôbená na kontinuálne sanie na operačnej sále	áno
		Sací výkon	minimálne 55 L/min
		Podtlak (vákuum)	minimálne -90 kPa
		Pojazdný stojan so štyrmi antistatickými kolieskami otočnými o 360°, z toho dve s brzdou	áno
		Regulátor podtlaku pre presné nastavenie podtlaku	áno
		Sací systém pre tichý chod prístroja bez vibrácií	áno
		Hlučnosť	max. 53 dBA
		Farebne kódovaný manometer	áno
		Zobrazenie hodnoty podtlaku (vákuu) v minimálne dvoch jednotkách tlaku	áno
		Svetelná indikácia chodu odsávačky	áno
		Trojnásobná ochrana proti presatiu: poistná nádoba, bakteriálny filter, plavákových ventil v zbernej nádobe	áno
		Možnosť pripojiť pneumatický regulátor podtlaku (vákuu)	áno
		Možnosť pripojiť nožný spínač odsávačky	áno
		Použitie zberných nádob veľkých objemov minimálne, 3 L a 5 L	áno
	Uchytenie zberných nádob na DIN lištu	áno	
	Súčasný uchytenie minimálne dvoch zberných nádob, poistnej nádoby a nádoby na preplach	áno	
	Kompatibilita s jednorazovým hygienickým zberným systémom	áno	
	Zostava musí obsahovať	2 ks 3 L zberná nádoba	áno
		Poistná nádoba proti presatiu	áno
		Odsávacia hadica - silikón	áno
	Záruka	Hygienický zberný systém - jednorazové vaky (10 ks)	áno
		Záruka 24 mesiacov	áno
		Záručný servis	áno
Inštalácia, doprava		áno	
		Komplexné zaškolenie obsluhy	áno

