

Kúpna zmluva č. Z20244317_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Sídlo: ul.Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina, Slovenská republika
IČO: 17335825
DIČ: 2020699923
IČ DPH: SK2020699923
Bankové spojenie: IBAN: SK32 8180 0000 0070 0028 0470
Telefón: +421 415110193

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Surgitech s. r. o.
Sídlo: Zárubova 1, 84106 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, Slovenská republika
IČO: 50197975
DIČ: 2120238736
IČ DPH: SK2120238736
Telefón: 0903905316

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Disekčno-koagulačný systém na mäkké biologické tkanivové štruktúry
Kľúčové slová: Elektro-generátor, Monopolárne a bipolárne rezanie, Monopolárne a bipolárne koagulačné režimy, Štandardný rez, Laparoskopický rez, Suchý rez, Precízny rez, Štandardný bipolárny rez, Argónový rez, Ľahká koagulácia, Forsírovaná koagulácia, Iskrivá koagulácia, Bezkontaktná - sprejová koagulácia, Laparoskopická koagulácia, Dvojkoagulácia, Vysokovýkonná koagulácia, Bipolárna štandardná koagulácia, Bipolárna forsírovaná koagulácia, Bipolárna simultánna koagulácia
CPV: 33161000-6 - Elektrochirurgické jednotky; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Elektrogenerátor
2. Argónová jednotka
3. Jednotka na odsávanie dymu
4. Prístrojový vozík
5. Príslušenstvo

Položka č. 1: Elektrogenerátor

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
medicínsky atest	áno			

vybavený min. 4 variabilne konfigurovateľnými zásuvkami, z toho min. 2 možno použiť pre monopolár a min. 2 možno použiť pre bipolár	áno
Zariadenie musí umožňovať pripojiť min. 2 monopolárne nástroje súčasne a min. 3 bipolárne nástroje súčasne	áno
Všetky zásuvky musia byť ovládateľné nožným spínačom (pripojenie min. 2 nožných spínačov súčasne), opcionálne ručným spínačom	áno
Bipolárne zásuvky musia umožňovať automatický štar pre bipolárne nástroje	áno
Možnosť simultánneho použitia (aktivácie) min. 2 bipolárny zásuviek s rôznym nastavením počas operačného zákroku	áno
Možnosť simultánneho použitia (aktivácie) min. 2 monopolárnych zásuviek s rôznym nastavením počas operačného zákroku	áno
Aktivovaná zásuvka musí byť svetelne zvýraznená	áno
Do zásuviek je možné zapojiť min. následovné druhy koncoviek káblu: Monopolar: 3 pin, „Bovie“, 4 mm koncovka, 5 mm koncovka. Bipolár: 2 pin, bipolár „Erbe	áno
Jednotlivé zásuvky musia byť vybavené funkciou automatického rozpoznania zapojeného káblu, resp. nástroja	áno
Ovládanie generátora prostredníctvom plne farebného dotykového displeja	áno
Displej z tvrdeného skla, resp. iného odolného materiálu	áno
Displej možno hygienicky čistiť, odolný voči poškriabaniu	áno
Displej s nastaviteľnou perspektívou, s priemerom min. 22 centimetrov, s možnosťou nastavenia jasú, vybavený samokalibráciou za účelom zabezpečenia správnej citlivosti a reakcie na dotyk, uhol pohľadu min. 175 stupňov	áno
Sprievodné video nastavenia a ovládania generátoru	áno
Interaktívne piktogramy na pomoc užívateľovi	áno
Možnosť upgradu	áno
Možnosť spojenia a komunikácie generátoru s argónovou jednotkou	áno
Programovanie špecifických nastavení elektro-generátora:	Jednoduchý výber funkcií a parametrov cez dotykový displej generátoru
Programovanie špecifických nastavení elektro-generátora:	Minimálne 1 permanentne predprogramované nastavenie pre všetky režimy
Programovanie špecifických nastavení elektro-generátora:	Množstvo voľne konfigurovateľných nastavení najmenej 99•
Programovanie špecifických nastavení elektro-generátora:	Možnosť vytvárania konfigurácii podľa disciplín, indikácií, alebo priamo na užívateľa/operátora, s možnosťou uloženia na prenosné pamäťové médium
Programovanie špecifických nastavení elektro-generátora:	Možnosť prenosu nahranej konfigurácie (podľa disciplín, indikácií, alebo priamo na užívateľa/operátora) prostredníctvom pamäťového média na iný generátor toho istého typu
Programovanie špecifických nastavení elektro-generátora:	Sprievodné menu programov nastavenia-
Programovanie špecifických nastavení elektro-generátora:	Prepojenie na PC
Programovanie špecifických nastavení elektro-generátora:	Možnosť individuálne okomentovať programy vložení textu
Programovanie špecifických nastavení elektro-generátora:	Uchovanie chýb v jednoduchom texte a s číslom
Ochranné funkcie elektrogenerátora:	automatické sledovanie pripojenia neutrálnej elektródy k jednotke (kábel)

Ochranné funkcie elektrogenerátora:	Automatické sledovanie správneho umiestnenia neutrálnej elektródy
Ochranné funkcie elektrogenerátora:	Automatické sledovanie symetrie čiastkových vf-prúdov cez neutrálnu elektródu v závislosti od vf prúdu
Ochranné funkcie elektrogenerátora:	Automatické sledovanie prechodového odporu medzi neutrálnou elektródou a pacientom v závislosti od vf prúdu
Ochranné funkcie elektrogenerátora:	Automatické sledovanie aktivačného času
Ochranné funkcie elektrogenerátora:	Automatické sledovanie nesprávnej dávky
Ochranné funkcie elektrogenerátora:	Automatická funkcia kontroly jednotky a všetkého pripojeného príslušenstva počas prevádzky jednotky
Ochranné funkcie elektrogenerátora:	Automatické rozoznávanie chýb, správy chýb, dokumentácia chýb
Monopolárne a bipolárne rezanie:	Požaduje sa minimálne deväť rozličných rezacích režimov, vrátane argónového rezu
Monopolárne a bipolárne rezanie:	Všetky režimy musia byť reprodukovateľne nastaviteľné so zachovaním rovnakej kvality rezu
Monopolárne a bipolárne rezanie:	Nastaviteľnosť režimov musí umožňovať procedúry od mikrooperatívy až po najsilnejšiu vaporizáciu
Monopolárne a bipolárne koagulačné režimy:	Musí byť k dispozícii minimálne deväť rozličných koagulačných režimov, vrátane argon-plazma koagulácie a rezu.
Monopolárne a bipolárne koagulačné režimy:	Automatická regulácia napätia pre reprodukovateľnú bipolárnu a monopolárnu koaguláciu s automatickým udržiavaním výstupného výkonu
Monopolárne a bipolárne koagulačné režimy:	Automatická regulácia sily pre rapídnu nelepivú koaguláciu s minimom karbonizácie
Monopolárne a bipolárne koagulačné režimy:	Dvojité koagulácie: Súbežná aktivácia s „bezkontaktným koagulačným režimom“ s dvoma nástrojmi.
Monopolárne a bipolárne koagulačné režimy:	Jemné nastavovanie výkonov.
Monopolárne a bipolárne koagulačné režimy:	Separátne nastavovanie sily a výkonu
Špecifikácie povinné :	Rezy: štandardný, laparoskopický, suchý, precízny, štandardný bipolárny, argónový.
Špecifikácie povinné :	Koagulácie: ľahká, forsírovaná, iskrivá, bezkontaktná - sprejová, laparoskopická, dvojkoagulácia, vysokovýkonná, bipolárna štandardná, bipolárna forsírovaná, bipolárna simultánna.
Štandardný rez:	áno
Štandardný rez:	monopolárne rezanie v režime Štandardný rez
Štandardný rez:	Nominálny vf výkon najmenej 350 W
Štandardný rez:	Automatická regulácia účinku
Štandardný rez:	Automatická podpora incisie
Štandardný rez:	Nastaviteľný výkon vo wattoch
Štandardný rez:	Automatická regulácia napätia s maximálnou špičkou vf-napätia 750 Vp
Štandardný rez:	Minimálne osem rozličných hemostatických výkonov
Laparoskopický rez:	áno
Laparoskopický rez:	Monopolárne rezanie v režime Laparoskopický rez
Laparoskopický rez:	Nominálny vf výkon najmenej 200 W
Laparoskopický rez:	Automatická regulácia účinku
Laparoskopický rez:	Automatická podpora incisie
Laparoskopický rez:	Nastaviteľný výkon vo wattoch
Laparoskopický rez:	Automatická regulácia napätia s maximálnou špičkou vf-napätia 750 Vp
Laparoskopický rez:	Minimálne osem rozličných hemostatických výkonov
Suchý rez:	áno
Suchý rez:	Monopolárne rezanie v režime Suchý rez

Suchý rez:	Nominálny vf výkon najmenej 200 W
Suchý rez:	Nastaviteľný výkon vo wattoch
Suchý rez:	Automatická regulácia napätia s maximálnou špičkou vf-napätia 1600 Vp
Suchý rez:	Minimálne osem rozličných hemostatických výkonov
Suchý rez:	Automatická regulácia sily
Precízny rez:	áno
Precízny rez:	Monopolárne rezanie v režime Precízny rez - zvlášť jemne regulovaný rez
Precízny rez:	Nominálny vf výkon najmenej 50 W
Precízny rez:	Nastaviteľná výkon vo wattoch
Precízny rez:	Automatická regulácia napätia s maximálnou špičkou vf-napätia 450 Vp
Precízny rez:	Vyhovujúci pre jemnú operatívu
Precízny rez:	Najmenej osem rozličných hemostatických výkonov
Precízny rez:	Automatická regulácia sily
Štandardný bipolárny rez:	áno
Štandardný bipolárny rez:	Bipolárne rezanie v režime Štandardný bipolárny rez
Štandardný bipolárny rez:	Nominálny vf výkon najmenej 200 W
Štandardný bipolárny rez:	Nastaviteľný výkon vo wattoch
Štandardný bipolárny rez:	vf napätie neprekročí (ani špičkove) hodnotu 400 Vp
Štandardný bipolárny rez:	Automatická regulácia napätia
Štandardný bipolárny rez:	Automatická regulácia sily
Argónový rez:	áno
Argónový rez:	Monopolárne rezanie v režime Argónový rez
Argónový rez:	Nominálny vf výkon najmenej 300 W
Argónový rez:	Nastaviteľný výkon vo wattoch
Argónový rez:	Automatická regulácia účinku
Argónový rez:	Automatický podpora incisie
Argónový rez:	Automatická regulácia napätia s maximálnou špičkou vf-napätia 750 Vp
Argónový rez:	Najmenej osem rozličných hemostatických výkonov
Všetky režimy rezania: štandardný, laparoskopický, suchý, precízny, štandardný bipolárny, argónový môžu byť nastaviteľné a aktivované nezávisle podľa konfigurácie zásuviek	áno
L'ahká koagulácia:	áno
L'ahká koagulácia:	Monopolárna koagulácia v režime L'ahká koagulácia
L'ahká koagulácia:	Nominálny vf výkon najmenej 120 W
L'ahká koagulácia:	nastaviteľný výkon
L'ahká koagulácia:	vf napätie nižšie ako 250 Vp
L'ahká koagulácia:	Najmenej tri rozličné hemostatické výkony
Forsírovaná koagulácia:	áno
Forsírovaná koagulácia:	Monopolárna koagulácia v režime Forsírovaná koagulácia
Forsírovaná koagulácia:	Nominálny vf výkon najmenej 120 W
Forsírovaná koagulácia:	Nastaviteľný výkon
Forsírovaná koagulácia:	Najmenej tri rozličné hemostatické výkony
Forsírovaná koagulácia:	vf napätie vyššie ako 1500 Vp, maximum 2500 Vp
Iskrivá koagulácia:	áno

Iskrivá koagulácia:	Monopolárna koagulácia v režime Iskrivá koagulácia
Iskrivá koagulácia:	Nominálny vf výkon najmenej 80 W
Iskrivá koagulácia:	vf napätie 3500 Vp maximum
Bezkontaktná - sprejová koagulácia:	áno
Bezkontaktná - sprejová koagulácia:	Monopolárna koagulácia v režime Bezkontaktná - sprejová koagulácia
Bezkontaktná - sprejová koagulácia:	Nominálny vf výkon najmenej 120 W
Bezkontaktná - sprejová koagulácia:	Nastaviteľný výkon
Bezkontaktná - sprejová koagulácia:	Najmenej štyri rozličné hemostatické výkony
Bezkontaktná - sprejová koagulácia:	vf napätie vyššie ako 3000 Vp, maximum 5000 Vp
Laparoskopická koagulácia:	áno
Laparoskopická koagulácia:	Monopolárna koagulácia v režime Laparoskopická koagulácia
Laparoskopická koagulácia:	Nominálny vf výkon najmenej 120 W
Laparoskopická koagulácia:	Nastaviteľný výkon
Laparoskopická koagulácia:	vf napätie 1800 Vp maximum
Dvojkoagulácia:	áno
Dvojkoagulácia:	Monopolárna koagulácia v režime Dvojkoagulácia
Dvojkoagulácia:	Nominálny vf výkon najmenej 120 W
Dvojkoagulácia:	Nastaviteľný výkon
Dvojkoagulácia:	Súčasná aktivácia dvoch nástrojov
Dvojkoagulácia:	Najmenej tri rozličné hemostatické výkony
Dvojkoagulácia:	vf napätie vyššie ako 2000 Vp, maximum 4600 Vp
Vysokorýchlostná koagulácia:	áno
Vysokorýchlostná koagulácia:	Bipolárna koagulácia vaskulárnych tkanivových štruktúr vysokovýkonnou koaguláciou
Vysokorýchlostná koagulácia:	Vysokoprúdová koagulácia
Vysokorýchlostná koagulácia:	Nominálny vf výkon najmenej 200 W
Vysokorýchlostná koagulácia:	Nástroje na opätovné použitie
Vysokorýchlostná koagulácia:	Automatické rozlíšenie nástroja (Plug & Play)
Vysokorýchlostná koagulácia:	vf napätie nižšie ako 195 Vp
Vysokorýchlostná koagulácia:	Deaktivácia automatickým zastavením
Bipolárna štandardná koagulácia:	áno
Bipolárna štandardná koagulácia:	Bipolárna koagulácia v režime Štandardná koagulácia
Bipolárna štandardná koagulácia:	Nominálny vf výkon najmenej 120 W
Bipolárna štandardná koagulácia:	Nastaviteľný výkon
Bipolárna štandardná koagulácia:	vf napätie nižšie ako 155 Vp
Bipolárna štandardná koagulácia:	Aktivácia automatickým štartom
Bipolárna štandardná koagulácia:	Automatický štart s nastaviteľným časovým oneskorením
Bipolárna štandardná koagulácia:	Deaktivácia možná aj automatickým zastavením
Bipolárna forsírovaná koagulácia:	áno
Bipolárna forsírovaná koagulácia:	Bipolárna forsírovaná koagulácia - režime Forsírovaná koagulácia
Bipolárna forsírovaná koagulácia:	Nominálny vf výkon najmenej 90 W
Bipolárna forsírovaná koagulácia:	Nastaviteľný výkon
Bipolárna forsírovaná koagulácia:	vf napätie nižšie ako 560 Vp
Bipolárna simultánna koagulácia:	áno
Bipolárna simultánna koagulácia:	Bipolárna simultánna koagulácia
Bipolárna simultánna koagulácia:	Nominálny vf výkon najmenej 60 W

Bipolárna simultánna koagulácia:	vf napätie nižšie ako 560 Vp
Všetky koagulačné režimy: ľahká, forsírovaná, iskrivá, bezkontaktná - sprejová, laparoskopická, dvojkoagulácia, vysokovýkonná, bipolárna štandardná, bipolárna forsírovaná, bipolárna simultánna môžu byť nastaviteľné a aktivované nezávisle podľa konfigurácie zásuviek	áno
Možnosť integrácie generátoru do systému spoločného riadenia operačného sálu	áno

Položka č. 2: Argónová jednotka

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
medicínsky atest	áno			
Umožňuje Argon-plazma rez a bezkontaktnú koaguláciu bez karbonizácie tkaniva	áno			
Signálové prepojenie a komunikácia s generátorom	áno			
Jednotka vybavená digitálnym displejom	áno			
Uchovanie najmenej 100 rozličných nastavení jednotky, aj v spojení s generátorom	áno			
Nastavenia prúdenia argónu min. od 0,1 do 9,5 l/minútu	áno			
Maximálny výstupný tlak: 2 bar	áno			
Vstupný tlak plynu v min. rozmedzí: 2,6 – 4,0 bar	áno			
Automatická funkcia kontroly jednotky a všetkého pripojeného príslušenstva počas prevádzky jednotky	áno			
Automatické rozoznávanie chýb, správy chýb, dokumentácia chýb	áno			
Umožňuje argón-plazma koagulácia pre interné medicínske aplikácie	áno			
Umožňuje pulznú argón-plazma koagulácia	áno			
Automatická regulácia vybraných stupňov prúdenia	áno			
Automatické rozoznávanie a upravenie nastavení jednotky kódovanými nástrojmi	áno			
Aktivácia kontroly jednotky nožným pedálom generátor	áno			
Automatické sledovanie stupňov prúdenia	áno			
Automatické sledovanie prívodu argónu	áno			
Vizuálny ukazovateľ obsahu vysokotlakovej fľaše	áno			
Možnosť pripojenia min. 2 vysokotlakových fliaší	áno			
Akustický signál minimálneho obsahu fľaše	áno			
Automatická kontrola funkcií pri odpojení jednotky	áno			
Dokumentácia spotreby plynu	áno			
Príslušenstvo ku argónovej jednotke:	Redukčný ventil pre tlakovú nádobu			
Príslušenstvo ku argónovej jednotke:	1x uzemňovací kábel			

Položka č. 3: Jednotka na odsávanie dymu

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
Jednotka určená na odsávanie dymu a aerosóly, ktoré vznikajú pri používaní ultrazvukových a vysokoenergetických nástrojov ako nežiaduci účinok na mäkké tkanivové biologické štruktúry	áno
Filtrácia umožňujúca zachytiť micro-organizmy a častice o veľkosti 1-2 microns s úspešnosťou min.99,999%, schopnosť zachytiť pachy a toxické plyny.	áno
Vizuálna indikácia funkčnosti jednotky	áno
Indikátor výmeny filtra	áno
Tichá prevádzka	áno

Položka č. 4: Prístrojový vozík

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Vozík pre medicínske využitie	áno			
4 kolieska, z toho min. 2 brzdené	áno			
Min. 3 police pre jednotlivé zariadenia systému	áno			
Ochrana proti prepätiu	áno			
Antistatická úprava	áno			

Položka č. 5: Príslušenstvo

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Dátové médium na prenos nahratých individuálnych konfigurácií	ks			5
uzemňovací kábel	ks			8
zdrojový kábel	ks			8
monopolárne pero	ks			4
nožný ovládač pre elektrogenerátor - dvojtlačidlý	ks			5
kábel pre neutrálnu elektródu	ks			5
neutrálna elektróda, delená	ks			500
bipolárny kábel	ks			1
monopolárny kábel	ks			1
flexibilná argónová sonda 3,2 mm	ks			1
flexibilná argónová sonda 1,5 mm	ks			1
flexibilná argónová sonda 2,3 mm	ks			1
kábel pre flexibilné argónové sondy	ks			1
argónové pero	ks			1
argónové elektródy	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia

Vrátane inštalácie na mieste plnenia
Vrátane zaškolenia max. 3 osôb v rozsahu max. 1 hodiny
Nový, doposiaľ nepoužitý a nerepasovaný tovar
Dodávateľ sa zaväzuje, že neprijme vyhlásenie tretej strany v zmysle § 303 a nasl. Obchodného zákonníka ako ručiteľa záväzku vzniknutého na základe tejto zmluvy, a teda sa v zmysle § 306 Obchodného zákonníka nebude domáhať splnenia záväzku vzniknutého na základe tejto zmluvy od ručiteľa. Dodávateľ berie na vedomie a výslovne súhlasí, že v prípade porušenia takéhoto zákazu je objednávateľ oprávnený uložiť dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 2 % z celkovej hodnoty predmetu zmluvy (požiadavky dodávateľa podľa tejto zmluvy).
Dodávateľ sa zaväzuje, že nepostúpi svoju pohľadávku podľa § 524 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho/objednávateľa/dlžníka. Právny úkon, ktorým budú postúpené pohľadávky predávajúceho v rozpore s dohodou kupujúceho a podľa predchádzajúcej vety tohto článku, bude podľa § 39 Občianskeho zákonníka neplatný. Súhlas kupujúceho je zároveň platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas MZ SR
Ako poskytovateľ zdravotnej starostlivosti v zmysle Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. §340 b) ods.5 požadujeme lehotu splatnosti faktúr 60 dní odo dňa doručenia Fa objednávateľovi.
Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia preukazujúca splnenie minimálnych požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacených výrobkov do 3 pracovných dní od účinnosti Zmluvy, ak neboli požadované ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky.
Dodávateľ predloží do 3 pracovných dní od uzavretia zmluvy Vyhlásenie o zhode alebo osvedčenie v znení všeobecne záväzných právnych predpisov a podľa dotknutých harmonizačných technických predpisov z oblasti posudzovania zhody, vydané orgánmi kontroly kvality alebo určenými orgánmi s právomocou posudzovať zhodu, ak nebolo požadované ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky.
Dodávateľ predloží do 3 pracovných dní od uzavretia zmluvy Technický list, produktový list, potvrdenie od výrobcu, manuály, resp.iné informačné materiály, prospektový materiál, katalóg ponúkaného tovaru, resp. iný doklad, v ktorých budú uvedené všetky verejným obstarávateľom požadované minimálne technické špecifikácie (parametre) na predmet zákazky v takom rozsahu, aby bolo možné jednoznačne posúdiť splnenie všetkých požiadaviek na predmet zákazky, ak nebol požadovaný ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky.
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v opisnom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok a zakladá právo objednávateľa odstúpiť od zmluvy.
Požadujeme nástup servisného technika najneskôr do 48 hodín od nahlásenia poruchy v rámci záručnej opravy, v prípade sviatkov a víkendov najbližší pracovný deň.
Dodávateľ predloží do 3 pracovných dní po uzatvorení zmluvy podrobný aktualizovaný rozpočet predmetu zákazky.
Predmet zákazky je v celom rozsahu opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak niektorý z použitých parametrov alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ produktu alebo produkt konkrétneho výrobcu, objednávateľ umožňuje nahradiť takýto produkt ekvivalentným produktom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný produkt alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať plnohodnotné úžitkové, prevádzkové, funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú dané produkty určené.
Záručná doba minimálne 24 mesiacov.
Úhrada predmetu zákazky bude realizovaná z účelovo vyčlenených finančných prostriedkov pridelených na tento účel zo strany poskytovateľa MZ SR a časť z vlastných zdrojov objednávateľa. V prípade neakceptovania procesu obstarania zo strany poskytovateľa finančných prostriedkov, resp. ak finančné prostriedky nebudú pridelené, objednávateľ si vyhradzuje právo od zmluvy odstúpiť. Zmluva uzavretá s úspešným uchádzačom nadobudne účinnosť v deň doručenia rozhodnutia MZ SR o pridelení účelovo vyčlenených finančných prostriedkov na nákup tohto zariadenia.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát:	Slovenská republika
Kraj:	Žilinský
Okres:	Žilina
Obec:	Žilina
Ulica:	Ul. Vojtecha Spanyola 43

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

13.06.2024 00:00:00 - 31.12.2024 23:59:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: celok podľa špecifikácie

Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 184 160,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 220 992,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 07.06.2024 09:38:03

Objednávateľ:

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

Surgitech s. r. o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska