

V tejto časti je potrebné podrobne popísať, zdôvodniť a zadefinovať minimálne parametre za všetky výdavky s výnimkou personálnych výdavkov zaradených do skupiny výdavkov 521 - Mzdové výdavky, ktoré si žiadateľ/partner prostredníctvom predkladaného projektu nárokuje.				
ČRP	Názov položky	Popis rozpočtovej položky a zdôvodnenie využitia v projekte (žiadateľ kladie dôraz na preukázanie nevyhnutnosti výdavku vo vzťahu naplnenia stanovených cieľov v predkladanom projekte.)	Zdôvodnenie neexistencie duplicity (žiadateľ v tejto časti uvedie tie položky, ktoré v zmysle definície v prílohe „Zoznam technického, prístrojového a laboratórneho vybavenia (PO 2007-2013, PO 2014-2020)“ majú duplicitný charakter s nárokovým výdavkom a zdôvodní nevyhnutnosť obstarania novej (rovnakej alebo obdobnej) inštruktúry/výdavku prostredníctvom predkladaného projektu.)	Minimálne technické parametre výdavku
OH1P10	Testovanie nositeľných zariadení v nemocničnom prostredí slúžiacich na znižovanie rizika nákazy ochorenia COVID-19	Testovanie nositeľných zariadení v nemocničnom prostredí slúžiacich na znižovanie rizika nákazy ochorenia COVID-19	Nakoľko sa jedná o testovanie vyšpecifikované presne podľa potrieb aktivít projektu neexistuje žiadna duplicita.	
OH1P14	Testovanie nositeľných zariadení v priemyselnom prostredí slúžiacich na znižovanie rizika nákazy ochorenia COVID-19	Testovanie nositeľných zariadení v priemyselnom prostredí slúžiacich na znižovanie rizika nákazy ochorenia COVID-19	Nakoľko sa jedná o testovanie vyšpecifikované presne podľa potrieb aktivít projektu neexistuje žiadna duplicita.	
OH1P18	Systém nositeľných zariadení schopných vzájomnej detekcie	Systém nositeľných zariadení schopných vzájomnej detekcie: sú nositeľné zariadenia schopné zbierať anonymizované údaje reprezentujúce kontakty s inými zariadeniami rovnakého typu. Kontakty s inými zariadeniami musia byť realizované s bezdrôtovými technológiami, pričom zariadenie nemôže obsahovať GPS modul, pre zaznamenávanie polohy. Zariadenie musí byť schopné detekcie iných zariadení, ich vzájomnej vzdialenosti a časovej dĺžke kontaktu. Zariadenie musí taktiež disponovať vstavaným certifikovaným teplomerom pre monitorovanie telesnej teploty nositeľa. Zariadenie musí byť schopné ukladať získané dáta na interné úložisko. Zariadenie musí byť napájané batériou s minimálnou výdržou 10 dní. Zariadenie musí byť schopné nabíjania pomocou mikro-USB konektoru. Nositeľné zariadenie musí byť malých rozmerov (podľa nižšie spomenutej presnej technickej špecifikácie) a taktiež musí disponovať možnosťou upevnenia na ruku ako nositeľný náramok. Nositeľné zariadenie musí byť schopné rýchlo odovzdávať dáta z internej pamäte prostredníctvom krátkého kontaktu s detekčnou bránou alebo smartfónom. Nositeľné zariadenie musí mať vnorenú UNS pre zabezpečenie vybraných kognitívnych funkcií na základe výskumu v rámci projektu.	Nakoľko sa jedná o zariadenie vyšpecifikované presne podľa potrieb aktivít projektu a zároveň zariadenia musia spĺňať požiadavky pre vzdialené monitorovanie, bezdrôtovú komunikáciu či kompaktnú veľkosť neexistuje žiadna duplicita.	
OH1P17	Súčiastky a elektronické moduly	Súčiastky a elektronické moduly: Súčiastky a elektronické moduly špecifikované nižšie sú nevyhnutné k úspešnému riešeniu aktivít projektu, konkrétne aktivity 5 a 6. V rámci riešenia týchto aktivít bude prebiehať návrh a realizácia zariadení schopných monitorovať repsiráciu, EKG, pohyb, teplotu atď. (aktivita 5), ako aj zariadení schopných zhromažďovať a prenášať dáta z takýchto systémov (aktivita 6)	Nakoľko sa jedná o elektronické súčiastky a moduly vyšpecifikované presne podľa požiadaviek projektu neexistuje žiadna duplicita.	
OH1P19	Vývoj softvéru a firmvéru trackovacieho systému pre šírenie pandemických ochorení COVID-19 „tracker“	Vývoj softvéru a firmvéru trackovacieho systému pre šírenie pandemických ochorení COVID-19 „tracker“	Nakoľko sa jedná o systémy vyšpecifikovaný presne podľa potrieb aktivít projektu neexistuje žiadna duplicita.	