

Kúpna zmluva č. Z20245743_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Sídlo: Pod Krásnou hôrkou 1, 83348 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35971126
DIČ: 2022105107
IČ DPH: SK2022105107
Bankové spojenie: IBAN: SK9702000000000026330112
Telefón: +421 259320629

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: BERINGER, s.r.o.
Sídlo: Vansovej 2, 81103 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35923148
DIČ: 2021988584
IČ DPH: SK2021988584
Bankové spojenie: IBAN: SK37 7500 0000 0040 0642 1517, BIC: CEKOSKBX
Telefón: +421903243508

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Endoskopická operačná zostava
Kľúčové slová: endoskopy
CPV: 33168100-6 - Endoskopy; 51400000-6 - Inštalácia lekárskeho a chirurgického zariadení;
80511000-9 - Školenie pracovníkov; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Procesor
2. Kamerová snímacia hlavica
3. LED svetelný zdroj
4. 3D,HD kompaktné integrované snímacie zariadenie s ohybnou distálnou časťou
5. Medicínsky monitor
6. Stojan pre endoskopickú zostavu
7. Inštrumentárium
8. Medicínske záznamové zariadenie

Položka č. 1: Procesor

Funkcia				
procesor				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
- Samostatný 4K multišpeciálny video procesor	áno			

- Procesor integruje	4K, 3D a IR v jednom systéme
- Pozorovacie režimy:	režim pozorovania NBI, režim pozorovania YE , režim pozorovania 3D, režim pozorovania IR
- Možnosť konfigurácie pomocou softvéru, ktorý sa da konfigurovať, aktualizovať cez port prenosnej pamäte	áno
- Zobrazovací systém	s rozlíšením obrazu 4K (3840 x 2160 pixelov)
- Elektronický zoom	elektronické zväčšenie endoskopických obrazov
- Možnosti zväčšenia:	4K: 6 režimov (×1,0, ×1,2, ×1,4, ×1,6, ×1,8, ×2,0)
- Možnosti zväčšenia:	2D: 3 režimy (×1,0, ×1,2, ×1,5)
- Možnosti zväčšenia:	3D: 2 režimy (režimy (×1,0, ×1,2)
- Pomer strán	16 : 9
- Ovládanie:	dotykový displej procesora a ovládacie tlačidlá kamerovej hlavy
- Nastavenie jasu:	automatické aj manuálne
- Individuálne nastavenie farieb	áno
- Výstupy na 2D a 3D zobrazenie:	12G-SDI(4K), 3G-SDI(4K),3G/HD-SDI
- Zobrazenie nastavenia prístrojov na endoskopickom monitore v prípade potreby operátora	áno
- Funkcia white balance pomocou jedného tlačidla, prípadne v menu procesora	áno
- Procesor sníma technológiu čipu CMOS	áno
- Predvoľba pre nastavenie údajov patientskych dát:	•ID pacienta •Meno pacienta •Rok •Vek •Dátum narodenia •Komentár
- Funkcia obráteného obrazu pre nahrávanie mikroskopu počas operácie	áno

Položka č. 2: Kamerová snímacia hlavica

Funkcia				
kamerová snímacia hlavica				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			1
Hmotnosť	g		295	
Systém snímania	CMOS			1
Ohnisková vzdialenosť	mm			f = 19,7 mm
Parametre kábla:	ø			ø 5,1 mm × 3 m
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
- Natívne 4K rozlíšenie 3840 x 2160 pixelov	áno			
- Možnosti zaostrovania:	True 4K, Powered , O-AF, C-AF- cieľové zaostrenie objektu, bez toho aby ste sa museli spoliehať na manuálne zaostrenie			
- Režimy pozorovania :	NBI, IR pozorovanie, Elektronický zoom			
- Podporujúca technológia EDOF (Extended Depth Of Field)	áno			
- Kamerová hlava – puzdro z ľahčeného kovu	áno			
- Sterilizovateľná nízкотеплотnou sterilizáciou (Steris V-PRO® maX a STERRAD®, autoklárovateľná)	áno			

Položka č. 3: LED svetelný zdroj

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

Počet	ks			1
Expozícia	krokov	17		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
- Samostatný plnofarebný infračervený LED svetelný zdroj	áno			
- Automatická úprava intenzity svetla v závislosti od aktuálnej potreby operačného poľa	áno			
- Možnosť manuálnej úpravy intenzity osvetlenia	áno			
- Možnosť vyšetrenie v úzkom spektre vyšetrovacieho svetla v spolupráci s procesorom	áno			
- Režim normálneho pozorovania svetla- Režim pozorovania NBI- Režim pozorovania IR- Režim pozorovania YE- yellow enhancement- lepšie rozpoznávanie nervových štruktúr v tukovom tkanive- Režim „Fluorescence Imaging Overlay Mode- Režim pozorovania 3D	áno			
- Max. intenzitu svetla: menej ako 5,64 W	áno			

Položka č. 4: 3D,HD kompaktné integrované snímacie zariadenie s ohybnou distálnou časťou

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			1
Ohybnosť v každom smere	°	100		
- Priemer pracovnej časti:	mm		11	
- Pracovná dĺžka:	mm	360		
- Hmotnosť zariadenia:	g		300	
- Ovládacie tlačidlá funkcií kamery:	ks	3		
- 3D okuliare	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
- S flexibilnou distálnou časťou v dvoch na seba kolmých rovinách	áno			
- Ohybná distálna časť v 4 smeroch	áno			
- Spôsob snímania	1 snímací čip umiestnený v distálnej časti zariadenia			
- Umožňuje zobrazenie v úzkom farebnom spektre vyšetrovacieho svetla	áno			
- Vráťane sterilizačného kontajnera	áno			
- Autoklárovateľné zariadenie	áno			

Položka č. 5: Medicínsky monitor

Funkcia				
Medicínsky monitor				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			1
- Uhlopriečka monitora	“	31		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
- Operačný monitor- Podsvietenie LED	áno			
- Pomer strán 16:9	áno			
- Pozorovací uhol (Špecifikácia panelu) 89°/89°/89°/89° (Typické) (hore/dole/vľavo/vpravo, kontrast > 10:1)	áno			

- Vertikálne prezeranie Uhol (3D režim) :	32° pri pozorovacej vzdialenosti viac ako 690 mm
- Vysoké rozlíšenie obrazu (V x V)	3 840 x 2 160 pixelov
- Zoom:	1x, 1,2x, 1,5x alebo 2x
- Zobrazenie obrazu , formát 3D a 2D signál v HD a 4K	áno
- Rozmery (Š x V x H) :	753,9 x 476,3 x 84,7 mm (29 3/4 x 18 7/8 x 3 3/8 palcov)
- Vstupy:	HDMI (x1), DVI-D (x1), SDI BNC (2x), 12G/3G/HD-SDI BNC (1x) , 3G/HD/SD-SDI, Display Port Display Port (x1),
- Vstupy:	Sériové diaľkové ovládanie (LAN) D-sub 9-kolíkový (RS-232C) (x1), RJ-45 (x1) (Ethernet, 10BASE-T/100BASE-TX)
- Vstupy:	Diaľkový stereo mini jack (x1), AC vstup AC vstupný konektor (x1) AC 100-240 V, 50/60 Hz , DC Input – DC vstupný konektor (x1) DC 26 V
- medicínsky A-Test	áno

Položka č. 6: Stojan pre endoskopickú zostavu

Funkcia				
Stojan pre endoskopickú zostavu				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
- So zabudovaným pohyblivým, výškovo a smerovo nastaviteľným ramenom pre monitor	áno			
- Integrovaná elektroinštalácia s oddeľovacím transformátorom	áno			
- Centrálny vypínač pripojených zariadení na stojane	áno			
- Vysúvateľný držiak klávesnice laparoskopickej kamery	áno			
- Mobilné prevedenie stojana na pohyblivých kolieskach, min. 2 brzdené	áno			
- Stojan operačnej zostavy – odolný voči konvenčným dezinfektom	áno			

Položka č. 7: Inštrumentárium

Funkcia				
Inštrumentárium:				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
IR optika: pracovná dĺžka 317mm, priemer 5mm, uhol pohľadu 30°	ks			1
IR optika: pracovná dĺžka 318mm, priemer 10mm, uhol pohľadu 30°	ks			1
Sterilizačný kontajner pre optiky	ks			2
Svetlovodivý kábel	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Svetlovodivý kábel - priemer jadra 4,2mm, dĺžka 3m	áno			

Položka č. 8: Medicínske záznamové zariadenie

Funkcia				
Medicínske záznamové zariadenie				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

Počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
- Zaznamenáva prakticky akýkoľvek video signál až do 1080p HD	áno			
- Štandardné formáty videa MPEG-4 a obrázkov JPEG	áno			
- Porovnávací analyzátor side by side	áno			
- Ukážka videa na celej obrazovke na primárnom displeji	áno			
- Vysokokvalitná, živá video slučka pre sekundárne zobrazenie	áno			
- Miestne alebo celonemocničné ukladanie	áno			
- Intuitívne používateľské rozhranie	áno			
- Podpora pre tablety / smartfóny	áno			
- Ovládanie pomocou medicínskej klávesnice/myši alebo dotykového panela	áno			
- Označenie voľným textom pre videá, obrázky a tlačové zostavy	áno			
- Systém by mal umožňovať záznam a/alebo zobrazenie frekvencie hlasu ako prekrytie na chirurgickej obrazovke a zaznamenané video.	áno			
- Dvojkanálový záznam, 2x priame SDI	áno			
- Ukážka videa: Používatelia môžu zobraziť ukážku zdrojového videa na celej obrazovke takmer v reálnom čase	áno			
- Nahrávanie videa je možné zapnúť/vypnúť a snímky je možné snímať pomocou ikon na obrazovke alebo pomocou tlačidiel na hlave kamery a nožného spínača.	áno			
- Potvrdenia akcií – Zachytenie snímky sa potvrdí počítadlom snímok a bleskom PIP; spustenie/zastavenie nahrávania videa je potvrdené indikátorom stavu v rámci ikony nahrávania. Vizualne potvrdenie snímmania a záznamu obrazu pomocou signálnej lampy.	áno			
- Systém by mal byť schopný vygenerovať strojovo čitateľný maticový čiarový kód (QR kód), ktorý umožňuje, aby obrázky a videá (až 45 sekúnd) zachytené tabletom alebo mobilným zariadením v nemocničnej sieti bolo možné odoslať do záznamu procedúry po naskenovaní QR kódu pomocou mobilného zariadenia.	áno			
- Nahrávanie zvuku – zvuk je možné nahrávať cez káblový mikrofón. Výstup zo systémového frekvenčného analyzátoru hlasu je možné zobraziť aj na monitore ako prekrytie.	áno			
- Režim porovnávania – záznamník má schopnosť vykonávať porovnávaciu analýzu výkonov od toho istého pacienta alebo pacienta, ktorého ID pacienta je „NORMÁLNE“.	áno			
- Malo by byť možné prehrávať údaje nesúvisiace s pacientmi na vzdelávacie účely v režime porovnávania.	áno			
- Remote Capture: rekordér umožňuje bezpečný vzdialený prístup k rozhraniu rekordéra na vykonávanie klinických pracovných postupov v nemocničnej sieti. To zahŕňa vykonávanie procedúr z počítačov (Windows a Mac) a tabletov.	áno			
- Aktualizácie zabezpečenia od spoločnosti Microsoft by sa mali automaticky distribuovať do záznamníka prostredníctvom centrálného systému správy obsahu	áno			
- Konektivita: zobrazovacie zdroje s výstupmi SDI je možné priamo pripojiť k rekordéru.	áno			
- Rekordér podporuje videá vo formáte Full HD a 3D (HD) vedľa seba.	áno			

- Napájanie z vozíka: rekordér má integrovanú technológiu správy napájania, ktorá umožňuje jednoduché a pohodlné ovládanie napájania jedným tlačidlom z vozíka.	áno
- Systém by mal poskytovať kontrolované bezpečné vypnutie, aby sa zabránilo poškodeniu nasnímaných obrázkov a videí v prípade výpadku napájania.	áno
- V kombinácii s redakčným systémom by sa pri registrácii pacienta v záznamníku mal automaticky spustiť videozáznam.	áno
- Interné úložisko: minimálne 1 TB SSD (Solid State Drive). Pre správu skladu môže zákazník definovať dni starnutia. Systém začne odstraňovať procedúry, keď budú v systéme počas uvedeného počtu dní starnutia (FIFO). Nastavenie „-1“ znamená, že postupy budú uložené na neurčito. Ak zostáva len 10 GB, platí metóda prvý dovnútra, prvý von.	áno
- Povolenie aktualizácie softvéru pre streamovanie videa;- Povolenie aktualizácie softvéru pre nástroj na spoluprácu;- Ovládanie pomocou vzdialeného počítača, tabletu alebo lekárskeho monitora s dotykovou obrazovkou;- Ukážka videa na celej obrazovke na primárnom displeji;- možno použiť so šifrovanými pamäťovými kľúčmi USB;- Medicinálny výrobok;	áno
Dodávka musí obsahovať:1. medicínske nahrávacie zariadenie2. potrebné prepojovacie káble3. dotykový monitor medicínskej kvality, min. veľkosť 21,5"4. rameno monitora, používané s dotykovou obrazovkou5. signálna lampa, ktorá sa montuje na monitor. Pre vizuálne potvrdenie snímania a nahrávania obrazu.6. software kompatibilný so správou medicínskeho obsahu	áno

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Požaduje sa dodať nový, nerepasovaný, nepoužívaný prístroj v predmete Zmluvy.
Požaduje sa dodávka vrátane dopravy na miesto plnenia, vrátane inštalácie, uvedenia do prevádzky, odskúšania funkčnosti a prevádzky schopnosti výrobkov v predmete Zmluvy a zaškolenia zamestnancov objednávateľa na obsluhu a údržbu na mieste plnenia.
Požaduje sa dodanie na dohodnuté miesto plnenia: Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava, Oddelenie zdravotníckej techniky.
Objednávateľ potvrdzuje dodávku na preberacom (akceptačnom) protokole a protokole o zaškolení zamestnancov objednávateľa, ktorý pripraví dodávateľ.
Požaduje sa dodanie tovaru s dodacím listom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo objednávky, číslo zmluvy, jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, katalógové číslo / referenčné číslo (ak je relevantné), výrobné číslo (ak je relevantné).
V prípade, ak je dodávaný tovar z krajiny EÚ (okrem SR), je dodávateľ povinný uviesť v dodacom liste, aj údaje o krajine pôvodu tovaru, kde bol tovar vyrobený, kód tovaru podľa platného colného sadzovníka.
V prípade, ak dodávateľ doručí objednávateľovi tovar v kvalite a/alebo v množstve nezodpovedajúcom požiadavkám objednávateľa, je objednávateľ oprávnený v lehote do 3 pracovných dní od dodania tovaru požiadať dodávateľa o dodanie tovaru zodpovedajúceho jeho požiadavkám. Dodávateľ je povinný nahradiť reklamovaný tovar tovarom v kvalite a v množstve zodpovedajúcom požiadavkám objednávateľa, a to v lehote najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa oznámenia požiadavky objednávateľa podľa predchádzajúcej vety. Všetky vzniknuté náklady spojené s reklamáciou objednávateľa znáša v plnom rozsahu dodávateľ.
Požaduje sa záručná lehota v trvaní min 24 mesiacov, nástup na servis do 24 hodín (v pracovných dňoch) od nahlásenia poruchy.
Odborná údržba - pravidelný servis - bezpečnostno-technické prehliadky, opravy, údržba a testovanie v intervaloch predpísaných výrobcom musia byť vykonávané v záručnej dobe bezplatne.
Požaduje sa v zmysle § 340b ods. 5 zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov splatnosť faktúry v lehote 60 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru za dodávku tovaru v súlade s ustanovením §73 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, najneskôr však do piateho pracovného dňa v mesiaci, nasledujúceho po dni dodania tovaru. Dodávateľ je povinný k faktúre vždy priložiť kópiu objednávky objednávateľa ako povinnú prílohu faktúry. Dodávateľ je rovnako povinný k faktúre priložiť kópiu dodacieho listu .

V prípade, ak sa po uzatvorení tejto zmluvy preukáže, že na relevantnom trhu existuje cena (ďalej tiež ako "nižšia cena") za rovnaké alebo porovnateľné plnenie ako je obsiahnuté v tejto zmluve a dodávateľ už preukázateľne v minulosti za takúto nižšiu cenu plnenie poskytol, resp. ešte stále poskytuje, pričom rozdiel medzi nižšou cenou a cenou podľa tejto kúpnej zmluvy je viac ako 5% v neprospech ceny podľa tejto zmluvy,
zaväzuje sa dodávateľ poskytnúť objednávateľovi pre takéto plnenie objednané po preukázaní tejto skutočnosti dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi ním poskytovanou cenou podľa tejto kúpnej zmluvy a nižšou cenou, alebo od Zmluvy odstúpiť.
Dodávateľ je povinný bezodkladne, najneskôr však do 5 pracovných dní od preukázania skutočnosti uvedenej v predchádzajúcej vete, doručiť objednávateľovi dodatok, predmetom ktorého bude upravená cena zistená podľa tejto kúpnej zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú dodávateľovi z tohto zmluvného vzťahu, dodávateľ nie je oprávnený postúpiť tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa. Postúpenie pohľadávok bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa je neplatné. Súhlas objednávateľa je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva SR.
Požaduje sa, aby dodávateľ v čase predloženia ponuky a zároveň počas trvania zmluvy bol oprávnený na poskytnutie plnenia predmetu zákazky.
Požaduje sa aby uchádzač bol zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov.
Požaduje sa, aby uchádzač bol zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak je takáto podmienka relevantná.
Ak v Momente uzavretia Zmluvy nemá Dodávateľ alebo jeho subdodávateľ, za splnenia podmienok uvedených v zákone č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZRPVS“), zapísaných v registri partnerov verejného sektora konečných užívateľov výhod v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO a ZRPVS, Zmluva nadobudne účinnosť najskôr v deň zápisu Dodávateľa a/alebo jeho subdodávateľa do tohto registra; ostatné podmienky pre účinnosť Zmluvy podľa OPEP tým nie sú dotknuté
Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak je dodávateľ v čase plnenia zmluvy zaradený do Zoznamu negatívne hodnotených dodávateľov trhoviska.
Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú súčasťou tohto procesu verejného obstarávania, sú spracúvané verejným obstarávateľom na vopred vymedzený účel v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Dodávateľ je povinný podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) dodržiavať mlčanlivosť o osobných údajoch, ako aj o všetkých skutočnostiach o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní činností vyplývajúcich z uzatvorenej kúpnej zmluvy. Zároveň je povinný o tejto povinnosti preukázateľne poučiť aj svojich zamestnancov.
Zmluvné strany sa dohodli, že sú zbavené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných povinností podľa tohto zmluvného vzťahu v prípade, že toto neplnenie je v dôsledku vyššej moci. Pre účely tohto zmluvného vzťahu sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, a to najmä podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu.
Tá zmluvná strana, ktorá sa odvolá na vyššiu moc, je povinná to oznámiť druhej zmluvnej strane najneskôr do 5 (piatich) kalendárnych dní od vzniku tejto skutočnosti a môže požiadať o prípadnú úpravu podmienok zmluvy. Na požiadanie zmluvnej strany, ktorej boli avizované okolnosti vyššej moci, je povinný oznamovateľ predložiť hodnoverný dôkaz. ak nedôjde k dohode, má zmluvná strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od tejto zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej zmluvnej strane.
Pokiaľ sa zmluvné strany s poukazom na „vis maior“ okolnosti dohodnú v priebehu platnosti Kúpnej zmluvy na jej zmene, dohoda musí mať formu písomného Dodatku k tejto zmluve s uvedením právne významného dôvodu. Dodatok musí byť opatrený dátumom, číslom a podpismi osôb oprávnených k tomuto právnomu úkonu za príslušnú zmluvnú stranu.
Preukázanie splnenia predmetu zákazky: - Vlastný návrh plnenia - v rámci ponuky, ktorú dodávateľ predkladá v lehote na predkladanie ponúk: Dodávateľ preukáže splnenie predmetu zákazky prostredníctvom vlastného návrhu plnenia zákazky, ktorý predloží do kontraktnej ponuky v lehote na predkladanie ponúk. Súčasťou vlastného návrhu plnenia bude Príloha č. 1 _Štruktúrovaný rozpočet ceny predmetu zákazky - podľa vzoru uvedeného v prílohe tohto opisného formulára.
Zo štruktúrovaného rozpočtu ceny predmetu zákazky musí jednoznačne vyplývať, že všetky ponúkané produkty k príslušnej položke predmetu zákazky spĺňajú objednávateľom požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty príslušnej položky predmetu zákazky. Objednávateľ bude akceptovať aj iný – ekvivalentný výrobok, ak má porovnateľné kvalitatívne a výkonnostné charakteristiky, technické vlastnosti, parametre a hodnoty ako tie, ktoré požaduje.
Víťazný dodávateľ predloží objednávateľovi do 2 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy aktualizovanú prílohu č. 1 na základe výsledku ceny z elektronickej aukcie predmetu zákazky elektronicke na mail objednávateľa.
Vyhodnotenie vlastného návrhu plnenia zákazky: Objednávateľ vyhodnotí dodávateľov vlastný návrh plnenia z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky. Splnenie požiadaviek dodávateľa na predmet zákazky sa bude posudzovať v súlade s týmto OF a z dokumentov predložených podľa požiadaviek objednávateľa. Objednávateľ môže písomne požiadať dodávateľa o vysvetlenie predložených dokumentov a ak je to potrebné, aj o predloženie dôkazov.
Oznámenie o výsledku vyhodnotenia vlastného návrhu plnenia a splnenia podmienok účasti: ak objednávateľ na základe dodávateľom predložených dokumentov vyhodnotí, že dodávateľ splnil požiadavky na predmet zákazky, oznámi dodávateľovi, že akceptuje jeho vlastný návrh plnenia predmetu zákazky. Dodávateľ je povinný plniť predmet zákazky v súlade so zmluvou.

Víťazný dodávateľ predloží elektronicky na mail objednávateľa do 2 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy: 1. Doklad ES vyhlásenie o zhode; 2. Prospektový materiál predmetu zákazky;
Ak objednávateľ na základe dodávateľom predložených dokumentov vyhodnotí, že dodávateľ nesplnil požiadavky na predmet zákazky v zmysle OF, oznámi dodávateľovi, že neakceptuje jeho vlastný návrh plnenia a odstúpi od zmluvy v zmysle OPEP.
Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy ak je dodávateľ v čase plnenia zmluvy zaradený do Zoznamu negatívne hodnotených dodávateľov trhoviska a aj v prípade, kedy na zozname negatívne hodnotených dodávateľov je aj niektorý z členov skupiny dodávateľov.
Nedodržanie ktorejkoľvek požiadavky objednávateľa uvedenej v tomto opisnom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných povinností dodávateľa, pričom objednávateľ :
- ukončí s dodávateľom zmluvný vzťah v súlade s OPEP z dôvodu, že dodávateľ podstatne porušil svoje povinnosti,
- vystaví dodávateľovi negatívnu referenciu v EKS,
- vystaví dodávateľovi negatívnu referenciu pre Úrad pre verejné obstarávanie, v ktorej objednávateľ úradu pre verejné obstarávanie oznámi, že došlo k predčasnému ukončeniu zmluvného vzťahu z dôvodu podstatného porušenia povinností dodávateľom.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
Štruktúrovaný rozpočet ceny predmetu zákazky	Štruktúrovaný rozpočet ceny predmetu zákazky .xlsx

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Bratislavský
Okres: Bratislava III
Obec: Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Ulica: Pod Krásnou hôrkou 1

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

01.08.2024 00:00:00 - 01.10.2024 00:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: zostava (podľa opisu 1- 8 položky OF)
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 142 200,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 170 640,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20245743

V Bratislave, dňa 22.07.2024 09:38:01

Objednávateľ:

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

BERINGER, s.r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska